

KONTROLNÍ LIST AUDITU KVALITY

XII – Zdravotnické přístroje, měřidla

Fm-MP-G020-01-KL-014

verze č. 3, str. 1/1

Ambulance/Oddělení/JIP:		Datum:	
Auditor:			
Cíl: Kontrola postupů dle vnitřních norem			
Metoda hodnocení: kontrola, dotaz na zaměstnance			
Oblasti auditu	SHODA	ČÁSTEČNÁ SHODA	NESHODA
Zdravotnické přístroje a měřidla			
01	Kontrola provedení BTK/revize u přístroje a ověření/kalibrace u měřidla.		
02	Kontrola dokumentace k přístroji – návod, provozní deník přístroje a záznam o instruktáž, kontroly přístroje/měřidla.		
09	Postup provádění školení k používání zdravotnických prostředků.		
03	Vyhledání elektronického záznamu o přístroji/měřidle.		
04	Úkony uživatele před, při a po použití měřidla/přístroje.		
05	Postup zjišťování funkčnosti přístroje a měřidla, postup při pochybnosti o správné funkci.		
10	Úkony, které je nutno vykonat při výpadku funkčnosti životně důležitých přístrojů a barevných elektrických zásuvek.		
06	Uživatelské (denní/týdenní, ...) kontroly a testy přístrojů a elektrické sítě.		
07	Záznamy hodnot z teploměrů a monitorovacích systémů – kde se zapisují/ukládají, frekvence.		
11	Jaké jsou funkce barevně označených elektrických zásuvek a medicinálních plynů.		
12	Jaké se používají stříkačky a sety pro infuzní terapii.		
13	Kdo je váš technik na technickou a aplikační výpomoc?		
14	Jakým způsobem budete nakládat se zapůjčeným přístrojem, který obsahuje osobní údaje pacientů před jeho vrácením zpět do firmy?		
15	Jakým způsobem dodržujete ochranu osobních údajů pacienta při návštěvě servisního technika, který přijede na servis přístroje na oddělení?		
Doplňující údaje			
Počet celkem:			