

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail: info@fnol.cz
IČ: 00098892

dle zákona 375/2022 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a ČSN EN 60601-1-2 ED. 3 a ČSN EN 62353 ED.2

Celkové hodnocení:
Vyhovuje

Provozovatel – uživatel prostředku:

**Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc**

IČ: **00098892**

Inventární číslo:

Umístění:

Výrobní číslo:

Typ:

Výrobce:

Připojení:

Třída ochrany:

Třída ZPr:

Použité přístroje a platnost kalibrace:

Výrobní číslo:

Číslo kalibrace:

Platnost do:

Další přístroje/přípravky:

Výsledky provedených kontrol a měření:

Vizuální kontrola:

Funkční kontrola:

Měření el. bezpečnosti:

Síťové napětí	U:	V		
Odpor PE obvodu	Rpe:	Ω		
Izolační odpor	RisoM-PE:	M Ω		
Přímé unikající proudy (normální podmínky)	IdirEq:	mA	inverzní:	mA
Přímé unikající proudy (stav jedné závady)	IdirEqPE:	mA	inverzní:	mA
Dotykové proudy	IdirTouch:	mA	inverzní:	mA

Zjištěná závada/poznámka:

Závěr kontroly:

Kontrola byla provedena dne:

Řádný termín příští kontroly je nejpozději do:

Kontrolu provedl a protokol vystavil:

Os. číslo:

Telefon:

E-mail:

Podpis technika