

Vyhodnocení indikátorů kvality laboratoří GEN za rok 2015

Indikátor kvality	Typ materiálu/pracoviště	Požadovaná míra úspěšnosti	2015	
			Dosažená míra úspěšnosti	Vyhodnocení
Úspěšnost v cytogenetických laboratořích (%)	periferní krev	>98	99,8	splněno
	plodová voda	>98	100	splněno
	choriové klky	>98	92	nesplněno *
Selhání amplifikace DNA (%)	DNA	< 1	< 1	splněno
Počet výsledků dodaných se zpožděním (%)	laboratoře GEN	< 5	0,3	splněno
Počet neshod zjištěných v laboratořích (%)	laboratoře GEN	< 5	0,3	splněno
Úspěšnost EKK (%)	laboratoře GEN	100	100	splněno
Počet stížností v laboratořích (%)	laboratoře GEN	< 1	0	splněno
Záměna vzorků (%)	laboratoře GEN	< 0,5	0	splněno

*Nesplnění indikátoru kvality pro odběr choriových klků – zvýšená frekvence přítomnosti kontaminace maternálních tkání – 6,8 % - řešeno v rámci managementu rizik a ve spolupráci s Centrem fetální medicíny PORGYN.

Datum: 19. 1. 2016

Vypracovala: RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D, manažer kvality