

VYHODNOCENÍ INDIKÁTORŮ KVALITY ZA ROK 2021

Indikátor kvality	Typ materiálu/pracoviště	2021		
		Požadovaný limit pro úspěšnost	Dosažená hodnota	Vyhodnocení
Úspěšnost vyšetření v cytog. lab (%)	periferní krev	98 ≤	100	splněno
	plodová voda	98 ≤	98	splněno
	choriové klky	98 ≤	96	nesplněno*
Selhání amplifikace DNA (%)	DNA	< 1	0	splněno
Nedodržená doba odezvy (%)	laboratoře GEN	< 5	2,3	splněno
Počet neshod zjištěných v laboratořích (počet)	laboratoře GEN	< 15	9	splněno
Úspěšnost EKK (%)	laboratoře GEN	100	100	splněno
Počet stížností v laboratořích (počet)	laboratoře GEN	< 1	0	splněno
Záměna vzorků na příjmu BM (počet)	laboratoře GEN	< 3	1	splněno

* V polovině roku 2020 bylo v LGEN zavedeno vyšetření pomocí microarray, čímž se úspěšnost vyšetření zvýšila. V roce 2021 vyšetření choriových klků metodou microarray i přes snahu nedosáhlo požadované míry úspěšnosti.

Ing. Jana Duchoslavová, Ph.D.

Manažerka kvality LGEN