

Přehled akreditovaných zkoušek

Přehled akreditovaných zkoušek LONH	Zkušební laboratoř Oddělení nemocniční hygieny (LONH) poskytuje služby v rámci zkoušek akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.:											
	▪ zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu nebiologickými a biologickými systémy, včetně kultivačního vyšetření biologických indikátorů sterilizace exponovaných při zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu: ➤ parního sterilizátoru ➤ horkovzdušného sterilizátoru ➤ formaldehydového sterilizátoru ▪ zkoušení účinnosti mycího procesu strojového mytí chemickými testy - výsledek zkoušky v den testování ▪ monitoring čistoty prostředí ➤ kultivační vyšetření a identifikace mikroorganismů (stěry, otisky, vnitřní ovzduší*) ➤ stanovení počtu částic čítačem částic* (vnitřní ovzduší) - výsledek zkoušky v den měření											
	<table><tr><th>mikrobiologické vyšetření vzorků v laboratoři</th><th>kultivace</th></tr><tr><td>biologické indikátory sterilizace pro: parní sterilizátor horkovzdušný sterilizátor formaldehydový sterilizátor</td><td>48 hodin 72 hodin 120 hodin</td></tr><tr><td>stěry + dourčení při pozitivním výsledku</td><td>48 – 72 hodin 24 hodin</td></tr><tr><td>otisky - bakteriologická kultivace - mykologická kultivace</td><td>24 – 48 hodin event. 5 dnů</td></tr><tr><td>ovzduší - bakteriologická kultivace - mykologická kultivace</td><td>48 – 72 hodin 3 – 5 dnů</td></tr></table>	mikrobiologické vyšetření vzorků v laboratoři	kultivace	biologické indikátory sterilizace pro: parní sterilizátor horkovzdušný sterilizátor formaldehydový sterilizátor	48 hodin 72 hodin 120 hodin	stěry + dourčení při pozitivním výsledku	48 – 72 hodin 24 hodin	otisky - bakteriologická kultivace - mykologická kultivace	24 – 48 hodin event. 5 dnů	ovzduší - bakteriologická kultivace - mykologická kultivace	48 – 72 hodin 3 – 5 dnů	
	mikrobiologické vyšetření vzorků v laboratoři	kultivace										
biologické indikátory sterilizace pro: parní sterilizátor horkovzdušný sterilizátor formaldehydový sterilizátor	48 hodin 72 hodin 120 hodin											
stěry + dourčení při pozitivním výsledku	48 – 72 hodin 24 hodin											
otisky - bakteriologická kultivace - mykologická kultivace	24 – 48 hodin event. 5 dnů											
ovzduší - bakteriologická kultivace - mykologická kultivace	48 – 72 hodin 3 – 5 dnů											
Protokol vystaven nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení zkoušky.												
	Poznámky: Neakreditované metody vzorkování ovzduší pro identifikaci mikroorganismů: ➤ Aktivní – Airsampler MAS-100 ECO (aeroskop) ➤ Pasivní – sedimentační metoda (spad) * Tyto služby nabízí LONH nejen v rámci FNOL, ale i externím zákazníkům.											
Kontakt:												
Vedoucí ONH / LONH		MUDr. Jarmila Kohoutová	2335, 6367									
		MUDr. Ivana Páleníčková	3279									
Manažer kvality LONH		Mgr. Lukáš Fedor	2738, 3278									
Zkušební laboratoř ONH		Jarmila Stropková	3282									
E-mail	ONH	hygiena@fnol.cz										
	LONH	LONH@fnol.cz										
Způsob objednávání služeb		objednávání požadavků přes EFA										