



Povolené kombinace kvality záření (filtru) a velikosti tubusu

TUBUS	Filtr č.	1	2	4	6	7	8
	složení filtru	0,1 mm Al	0,4 mm Al	0,8 mm Al	1,8 mm Al + 0,1mm Cu	1.1 mm Al + 0,3 mm Cu	0,2 mm Al + 1mm Cu
	kVp	30 kV	40 kV	75 kV	125 kV	150 kV	200 kV
	mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	16 mA	14 mA
A	φ 2 cm FSD 20cm Otevř		Ano	Ano			
B	φ 2,5 cm FSD 20cm Otevř		Ano	Ano			
C	φ 3cm FSD 20cm Otevř	Ano	Ano	Ano			
D	φ 3,5 cm FSD 20cm Otevř		Ano	Ano			
E	φ 5 cm FSD 20cm Otevř		Ano	Ano			
F	6 x 8 cm FSD 50cm Uzavř				Ano	Ano	Ano
G	10 x 8 cm FSD 50cm Uzavř				Ano	Ano	Ano
H	10 x 10 cm FSD 50cm Uzavř				Ano	Ano	Ano
I	15 x 10 cm FSD 50cm Uzavř				Ano	Ano	Ano
J	15 x 15 cm FSD 50cm Uzavř					Ano	Ano

Pozn.: Oranžově označen referenční tubus pro danou kvalitu záření, žlutě označeny ostatní povolené kombinace

Tato příloha při změně textu podléhá připomínkovému řízení.