


Název ON:	Centrální sterilizace - mezoseptická zóna		
Číslo ON:	PP-MP-L012-05-03	Vydání ON:	4. vydání ze dne: 1. 10. 2018

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
3.	7.10.2021	T/3.7.3	Vložen nový text 1. odrážky Na CS jsou používány: - kombinované obaly různých šířek (papír-fólie, netkaná textilie-fólie)	 MUDr. Jaromír Freiwald, primář Centrálních operačních sálů a sterilizace, 7.10.2021
		T/3.11.2	Změna textu 2. odrážky Formaldehydová sterilizace - sterilizační parametry: - nízkoteplotní sterilizace 65°C/30 min., - délka používaného cyklu je od 4 do 6 hodin, v závislosti od zvolené teploty naplnění sterilizační komory	