

Název ON:	Organizace podpory provozu přístrojů		
Číslo ON:	MP-M011-01	Vydání ON:	5. vydání ze dne 1. 9. 2022

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
3.	1. 3. 2024	T/2.2.11	Doplnění textu ... Provozní deník je možné vést v písemné nebo v elektronické podobě. V případech, kdy se do provozní deníku zakládají (lepí) výsledky uživatelských testů ZPr (např. u defibrilátorů), lze v případě papírové formy PDP vytištěný formulář přilepit na běžný sešit, který poté slouží jako provozní deník. V případě elektronické formy PDP je dostačující přiložení fotografie dokumentující výsledek uživatelského testu.	Ing. Vladimír Olejníček, elektronicky vedoucí UHTS FNOL, 23. 2. 2024
		T/3.2.2	Doplnění textu PDP je zaveden pro ZPr typu přístroj třídy IIb, III (vyjma detektoru kapek u inf. techniky, zdrojových napájecích jednotek neboli lůžková rampa, stativ, most, terminální jednotka) a laboratorní techniku a je veden v písemné nebo elektronické formě. Pokud je PDP veden v písemné formě, potom se používá formulář č. Fm-MP-M011-01-PDP-001 Provozní deník přístroje. V PDP obsahuje tyto jsou na titulní straně uvedeny následující údaje:.... Záznam do PDP musí být opatřen datem záznamu a jednoznačnou identifikací, jménem a podpisem osoby (v případě písemné formy PDP se jedná o jméno a podpis, v případě elektronické formy PDP se jedná o jméno a dohledatelný log o vytvoření záznamu, z kterého je patrné, kdo a kdy záznam provedl) osoby, která záznam provedla.	
		T/3.3.2	Doplnění textu ZPr třída IIb, III – na pracovišti musí být k vybrané třídě ZPr vedena tato dokumentace: - návod v českém jazyce (neplatí u ZPr, u nichž výrobce stanovil, že jej není třeba pro bezpečné používání prostředku), - záznam o instruktáži u něhož to stanovil výrobce v návodu k použití, - PDP, ...	
		T/4.3	Nová verze Fm, doplnění názvu Fm-MP-M011-01-PDP-001 Provozní deník přístroje	