

Detail zprávy žádost o objasnění nejasností nabídky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace

Zpráva

Odesílatel	Blanka Staňková (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmět	žádost o objasnění nejasností nabídky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace

Dobrý den,

děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace.

V rámci objasnění nejasností nabídky prosím o doplnění a vysvětlení následujícího:

1. doplňte ke kupní smlouvě Přílohu č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technické specifikace - nedílná součást smlouvy.

2. v příloze č. 1 smlouvy o provádění komplexních servisních služeb uvedena specifikace matrací CuroCell IQ Cirrus 85 x 200 x 21 cm - zadavatel požadoval délku matrace 210 cm - vysvětlete, opravte

3. doplňte přílohu č. 2 ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb - seznam spotřebního materiálu, jak je v popisu přílohy a v odst III/3 smlouvy uvedeno. Příloha je nedílnou součástí smlouvy, pokud se takový materiál nepoužívá, toto se do přílohy uvede.

4. doplňte do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb do odst. II/4 místo plnění " II. interní klinika" a u podpisu odstraňte text "Klikněte sem a zadejte text" (Stejně "Klikněte sem a zadejte text" je uvedeno v kupní smlouvě v odst. VI/4 a u místa k podpisu vaší sml. strany - avšak není nutné smlouvu předkládat znovu - bude opraveno až před podpisem smlouvy)

Servisní smlouvu vč. příloh předložte znovu.

5. v dokumentu na str 54 nabídky označeném NAV0163/2223 uvádíte "Matrace CuroCell Cirrus IQ 85x200x21 cm - QS201-085200-EN0000" - zadavatel požadoval matraci o délce 210 cm (v tabulce splnění min. techn. podmínek v Př. 2 výzvy účastníkem splnění parametru potvrzeno ANO)

Vysvětlete. Po opravě předložte znovu.

6. doplňte prostý překlad do ČJ certifikátu servisního technika

7. doplňte certifikát školitele vystavený výrobcem (zdravotnické prostředky), v případě jinojazyčného vyhotovení včetně prostého překladu v českém jazyce

Odpověď zašlete do 15.7.2022.

S pozdravem

Blanka Staňková
referent pro veřejné zakázky
Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 443 850
E-mail: Blanka.Stankova@fnol.cz
Web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 13.07.2022 13:36:27

Typ zprávy Obecná k zakázce

Číslo jednací

ID zprávy 2700037

Zakázka VZ0142980 - Hybridní matrace

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	Stamed s.r.o.		13.07.2022 13:36:27	Ano

1 záznam