

Detail zprávy Re: žádost o objasnění nejasností nabídky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace

## Zpráva

Odesílatel	Stanislav Kohout (D0005159 - Stamed s.r.o.)
Předmět	Re: žádost o objasnění nejasností nabídky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace

Dobrý den paní Staňková,

velmi se omlouvám za nepříjemnosti způsobené špatnými údaji v naší nabídce, v příloze zasílám všechny opravené dokumenty.

Ad2. Jedná se o překlep, správný údaj je 85x210x21, bylo opraveno v požadovaném dokumentu.

Ad3. Bylo doplněno do dokumentu.

Ad4. Bylo doplněno do dokumentu

Ad5. Jedná se o překlep, správný údaj je 85x210x21, bylo opraveno v požadovaném dokumentu.

Ad6. Požadovaný dokument je přiložen

Ad7. Požadovaný dokument je přiložen

Děkuji a přeji pohodový den

Ing. Jan Soukup

Dne 13.07.2022 13:36:27 odesílatel Blanka Staňková (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace.

V rámci objasnění nejasností nabídky prosím o doplnění a vysvětlení následujícího:

1. doplňte ke kupní smlouvě Přílohu č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technické specifikace - nedílná součást smlouvy.

2. v příloze č. 1 smlouvy o provádění komplexních servisních služeb uvedena specifikace matrací CuroCell IQ Cirrus 85 x 200 x 21 cm - zadavatel požadoval délku matrace 210 cm - vysvětlete, opravte

3. doplňte přílohu č. 2 ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb - seznam spotřebního materiálu, jak je v popisu přílohy a v odst III/3 smlouvy uvedeno. Příloha je nedílnou součástí smlouvy, pokud se takový materiál nepoužívá, toto se do přílohy uvede.

4. doplňte do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb do odst. II/4 místo plnění " II. interní klinika" a u podpisu odstraňte text "Klikněte sem a zadejte text" ( Stejně "Klikněte sem a zadejte text" je uvedeno v kupní smlouvě v odst. VI/4 a u místa k podpisu vaší sml. strany - avšak není nutné smlouvu předkládat znovu - bude opraveno až před podpisem smlouvy)

Servisní smlouvu vč. příloh předložte znovu.

5. v dokumentu na str 54 nabídky označeném NAV0163/2223 uvádíte "Matrace CuroCell Cirrus IQ 85x200x21 cm - QS201-085200-EN0000" - zadavatel požadoval matraci o délce 210 cm (v tabulce splnění min. techn. podmínek v Př. 2 výzvy účastníkem splnění parametru potvrzeno ANO)  
Vysvětlete. Po opravě předložte znovu.

6. doplňte prostý překlad do ČJ certifikátu servisního technika

7. doplňte certifikát školitele vystavený výrobcem (zdravotnické prostředky), v případě jinojazyčného vyhotovení včetně prostého překladu v českém jazyce

Odpověď zašlete do 15.7.2022.

S pozdravem

Blanka Staňková  
referent pro veřejné zakázky  
Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

---

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc  
Tel.: 588 443 850  
E-mail: Blanka.Stankova@fnol.cz  
Web: www.fnol.cz

---

## Doplňující údaje

Odesláno	15.07.2022 14:14:32
Typ zprávy	Odpověď
Číslo jednací	
ID zprávy	2705578
Zakázka	<u>VZ0142980 - Hybridní matrace</u>

## Přílohy

Statement Training of basic mechanical repairs, CuroCell A4 mattress - Podzimek, Lung, Oliva - překlad.p

15.07.2022 14:14:32

754,7 kB

[Stáhnout](#)

Doklad\_pro\_klienta-NAV0163\_2223-opr.pdf

15.07.2022 14:14:33

446,7 kB

[Stáhnout](#)

Statement Training of basic mechanical repairs, CuroCell A4 mattress - Podzimek, Lung, Oliva.pdf

15.07.2022 14:14:34

272,5 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č.4 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb\_podepsáno.pdf

15.07.2022 14:14:35

444,1 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č.3 - Návrh kupní smlouvy\_podepsáno.pdf

15.07.2022 14:14:35

404,7 kB

[Stáhnout](#)

Příloha č.2 - Splnění minimálních technických podmínek\_podepsáno.pdf

15.07.2022 14:14:36

240,1 kB

[Stáhnout](#)

Certificate of Authorization 2021-03-26--2023-03-25 Luděk Václavík, Stamed S.R.O - překlad.pdf

15.07.2022 14:14:37

989,7 kB

[Stáhnout](#)