

Detail zprávy žádost o zaslání podepsaných smluv k VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace**Zpráva**

Odesílatel	Blanka Staňková (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmět	žádost o zaslání podepsaných smluv k VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace

Dobrý den,

zdvořile žádám o zaslání vaší stranou podepsaných smluv kupní a servisní z veřejné zakázky VZ-2022-000674 - Hybridní matrace.

Upozorňuji na doplnění a opravy smluv a jejich příloh v rámci objasnění nabídky - viz text komunikace níže.

Smlouvy vždy min. ve dvou pare a včetně ve smlouvách uvedených příloh zašlete na odd. veřejných zakázek na adresu Fakultní nemocnice Olomouc.

Děkuji Vám.

S pozdravem

Blanka Staňková
referent pro veřejné zakázky
Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 443 850
E-mail: Blanka.Stankova@fnol.cz
Web: www.fnol.cz

Dne 15.07.2022 14:14:32 odesílatel Stanislav Kohout (D0005159 - Stamed s.r.o.) napsal:

Dobrý den paní Staňková,

velmi se omlouvám za nepříjemnosti způsobené špatnými údaji v naší nabídce, v příloze zasílám všechny opravené dokumenty.

Ad2. Jedná se o překlep, správný údaj je 85x210x21, bylo opraveno v požadovaném dokumentu.

Ad3. Bylo doplněno do dokumentu.

Ad4. Bylo doplněno do dokumentu

Ad5. Jedná se o překlep, správný údaj je 85x210x21, bylo opraveno v požadovaném dokumentu.

Ad6. Požadovaný dokument je přiložen

Ad7. Požadovaný dokument je přiložen

Děkuji a přeji pohodový den

Ing. Jan Soukup

Dne 13.07.2022 13:36:27 odesílatel Blanka Staňková (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

Dobrý den,

děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2022-0000674 - Hybridní matrace.

V rámci objasnění nejasností nabídky prosím o doplnění a vysvětlení následujícího:

1. doplňte ke kupní smlouvě Přílohu č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technické specifikace - nedílná součást smlouvy.

2. v příloze č. 1 smlouvy o provádění komplexních servisních služeb uvedena specifikace matrací CuroCell IQ Cirrus 85 x 200 x 21 cm - zadavatel požadoval délku matrace 210 cm - vysvětlete, opravte

3. doplňte přílohu č. 2 ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb - seznam spotřebního materiálu, jak je v popisu přílohy a v odst III/3 smlouvy uvedeno. Příloha je nedílnou součástí smlouvy, pokud se takový materiál nepoužívá, toto se do přílohy uvede.

4. doplňte do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb do odst. II/4 místo plnění " II. interní klinika" a u podpisu odstraňte text "Klikněte sem a zadejte text" (Stejně "Klikněte sem a zadejte text" je uvedeno v kupní smlouvě v odst. VI/4 a u místa k podpisu vaší sml. strany - avšak

není nutné smlouvu předkládat znovu - bude opraveno až před podpisem smlouvy)

Servisní smlouvu vč. příloh předložte znovu.

5. v dokumentu na str 54 nabídky označeném NAV0163/2223 uvádíte "Matrace CuroCell Cirrus IQ 85x200x21 cm - QS201-085200-EN0000" - zadavatel požadoval matraci o délce 210 cm (v tabulce splnění min. techn. podmínek v Př. 2 výzvy účastníkem splnění parametru potvrzeno ANO)

Vysvětlete. Po opravě předložte znovu.

6. doplňte prostý překlad do ČJ certifikátu servisního technika

7. doplňte certifikát školitele vystavený výrobcem (zdravotnické prostředky), v případě jinojazyčného vyhotovení včetně prostého překladu v českém jazyce

Odpověď zašlete do 15.7.2022.

S pozdravem

Blanka Staňková

referent pro veřejné zakázky

Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Tel.: 588 443 850

E-mail: Blanka.Stankova@fnol.cz

Web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 02.08.2022 07:35:57

Typ zprávy Odpověď

Číslo jednací

ID zprávy 2740477

Zakázka VZ0142980 - Hybridní matrace

Příjemci zprávy

Jméno a	Úřední název	Přečteno	Datum a čas	Doručeno v okamžiku
---------	--------------	----------	-------------	---------------------

příjmení	organizace	▼	doručení	odeslání
	Stamed s.r.o.		02.08.2022 07:35:57	Ano

1 záznam