

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 19. 8. 2022

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice v Motole
Sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
Zastoupený: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČO: 00064203
(dále jen „zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**„FN Motol – Endostaplery“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 8. 2022:

„Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu:

- 1. Bude zadavatel akceptovat parametr 2 x 3 střídavě uspořádání svorek?
Děkuji“*

Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 1 v žádosti č. 1 ze dne 16. 8. 2022:

Jedná se o povinný parametr uvedený v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění, řádek 21: „Všechny typy zásobníků k endostapleru musí mít 2x3 řady střídavě uspořádaných svorek“.

Pro vyloučení pochybností, zadavatel uvádí, že bude tento parametr - 2x3 řady střídavě uspořádaných svorek – akceptovat.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 19. 8. 2022

v. z. Bc. Helena Kordačová, v. r.
Mgr. Martin Čech
vedoucí Odboru veřejných zakázek
Fakultní nemocnice v Motole