

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 11. 3. 2019

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice v Motole
Sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
Zastoupený: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel
IČO: 00064203
(dále jen „zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

FN Motol - Dodávky náhrad kyčelních kloubů

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-006239**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 8. 3. 2019:

„tímto si Vás dovoluji v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění - část 5 Zadavatel požaduje u acetabulární komponenty komponentu bez fixačních otvorů a komponentu s primárně zaslepenými fixačními otvory.

Dotaz:

Kolik fixačních otvorů zadavatel u acetabulární komponenty požaduje? Je pro zadavatele přípustná varianta acetabulární komponenty se třemi a sedmi primárně nezaslepenými fixačními otvory?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v jím uveřejněné zadávací dokumentaci požaduje acetabulární komponentu bez fixačních otvorů. Pakliže nabízená komponenta fixační otvory obsahuje, musí být tyto otvory zaslepené. Zadavatel požaduje dodržení jím stanovených zadávacích podmínek a nepřipouští varianty, které by se od jím stanovených zadávacích podmínek odlišovali.

S pozdravem



.....
Ing. Kateřina Vondrášková
vedoucí Odboru veřejných zakázek