

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 28. 3. 2019
--

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice v Motole
 Sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
 Zastoupený: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel
 IČO: 00064203
 (dále jen „zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**FN Motol - Dodávky náhrad kyčelních kloubů**Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-006239**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20. 3. 2019:**

„Zadavatel uvádí v příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu plnění, ve výčtu požadovaných parametrů pro hlavici pro části 6, 7, 9 a 10 mimo jiné požadavek na materiál: keramika delta a dále požadavek na délky krčku:

minimálně 5 délek.

Materiál keramika Delta je obchodní označení keramických hlavic firmy Ceramtec, která je vyrábí na míru pro konkrétní výrobce femorálních dřívků. Z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že Ceramtec vyrábí maximálně 4 délky krčků keramických hlavic Delta (S, M, L, XL). Tuto informaci lze ověřit na linku https://www.ceramtec.com/files/mt_bioloX_forte_delta_comparison_en.pdf. Uchazeč navíc ověřoval výše uvedné informace přímo u výrobce Ceramtec, který mu též potvrdil, že vyrábí maximálně 4 délky krčku keramických hlavic Delta. Uchazeč může nabídnout hlavice z keramiky delta s 4 délkami krčku.

Bude zadavatel s ohledem na výše uvedené akceptovat nabídku s keramickými hlavicemi vyrobenými z materiálu keramika Delta se 4 délkami krčku?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabídku z materiálu keramika Delta se 4 délkami krčku. Zadavatel tedy upravuje zadávací dokumentaci pro části 6, 7, 9, a 10, kdy zadavatel namísto původního požadavku na minimálně 5 délek krčku, tímto vysvětlením zadávací dokumentace požaduje minimálně 4 délky krčku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 26. 3. 2019:

„Část 3 - Prosíme o vysvětlení, co přesně znamenají výškové moduly. V technické specifikaci je uvedeno: velikostní škála - základní modul 44-66, min. 3 výškové moduly. Týká se to prosím augmentace? Případně jakého typu augmentace?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že v zadávací dokumentaci uvedenými výškovými moduly se rozumí augmentace. Zadavatel připouští v nabídce min. 2 výškové moduly. Základní modul může být nabídnut ve velikostní škále 48-66 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26. 3. 2019:

„Část 5 - Bude zadavatelem akceptován rozsah velikostí 9 (9+9), bude – li účastníkem nabídnut běžně (celosvětově i v ČR) používaný moderní implantát s nejvyšším hodnocením registru ODEP a jiných? Z naší zkušenosti vyplývá, že i počet 9ti velikostí je dostatečně široký na to, aby nedocházelo ke kompromisům a okrajové velikosti se prakticky nepoužívají.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel akceptuje nabídnutí předmětu plnění v části 5 s rozsahem velikostí 9+9.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 26. 3. 2019:

„Část 5 - Zadavatel požaduje minimálně 5 délek krčku hlaviček. Bude zadavatelem u keramických hlaviček akceptován počet 4 délek? Kovové hlavičky se na trhu v 5ti délkách nabízejí. V keramice Delta však nikoliv. Přední dodavatelé nabízejí 4 velikosti hlaviček keramiky Delta do délky XL, což zajišťuje dostatečnou mocnost materiálu a maximálně eliminuje riziko prasknutí.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel bude akceptovat nabídku z materiálu keramika Delta se 4 délkami krčku. Zadavatel tedy upravuje zadávací dokumentaci pro části 5, kdy zadavatel namísto původního požadavku na minimálně 5 délek krčku, tímto vysvětlením zadávací dokumentace požaduje minimálně 4 délky krčku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 26. 3. 2019:

„Část 6 - Zadavatel požaduje minimálně 5 délek krčku hlaviček. Bude zadavatelem u keramických hlaviček akceptován počet 4 délek? Kovové hlavičky se na trhu v 5ti délkách nabízejí. V keramice Delta však nikoliv. Přední dodavatelé nabízejí 4 velikosti hlaviček keramiky Delta do délky XL, což zajišťuje dostatečnou mocnost materiálu a maximálně eliminuje riziko prasknutí.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel k výše uvedenému odkazuje na znění **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1** výše.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 26. 3. 2019:

„Část 8 - Rádi bychom se zeptali, jestli v části 8 (Acetabulární komponenta kyčelního kloubu pro pacienty se zvýšeným rizikem luxace) bude akceptována i jiná forma sterilizace než uvedená ethylenoxid a plasma. Konkrétně se jedná o Gamma sterilizaci. U implantátů, které jsou sterilizovány tímto druhem sterilizace jsme schopni doložit nejvyšší dlouhodobé přežití + perfektní výsledky v registrech. ODEP rating - 10A

nebo například nezávislá studie:

Fresard, PL et al. Seven-year results of a press-fit, hydroxyapatite-coated double mobility acetabular component in patients aged 65 years or older. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2012. 96.3% at a maximum of 10 years [KM] Average follow-up of 5.4 (0.15-10) years 3 revisions“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel bude v části 8 této veřejné zakázky akceptovat sterilizaci Gamma zářením.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky u obou částí veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek veřejné zakázky shodně pro všechny části veřejné zakázky končí dne **7. 5. 2019 v 09:00 hodin.**

Otevírání nabídek veřejné zakázky shodně pro všechny části veřejné zakázky proběhne dne **7. 5. 2019 v 09:00 hodin.**

S pozdravem



.....
Ing. Kateřina Vondrášková
vedoucí Odboru veřejných zakázek