

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 ZE DNE 26. 4. 2019
--

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice v Motole
 Sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
 Zastoupený: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel
 IČO: 00064203
 (dále jen „zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**FN Motol - Dodávky náhrad kyčelních kloubů**Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-006239**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Část 7 veřejné zakázky s názvem: *TEP kyčelního kloubu pro neúrazové indikace pro pacienty s extrémními nároky na pohybovou aktivitu*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 4. 2019:

„Rádi bychom se zeptali, zda se v designové specifikaci stranovým anatomickým dřikem rozumí a bude akceptována univerzální anatomická pravolevá varianta dříku.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat univerzální anatomickou pravolevou variantu dříku a trvá na jím stanoveným zadávacích podmínkách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 23. 4. 2019:

„Dále prosíme o informaci, bude – li zadavatelem akceptována i jamka bez fixačních otvorů, pokud k ní bude k dispozici za stejnou cenu i varianta s nezaslepenými otvory a se záslepkami zdarma.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel bude akceptovat jamku bez fixačních otvorů, pokud k ní bude k dispozici za stejnou cenu i varianta s nezaslepenými otvory a se záslepkami zdarma.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 23. 4. 2019:

„Další dotaz máme k jamce a to zda bude zadavatelem akceptován průměr keramické vložky pro velikost jamky 76mm ve 40 mm, protože podle našich informací se tato velikost ve 36 mm nenabízí.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel bude akceptovat průměr keramické vložky pro velikost jamky 76mm ve 40 mm.

Část 3 veřejné zakázky s názvem: *Oválná modulární acetab. komp. pro pacienty se změněnými anatomickými poměry (dysplazie, poúraz.stavy, vroz vady)*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 23. 4. 2019:

„Rádi bychom se zeptali, zda uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky v této kategorii odpovídá předpokládanému počtu kusů implantací za 4 roky, neboť se nám dle zkušeností a obvyklé ceny na trhu zdá, že hodnota odpovídá odběrům v počtu max. 100 kusů za 4 roky“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel upravuje předpokládané množství za 4 roky u předmětné části 3 veřejné zakázky, a to na předpokládaný odběr 100 kusů předmětu plnění za 4 roky.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky u částí 3 a 7 veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek veřejné zakázky pro části 3 a 7 veřejné zakázky končí dne **6. 6. 2019 v 09:00 hodin.**

Otevírání nabídek veřejné zakázky pro části 3 a 7 veřejné zakázky proběhne dne **6. 6. 2019 v 09:00 hodin.**

S pozdravem



.....
Ing. Kateřina Vondrášková
vedoucí Odboru veřejných zakázek