

	ES prohlášení o shodě	Datum 2015-01-15
	Evropská směrnice 93/42/EHS, Příloha II Evropská směrnice 2011/65/EU	Dokument č. MD 103-022-1501-100-0

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Německo

tímto prohlašuje, že

Označení produktu	Zdravotnický prostředek	Zařízení Třídy	Kód UMDNS
Systém řízení plynů (GMS)	Systém medicínálních plynů a podtlakový systém	IIb	18-046 / 18046

je ve shodě s následujícími evropskými směrnicemi:

- 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Přezkoumání systému řízení jakosti dle pravidel uvedených v Příloze II.3 Směrnice bylo provedeno notifikovanou osobou TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, EU č. 0123. Systém řízení jakosti splňuje dále požadavky dle EN ISO 9001 a EN ISO 13485

- 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Toto prohlášení je platné pro výrobky uvedené na trh od data vystavení. Každá modifikace provedená bez schválení Draeger vede k zneplatnění tohoto prohlášení.

Právní poradce

Podpis

Reinhard Frick

Ředitel pro normy & klinické záležitosti

Podpis

Frank Clanzett

Razítko: Dräger

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Bank details
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
BIC DEUTDEHH222

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Dr. Herbert Fehrecke
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schrofner

Ověřený překlad z jazyka anglického a německého:

Dräger

 0123	Příloha k ES prohlášení o shodě	Datum 2015-01-15
	Evropská směrnice 93/42/EHS, Evropská směrnice 2011/65/EU	Dokument č. MD 103-022-1501-100-0-00

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Německo

Označení produktu	Zdravotnický prostředek
Systém řízení plynů (GMS)	Systém medicínálních plynů a podtlakový systém
Zcela nebo částečně použité normy:	
EN ISO 7396-1:2007 + AMD 2010 (ISO 7396-1:2007 + AMD 2010)	Potrubní rozvody medicínálních plynů – Část 1: Potrubní systémy pro stlačené medicínální plyny a podtlak
EN ISO 7396-2:2007 (ISO 7396-2:2007)	Potrubní rozvody medicínálních plynů – Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů
EN ISO 9170-1:2008 (ISO 9170-1:2ED 2008)	Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicínálních plynů – Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicínální plyny a podtlak
EN ISO 9170-2:2009 (ISO 9170-2:2008)	Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicínálních plynů – Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu
EN ISO 19054:2006 (ISO 19054:2005)	Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení
EN 60601-1-6: 2010 (IEC 60601-1-6:2010)	Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-6: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Použitelnost
EN ISO 14971: 2012 (ISO 14971:2007)	Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
EN 980:2008	Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků
EN 1041: 2008+A1:2013	Informace poskytované výrobcem společně se zdravotnickými prostředky

Ředitel pro normy & klinické záležitosti

Razítko: Dräger

Podpis

Frank Clanzett

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Bank details
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
BIC DEUTDEHH222

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court: Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court: Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Dr. Herbert Fehrecke
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schrofner

	Příloha II k ES prohlášení o shodě	Datum 2015-07-27
	Evropská směrnice 93/42/EHS	Dokument č. MD103-022-1501-100-0-ECA20

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Německo

Tato příloha (II) se vztahuje k ES prohlášení o shodě MD103-022-1501-100-0

Rozsah hodnocení shody			
Díl č.	Označení produktu	Díl č.	Označení produktu
MD103-022	Systém řízení plynů	1327208	Redukční T-kus 28–22–28 EN 1254
MD103-003	Řídicí systém plynů	1327232	Redukční T-kus 35–28–35 EN 1254
MD103-004	Systém stlačeného vzduchu	G42370	Redukční T-kus 5130R 76-54-76
MD103-005	Podtlakové systémy	G42353	Redukční T-kus 5130R 42-28-42
MD103-007	Výstražné systémy	G42354	Redukční T-kus 5130R 42-35-42
MD103-012	Terminální jednotky	G42355	Redukční T-kus 5130R 54-42-54
MD103-019	Zónové řídicí jednotky	G42356	Redukční T-kus 5130R 64-54-64
MD103-020	Kolejnicový systém	G42357	Redukční T-kus 5130R 76-54-76
MD103-021	Distribuční systémy	G42358	Redukční T-kus 5130R 89-76-89
G42156	Řízení GCS 1200	G42359	Redukční T-kus 5130R 108-89-108
G42159	Řízení GCS 800	MH00797	Zástrčka G1/4"
G42162	Řízení GCS 500	MH00798	Zástrčka G3/8"
G42164	Řízení GCS 1201	MH00799	Zástrčka G1/2"
G41280	Redukční stanice RS 80/2 O2 - 5 barů	MH00800	Zástrčka G3/4"
G41282	Redukční stanice RS 80/2 Vzduch - 5 barů	MH00801	Zástrčka G1"
G41281	Redukční stanice RS 80/2 N2O - 5 barů	MH00802	Zástrčka G1 1/4"

Strana 1

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address:
23542 Lübeck, Germany
Tel: +49 451 882-0
Fax: +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Bank details
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
BIC DEUTDE3322

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7385 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Dr. Herbert Fehrecke
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schraifner

Tato příloha (II) se vztahuje k ES prohlášení o shodě MD103-022-1501-100-0

Rozsah hodnocení shody			
G41283	Redukční stanice RS 80/2 Vzduch - 8 barů	1327291	Redukční armatura EN 1254- 5243 12 - 8
G41273	Sada ventilů DN 20 pro O2	1327305	Redukční armatura EN 1254- 5243 15 - 12
G41279	Sada ventilů DN 20 pro NB	1327348	Redukční armatura EN 1254- 5243 22 - 12
G42155	GCS 1200 Basic	1327356	Redukční armatura EN 1254- 5243 22 - 15
G42182	GCS 1200 Basic 60 barů	1327399	Redukční armatura EN 1254- 5243 28 - 22
G42158	GCS 800 Basic	1327402	Redukční armatura EN 1254- 5243 35 - 28
G42183	GCS 800 Basic 60 barů	1327410	Redukční armatura EN 1254- 5243 42 - 35
G42161	GCS 500 Basic	1330608	Redukční armatura EN 1254- 5243 54 - 42
G42184	GCS 500 Basic 60 barů	MH00023	Redukční armatura 64 - 54
G42340	GCS 500 Basic 4 bary	MH00758	Redukční armatura 76 - 54
G42341	GCS 800 Basic 4 bary	G42360	Redukční armatura 5243 76 - 54
G42342	GCS 1200 Basic 4 bary	G42361	Redukční armatura 5243 89 - 76
G42343	GCS 500 Basic 60/4 bary	G42362	Redukční armatura 5243 108 - 89
G42344	GCS 800 Basic 60/4 bary	G41535	Kulové ventily DN 10 – 12x1
G42345	GCS 1200 Basic 60/4 bary	G41540	Kulové ventily DN 15 – 15x1
G42153	GCS rozhraní výstražného systému	G41545	Kulové ventily DN 20 – 22x1
G41742	Reléový modul GCS/ACU	G41550	Kulové ventily DN 25 – 28x1,5
G42176	Upgrade GCS Control	G41555	Kulové ventily DN 32 – 35x1,5
G42570	Upgrade GCS Control	G41560	Kulové ventily DN 40 – 42x1,5
G42130	Redukční jednotka RE 1200 Control	G41565	Kulové ventily DN 50 – 54x2
G42131	Redukční jednotka RE 1200 Basic	G42378	Kulové ventily DN 65 – 64x2
G42185	Redukční jednotka RE 1200 Basic – 60 barů	G42383	Kulové ventily DN 80 – 76x2
G42132	Redukční jednotka RE 500 Control	G42385	Kulové ventily DN 80 – 89x2
G42133	Redukční jednotka RE 500 Basic	G42390	Kulové ventily DN 100 – 108x2,5
G42186	Redukční jednotka RE 500 Basic – 60 barů	G41818	Pojistný ventil G1 ¼ DN25

Strana 2

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Bank details
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
BIC DEUTDEHH222

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive Board
Stefan Dräger (chairman)
Dr. Herbert Fehrecke
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schraflner

G40990	Redukční stanice RS 20-O2	G40970	Hlavní okruh ovládacího panelu RC O2
G40991	Redukční stanice RS 20-NB	G40971	Hlavní okruh ovládacího panelu RC NB
G41349	EN – sada O2	G42486	Hlavní okruh ovládacího panelu RC
G41350	EN – sada NB	G50696	Potrubí HTGL DN 50
G41419	Sada redukce tlaku pro láhev O2	G50697	Potrubí HTGL DN 70
G41420	Sada redukce tlaku pro láhev N2O	G50698	Potrubí HTGL DN 100
G41421	Sada redukce tlaku pro láhev VZDUCH	G50713	Potrubí HTEM DN 50
G41422	Sada redukce tlaku pro láhev CO2	G50714	Potrubí HTEM DN 70
G41636	Řídicí jednotka O2	G50715	Potrubí HTEM DN 100
G41637	Řídicí jednotka N2O	G50733	Koleno HTB DN 50
G41638	Řídicí jednotka CO2	G50734	Koleno HTB DN 70
G41635	Řídicí jednotka vzduch	G50735	Koleno HTB DN 100
G40580	Rozdělovací blok trojitý / O2	G50751	Objímka HTU DN 50
V03005	HP T-kus	G50752	Objímka HTU DN 70
V06766	Sběrací trubice jednoduchá	G50753	Objímka HTU DN 100
G40774	Sběrací trubice dvojitá levá/NRV	G51309	Štítek O2
G40775	Sběrací trubice dvojitá pravá/NRV	G51310	Štítek VZDUCH 5 barů
G40776	Sběrací trubice trojitá levá/NRV	G51311	Štítek N2O
G40777	Sběrací trubice trojitá pravá/NRV	G51312	Štítek CO2
G40603	HP ventil s filtrem ze sintrovaného kovu	G51313	Štítek VAC
V06770	HP přetlakový ventil O2, N2O, CO2	G51314	Štítek VZDUCH 800
V07688	HP přechodový ventil	G51279	Štítek O2 - ISO
V09041	HP uzavěr DN 10	G51280	Štítek Vzduch - ISO
V03850	Filtr ze sintrovaného kovu DN 10 3/4"	G51281	Štítek N2O - ISO
G42803	Pojistný ventil 9 barů	G51282	Štítek CO2 - ISO
V03124	Koleno potrubí 480x120 mm	G51283	Štítek VAC - ISO
V03962	Spojovací koleno O2, DIN EN	G51284	Štítek Vzduch 800 -ISO
G41040	Dvojité spojovací koleno O2, levé, DIN EN	G51285	Štítek Vzduch-motor - ISO
G41044	Dvojité spojovací koleno CO2 / inertní plyny, levé, DIN EN	G51286	Štítek AGFS/AGSS - ISO

Strana 3

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moinsinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Germany
 Postal address:
 23542 Lübeck, Germany
 Tel +49 451 882-0
 Fax +49 451 882-2080
 info@draeger.com
 www.draeger.com

Bank details
 Commerzbank AG, Lübeck
 IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
 BIC COBADEFF230
 Deutsche Bank AG, Lübeck
 IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
 BIC DEUTDEHH222

Registered office: Lübeck
 Commercial register:
 Local court Lübeck HRB 7903 HL
 General partner: Drägerwerk
 Verwaltungs AG
 Registered office: Lübeck
 Commercial register:
 Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
 Drägerwerk AG & Co. KGaA and
 Drägerwerk Verwaltungs AG:
 Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
 Executive Board:
 Stefan Dräger (chairman)
 Dr. Herbert Fehrecke
 Gert-Hartwig Lescow
 Anton Schrafner

G41043	Dvojité spojovací koleno N2O, levé, DIN EN	G51396	Prázdný umělohmotný štítek
G41670	Dvojité spojovací koleno VZDUCH/ levé	V04472	Štítek (O2)
G41030	Dvojité spojovací koleno O2, pravé, DIN EN	V04476	Štítek (N2O)
G41034	Dvojité spojovací koleno CO2 / inertní plyny, pravé, DIN EN	V04477	Štítek (VZDUCH)
G41033	Dvojité spojovací koleno N2O, pravé, DIN EN	G41623	Štítek (CO2)
G41660	Dvojité spojovací koleno VZDUCH/ pravé	G41429	Štítek (N2)
G41084	Spojovací koleno O2 – Francie	G41745	ACU ventilová skříň, základní díl
G41041	Dvojité spojovací koleno O2, levé, US	G41746	ACU ventilová skříň, horní díl
G41042	Dvojité spojovací koleno O2, levé, BS	G50611	ACU plošné krycí víko
G41087	Dvojité spojovací koleno O2, levé, Francie	G31065	ACU protipožární deska 25 mm, kompletní
G41031	Dvojité spojovací koleno O2, pravé, US	G31067	ACU protipožární skříň, kompletní
G41032	Dvojité spojovací koleno O2, pravé, BS	G41749	ACU skupina ventilů O2 DN 15
G42415	Spojovací kolena vzduch Pin-Index	G41751	ACU skupina ventilů VZDUCH DN 15
G42416	Spojovací kolena O2 Pin-Index	G41750	ACU skupina ventilů N2O DN 15
G42417	Spojovací kolena N2O Pin-Index	G41753	ACU skupina ventilů CO2 DN 15
G42418	Spojovací kolena CO2 Pin-Index	G41985	ACU skupina ventilů neutrální 5 barů DN 15
G42419	Spojovací kolena vzduch NEN 3268	G41988	ACU skupina ventilů neutrální 8 barů DN 15
G42420	Spojovací kolena O2 NEN 3268	G41754	ACU skupina ventilů VAC DN 20
G42421	Spojovací kolena N2O NEN 3268	G42304	ACU skupina ventilů neutrální 10 barů DN 15
G42422	Spojovací kolena CO2 NEN 3268	G41748	Síťový adaptér 230 VAC / 12 VDC
G42455	Spojovací kolena vzduch US-CGA	G41755	ACU jednotka displeje 5-násobná
G42456	Dvojité spojovací koleno vzduch L-US-CGA	G41756	ACU jednotka displeje 4-násobná
G42457	Dvojité spojovací koleno vzduch R-US-CGA	G41757	ACU jednotka displeje 3-násobná

Strana 4

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Molsinger Allee 33-35
23558 Lübeck, Germany
Postal address
23542 Lübeck, Germany
Tel: +49 451 882-0
Fax: +49 451 882-2080
Info@draeger.com
www.draeger.com

Bank details
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
BIC DEUTDEHH222

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Dr. Herbert Fehrecke
Gert-Matwig Lescow
Anton Schreiner

G42458	Spojovací kolena O2 US-CGA	G41759	ACU jednotka displeje 2-násobná
G42459	Dvojité spojovací koleno O2 L-US-CGA	G41758	ACU jednotka displeje 2-násobná s podtlakem
G42460	Dvojité spojovací koleno O2 R-US-CGA	G41760	ACU jednotka displeje 1-násobná
G42461	Spojovací kolena N2O US-CGA	G41866	Sada čidla objemového průtokoměru 50
G42462	Dvojité spojovací koleno N2O L-US-CGA	G41867	Sada čidla objemového průtokoměru 450
G42463	Dvojité spojovací koleno N2O R-US-CGA	G41868	Jednotka displeje objemového průtokoměru
G42464	Spojovací kolena CO2 US-CGA	G41879	Předinstalace sady čidla průtoků 50
G42465	Dvojité spojovací koleno CO2 L-US-CGA	G41880	Předinstalace sady čidla průtoků 450
G42466	Dvojité spojovací koleno CO2 R-US-CGA	G41877	Čidlo průtokoměru 50
G42471	Spojovací kolena vzduch BS341	G41878	Čidlo průtokoměru 450
G42472	Dvojité spojovací koleno vzduch L-BS341	G42309	Spínací měřidlo 4 bary
G42436	Dvojité spojovací koleno vzduch R-BS341	G42312	Spínací měřidlo 5 barů
G42437	Spojovací kolena O2 BS341	G42314	Spínací měřidlo 7 barů
G42473	Dvojité spojovací koleno O2 L-BS341	G42313	Spínací měřidlo 8 barů
G42474	Dvojité spojovací koleno O2 R-BS341	G42317	Spínací měřidlo VAC
G42475	Dvojité spojovací koleno O2 L-PIN INDEX	G41742	Reléový modul GCS / ACU
G42476	Dvojité spojovací koleno O2 R-PIN INDEX	G41743	ACU rozhraní výstražného systému
G42477	Spojovací kolena N2O BS341	G50850	ACU kabel výstražného systému (250 m)
G42478	Dvojité spojovací koleno N2O L-BS341	G42719	Pojistný ventil G3/4 DN 15
G42479	Dvojité spojovací koleno N2O R-BS341	G41405	Sada připojení k měřidlu 22-G1/4
G42480	Spojovací kolena CO2 BS341	G50716	AMS – sběrač dat
G42481	Dvojité spojovací koleno CO2 L-BS341	G50717	AMS – prodloužení sběrače dat
G42423	Spojovací kolena vzduch DIN	G50748	SM pouzdro 360
G42424	Dvojité spojovací koleno vzduch L-DIN	G50726	Monitor 3 G Masic

G42425	Dvojité spojovací koleno vzduch R-DIN	G18989	Reléový modul
G42426	Spojovací kolena O2 DIN	G42234	Propojený reléový modul
G42427	Dvojité spojovací koleno O2 L-DIN	G50736	Monitor 3G - AMS
G42428	Dvojité spojovací koleno O2 R-DIN	G50740	HW/UP sada 130
G42429	Spojovací kolena N2O DIN	G50744	AP sada 130
G42430	Dvojité spojovací koleno N2O L-DIN	G50727	Monitor 6G - Basic
G42431	Dvojité spojovací koleno N2O R-DIN	G50737	Monitor 6G - AMS
G42432	Spojovací kolena CO2 DIN	G50741	HW/UP sada 250
G42433	Dvojité spojovací koleno CO2 L-DIN	G50745	AP sada 250
G42434	Dvojité spojovací koleno CO2 R-DIN	G50710	Monitor LLT
G42579	HP O2 sestava hadice, DIN	G50743	HW/UP sada 400
G42580	HP vzduch sestava hadice, DIN	G50747	AP sada 400
G42583	HP N2 sestava hadice, MIE-AP	G50711	Monitor LL
G42584	HP vzduch sestava hadice, MIE-AP	G50742	HW/UP sada 310
G42585	HP O2 sestava hadice, MIE-AP	G50746	AP sada 310
G42586	HP N2O sestava hadice, MIE-AP	G50712	Monitor L
G41025	V.I.E. řídicí jednotka	G50741	HW/UP sada 250
G42594	Sada pro připojení tekutého plynu	G50745	AP sada 250
G40834	Sada redukce tlaku VIE	G50770	Monitor R
G41405	Konektor spínacího měřidla 22-G1/4	G42000	GCC 1000
G42316	Spínací měřidlo 17/13	G42630	GCC 1000 dotykový panel
G42368	Sada bezpečnostního ventilu 80/5	G42633	Brána LON Mod Bus
G41642	Nouzový přívod O2	G42724	Modul GSM
G41643	Nouzový přívod N2O	G42632	GCC 1000 pouzdro pro montáž na stěnu
G41644	Nouzový přívod CO2	G42634	Opce GDS
G41645	Nouzový přívod VZDUCH	G42635	Opce GSM
G42291	Individuální ukazatel tlaku lahve 200 barů	G42636	Opce zapisovací měřicí přístroj dat
G42297	Individuální ukazatel tlaku lahve 60 barů	G42639	Opce BacNet

G42280	HP sada manometru 200 barů levá	G51300	Brána GMS
G42281	HP sada manometru 200 barů pravá	G50761	Panel nouzového signálu 1EN
G42282	HP sada manometru 60 barů levá	G50762	Panel nouzového signálu 2EN
G42283	HP sada manometru 60 barů pravá	G50763	Panel nouzového signálu 3EN
G42700	Esters čidlo průtoku GD500 O2	G50765	Panel provozního poplašného signálu 5 EN
G42701	Esters čidlo průtoku GD500 CO2	G50531	Povrchový rám A2
G42702	Esters čidlo průtoku GD500 vzduch	G50767	Povrchový rám A3
V11041	Konzola pro 1 láhev	G40665	Skříň pro instalaci na stěnu E2
V11042	Konzola pro 2 láhve	G50764	Skříň pro instalaci na stěnu E3
V11043	Konzola pro 3 láhve	G50790	SÍŤOVÝ ADAPTÉR 30 VA/AC
MH00008	Elektromagnetický ventil Brass	G50791	SÍŤOVÝ ADAPTÉR 75 VA/AC
G41656	Symbol zařízení na kyslík DE/EN	G50792	SÍŤOVÝ ADAPTÉR 150 VA/AC
V03743	Štítek „Oxid dusný“ de/en	G50728	Síťový adaptér pro stropní kolejnici
V03760	Štítek „Dusík“ de/en	G42337	L-spínač XP (2 porty)
V03744	Štítek „Oxid uhličitý“ de/en	G42338	L-spínač XP (3 porty)
V02691	Štítek „Plný“	G42339	L-spínač XP (5 portů)
V02692	Štítek „Prázdný“	G50730	Přípojný blok / SM
V02693	Štítek „V provozu“	G50731	Přípojný blok
V40951	Štítek „Zařízení na tlakový plyn“	G50732	Přípojný blok / panel
V40952	Štítek „Vstup nepovolaným osobám je přísně zakázán“	G50769	LON terminátor
V40953	Štítek „Nebezpečí výbuchu“	G50750	Systémový kabel AMS (100 m)
G30731	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 125 – 50 Hz	G50795	Systémový kabel AMS (100 m)
G30732	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 250 – 50 Hz	G42061	Dutá kolejnice, 0,8 m
G30733	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 350 – 50 Hz	G31174	Dutá kolejnice, 1,0 m
G30734	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 500 – Hz	G42062	Dutá kolejnice, 1,2 m

G30735	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 700 – 50 Hz	G42063	Dutá kolejnice, 1,6 m
G30736	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 1000 – 50 Hz	G42064	Dutá kolejnice, 2,0 m
G31120	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 125 – 60 Hz	G42065	Dutá kolejnice, 2,4 m
G31121	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 250 – 60 Hz	G42066	Dutá kolejnice, 2,8 m
G31122	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 350 – 60 Hz	G42067	Dutá kolejnice, 3,2 m
G31123	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 500 – 60 Hz	G31173	Dutá kolejnice, 3,6 m
G31124	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 700 – 60 Hz	G42068	Dutá kolejnice, 4,0 m
G31125	Kompaktní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu DWPP SRD 1000 – 60 Hz	G60477	Podpěra kolejnice
G30476	Kompresor DWSRM 320, 50 Hz	G60478	Sada 5 ks podpěr kolejnice
G30477	Kompresor DWSRM 450, 50 Hz	G60160	Ekvalizér potenciálu
G30479	Kompresor DWSRM 610, 50 Hz	G60038	Spojovací díl
G30480	Kompresor DWSRM 800, 50 Hz	G60036	Těsnící ucpávka
G30481	Kompresor DWSRM 1100, 50 Hz	G60504	Štítek Hmotnost
G30483	Kompresor DWSRM 1640, 50 Hz	G60595	Štítek CE
G30484	Kompresor DWSRM 2030, 50 Hz	G49200	Automatický rozdělovač HTM HF – O ₂
G30870	Kompresor DWSRM 320, 60 Hz	G49201	Automatický rozdělovač HTM HF – vzduch 4 bary
G30871	Kompresor DWSRM 450, 60 Hz	G49202	Automatický rozdělovač HTM HF – vzduch 7 barů
G30872	Kompresor DWSRM 610, 60 Hz	G49203	Automatický rozdělovač HTM HF – N ₂ O

G30873	Kompresor DWSRM 800, 60 Hz	AM_HF_CO2_H	Automatický rozdělovač HTM HF – N2O vč. vyhřívání
G30874	Kompresor DWSRM 1100, 60 Hz	G49204	Automatický rozdělovač HTM HF – CO2
G30875	Kompresor DWSRM 1640, 60 Hz	AM_HF_CO2_H	Automatický rozdělovač HTM HF – CO2 vč. vyhřívání
G30876	Kompresor DWSRM 2030, 60 Hz	G49205	Automatický rozdělovač HTM HF – Entonox
G30493	Kompr. (K) DWSBM 320/350, 50 Hz	AM_HF_ENT_H	Automatický rozdělovač HTM HF – Entonox vč. vyhřívání
G30494	Kompr. (K) DWSBM 610/500, 50 Hz	G49206	Automatický rozdělovač HTM LF – O2
G30615	Kompr. (K) DWSBM 800/500, 50 Hz	G49207	Automatický rozdělovač HTM LF – Vzduch
G30616	Kompr. (K) DWSBM 1100/500, 50 Hz	G49208	Automatický rozdělovač HTM LF – N2O
G30704	Kompr. (K) DWSBM 1640/750, 50 Hz	AM_LF_N2O_H	Automatický rozdělovač HTM LF – N2O – vč. vyhřívání
G30705	Kompresor DWSRD 125	G49209	Automatický rozdělovač HTM LF – CO2
G30708	Kompresor DWSRD 125 (60Hz)	AM_LF_CO2_H	Automatický rozdělovač HTM LF – CO2 vč. vyhřívání
G30880	Kompresor DWSRD 250	G49210	Automatický rozdělovač HTM LF – Entonox
G30709	Kompresor DWSRD 250 (60Hz)	AM_LF_ENT_H	Automatický rozdělovač HTM LF – Entonox vč. vyhřívání
G30881	Kompresor DWSRD 350	G49211	Nouzový rezervní rozdělovač HTM HF – O2
G30710	Kompresor DWSRD 350 (60Hz)	G49212	Nouzový rezervní rozdělovač HTM HF – vzduch
G30882	Kompresor DWSRD 500	G49213	Nouzový rezervní rozdělovač HTM HF – N2O
G30711	Kompresor DWSRD 500 (60Hz)	G49214	Nouzový rezervní rozdělovač HTM HF – CO2
G30883	Kompresor DWSRD 700	G49215	Nouzový rezervní rozdělovač HTM HF – Entonox
G30712	Kompresor DWSRD 700 (60Hz)	G49216	Nouzový rezervní rozdělovač HTM LF – O2
G30884	Kompresor DWSRD 700 (60Hz)	G49217	Nouzový rezervní rozdělovač HTM LF – vzduch
G30713	Kompresor DWSRD 1000	G49218	Nouzový rezervní rozdělovač HTM LF – N2O
G30885	Kompresor DWSRD 1000 (60Hz)	G49219	Nouzový rezervní rozdělovač HTM LF – CO2

G31441	DWSC 3 (Focus) 50 Hz Slave	G49220	Nouzový rezervní rozdělovač HTM LF – Entonox
G31442	DWSC 4 (Focus) 50 Hz Slave	G49221	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x1 SR – O2
G31443	DWSC 6 (Focus) 50 Hz Slave	G49222	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x1 SR – vzduch
G31444	DWSC 8 (Focus) 50 Hz Slave	G49223	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x1 SR – N2O
G31445	DWSC 10 (Focus) 50 Hz Slave	G49224	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x1 SR – CO2
G31446	DWSC 15 (Focus) 50 Hz Slave	G49225	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x1 SR – Entonox
G31447	DWSC 20 (Focus) 50 Hz Slave	G49226	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x2 DR – O2
G31448	DWSC 3 (Focus) 60 Hz Slave	G49227	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x2 DR – vzduch
G31449	DWSC 4 (Focus) 60 Hz Slave	G49228	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x2 DR – N2O
G31450	DWSC 6 (Focus) 60 Hz Slave	G49229	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x2 DR – CO2
G31451	DWSC 8 (Focus) 60 Hz Slave	G49230	Sada pro připojení barometrické trubice HTM 2x2 DR – Entonox
G31452	DWSC 10 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_SC 03_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 3 – 50 Hz
G31453	DWSC 15 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_SC 04_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 4 – 50 Hz
G31454	DWSC 20 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_SC 06_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 6 – 50 Hz
G31455	DWLC 7 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_SC 08_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 8 – 50 Hz
G31456	DWLC 9 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_SC 10_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 10 – 50 Hz
G31458	DWLC 20 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_SC 15_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 15 – 50 Hz
G31459	DWLC 25 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_SC 20_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 20 – 50 Hz
G31460	DWLC 30 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_LC 07_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 7 – 50 Hz
G31457	DWLC 15 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_LC 09_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 9 – 50 Hz
G31461	DWLC 7 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_LC 15_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 15 – 50 Hz
G31462	DWLC 9 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_LC 20_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 20 – 50 Hz

G31464	DWLC 20 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_LC 25_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 25 – 50 Hz
G31465	DWLC 25 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_LC 30_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 30 – 50 Hz
G31466	DWLC 30 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_LS 40_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLS 40 – 50 Hz
G31463	DWLC 15 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_LS 50_50	Zařízení Triplex Air HTM DWLS 50 – 50 Hz
G31467	DWLS 40 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_SRM 0320_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 320 – 50 Hz
G31468	DWLS 50 (Focus) 50 Hz Slave	TAP_SRM 0450_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 450 – 50 Hz
G31469	DWLS 40 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_SRM 0610_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 610 – 50 Hz
G31470	DWLS 50 (Focus) 60 Hz Slave	TAP_SRM 0800_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 800 – 50 Hz
G31341	DWSC 3 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SRM 1100_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 1100 – 50 Hz
G31342	DWSC 4 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SRM 1640_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 1640 – 50 Hz
G31343	DWSC 6 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SRM 2030_50	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 2030 – 50 Hz
G31344	DWSC 8 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SC 03_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 3 – 60 Hz
G31345	DWSC 10 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SC 04_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 4 – 60 Hz
G31346	DWSC 15 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SC 06_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 6 – 60 Hz
G31347	DWSC 20 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SC 08_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 8 – 60 Hz
G31348	DWSC 3 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SC 10_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 10 – 60 Hz
G31349	DWSC 4 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SC 15_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 15 – 60 Hz
G31350	DWSC 6 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SC 20_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSC 20 – 60 Hz
G31351	DWSC 8 (Focus) 60 Hz Master	TAP_LC 07_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 7 – 60 Hz

G31352	DWSC 10 (Focus) 60 Hz Master	TAP_LC 09_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 9 – 60 Hz
G31353	DWSC 15 (Focus) 60 Hz Master	TAP_LC 15_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 15 – 60 Hz
G31354	DWSC 20 (Focus) 60 Hz Master	TAP_LC 20_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 20 – 60 Hz
G31355	DWLC 7 (Focus) 50 Hz Master	TAP_LC 25_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 25 – 60 Hz
G31356	DWLC 9 (Focus) 50 Hz Master	TAP_LC 30_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLC 30 – 60 Hz
G31358	DWLC 20 (Focus) 50 Hz Master	TAP_LS 40_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLS 40 – 60 Hz
G31359	DWLC 25 (Focus) 50 Hz Master	TAP_LS 50_60	Zařízení Triplex Air HTM DWLS 50 – 60 Hz
G31360	DWLC 30 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SRM 0320_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 320 – 60 Hz
G31357	DWLC 15 (Focus) 50 Hz Master	TAP_SRM 0450_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 450 – 60 Hz
G31361	DWLC 7 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SRM 0610_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 610 – 60 Hz
G31362	DWLC 9 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SRM 0800_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 800 – 60 Hz
G31364	DWLC 20 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SRM 1100_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 1100 – 60 Hz
G31365	DWLC 25 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SRM 1640_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 1640 – 60 Hz
G31366	DWLC 30 (Focus) 60 Hz Master	TAP_SRM 2030_60	Zařízení Triplex Air HTM DWSRM 2030 – 60 Hz
G31363	DWLC 15 (Focus) 60 Hz Master	DAP_SC 03_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 3 – 50 Hz
G31367	DWLS 40 (Focus) 50 Hz Master	DAP_SC 04_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 4 – 50 Hz
G31368	DWLS 50 (Focus) 50 Hz Master	DAP_SC 06_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 6 – 50 Hz
G31369	DWLS 40 (Focus) 60 Hz Master	DAP_SC 08_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 8 – 50 Hz
G31370	DWLS 50 (Focus) 60 Hz Master	DAP_SC 10_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 10 – 50 Hz

G30980	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 6	DAP_SC 15_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 15 – 50 Hz
G30981	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 7	DAP_SC 20_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 20 – 50 Hz
G30982	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 11	DAP_LC 07_50	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 7 – 50 Hz
G30983	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 15	DAP_LC 09_50	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 9 – 50 Hz
G30984	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 16	DAP_LC 15_50	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 15 – 50 Hz
G30985	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 18	DAP_LC 20_50	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 20 – 50 Hz
G30986	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 22	DAP_SRM 0320_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 320 – 50 Hz
G30987	Šroubový kompresor ALMIG-Compressoren GmbHIG Flex 30	DAP_SRM 0450_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 450 – 50 Hz
G42785	ALMIG-Compressoren GmbHIG Lento 15	DAP_SRM 0610_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 610 – 50 Hz
G42786	ALMIG-Compressoren GmbHIG Lento 18	DAP_SRM 0800_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 800 – 50 Hz
G42787	ALMIG-Compressoren GmbHIG Lento 22	DAP_SRM 1100_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 1100 – 50 Hz
G42788	ALMIG-Compressoren GmbHIG Lento 30	DAP_SRM 1640_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 1640 – 50 Hz
G42397	Věž Airko	DAP_SRM 2030_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 2030 – 50 Hz
G42410	Kompresor Boge K8	DAP_SC 03_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 3 – 60 Hz
G42494	Kompresor Boge SL 125	DAP_SC 04_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 4 – 60 Hz
G42414	Kompresor Boge K15	DAP_SC 06_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 6 – 60 Hz
G42527	Kompresor Boge S60	DAP_SC 08_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 8 – 60 Hz
G42564	Kompresor Boge SF60	DAP_SC 10_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 10 – 60 Hz
G42667	Boge SC 10 10 barů (Focus) 50 Hz Master	DAP_SC 15_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 15 – 60 Hz

G42666	Boge SC 10 10 barů (Focus) 50 Hz Master	DAP_SC 20_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSC 20 – 50 Hz
G42766	Boge C15F Master	DAP_LC 07_60	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 7 – 60 Hz
G42767	Boge C15F Slave	DAP_LC 09_60	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 9 – 60 Hz
G42768	Boge C20F Master	DAP_LC 15_60	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 15 – 60 Hz
G42769	Boge C20F Slave	DAP_LC 20_60	Zařízení Duplex Air HTM DWLC 20 – 60 Hz
G42770	Boge C25F Master	DAP_SRM 0320_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 320 – 60 Hz
G42771	Boge C25F Slave	DAP_SRM 0450_60	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 450 – 60 Hz
G42772	Boge C30F Master	DAP_SRM 0610_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 610 – 50 Hz
G42569	Boge C30F Slave	DAP_SRM 0800_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 800 – 50 Hz
G42783	Boge SLF40 freq. (Master)	DAP_SRM 1100_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 1100 – 50 Hz
G42784	Boge SLF40 freq. (Slave)	DAP_SRM 1640_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 1640 – 50 Hz
G42774	Boge C25F Duotherm	DAP_SRM 2030_50	Zařízení Duplex Air HTM DWSRM 2030 – 50 Hz
G42610	Atlas Copco SF15	ARS_1000	Duplex stanice regulátoru 1000
G42531	Kompresor Kaeser SK24	ARS_2000	Duplex stanice regulátoru 2000
	KCcl. G, Germany GmbH airsyst.	ARS_3000	Duplex stanice regulátoru 3000
G42532	Kompresor Kaeser ASD 37	OVS_2500	Separátor olej - voda 2500
G42676	Kompresor Kaeser SK22	OVS_5000	Separátor olej - voda 5000
G42622	Ekom AVX 140	G49400	Triplex podtlakové zařízení HTM MMVT266
G30988	Řídicí panel ALMIG- Compressoren GmbH RS 485	G49401	Triplex podtlakové zařízení HTM MMVT428
G42395	Řízení GLW4	G49402	Triplex podtlakové zařízení HTM MMVT683
G42396	Řízení MC3	G49403	Triplex podtlakové zařízení HTM MMVT1000
G42412	Základní řízení	G49404	Triplex podtlakové zařízení HTM MMVT1700
G42493	9-krát řídicí panel	G49405	Podtlakové kvad. zařízení HTM MMVQ2716
G42566	4-krát řídicí panel	G49406	Podtlakové kvad. zařízení HTM MMVQ4000
G42755	4-krát speciální řídicí panel Airtelligence	G49407	Podtlakové kvad. zařízení HTM MMVQ5332

G42756	4-krát speciální řídicí panel Airtelligence	G49408	Podtlakové kvad. zařízení HTM MMVQ6750
G42677	3-krát řídicí panel s SAM	G49409	Podtlakové kvad. zařízení HTM MMVQ8500
G42680	3-krát speciální řídicí panel	1128825	Měděná trubice 8x1 DIN EN 13348 tvrdá
G42791	4-krát speciální řídicí panel	1128876	Měděná trubice 12x1 DIN EN 13348 tvrdá
G42754	Boge Airtelligence plus	1128930	Měděná trubice 15x1 DIN EN 13348 tvrdá
G42802	Boge Airtelligence plus (vestavěná verze)	1128892	Měděná trubice 22x1 DIN EN 13348 tvrdá
G42602	Atlas Copco ES4i	1128949	Měděná trubice 28x1,5 DIN EN 13348 tvrdá
G42789	CAN Bus odpojovač	1128906	Měděná trubice 35x1,5 DIN EN 13348 tvrdá
G30721	Energetický panel 2 x 0,75 – 4 kW	1128914	Měděná trubice 42x1,5 DIN EN 13348 tvrdá
G30722	Energetický panel 2 x 5,5 – 11,0 kW	1128957	Měděná trubice 54x2 DIN EN 13348 tvrdá
G30723	Energetický panel 2 x 15,0 – 18,5 kW	1128325	Měděná trubice 64x2 DIN EN 13348 tvrdá
G30724	Energetický panel 2 x 22,0 – 37,0 kW	1129333	Měděná trubice 76x2 DIN EN 13348 tvrdá
G30725	Energetický panel 3 x 0,75 – 4 kW	1129341	Měděná trubice 89x2 DIN EN 13348 tvrdá
G30726	Energetický panel 3 x 5,5 – 11,0 kW	1129368	Měděná trubice 108x2,5 DIN EN 13348 tvrdá
G30727	Energetický panel 3 x 15,0 – 18,5 kW	G42101	Měděná trubice EN 13348-R290-12 mm
G30728	Energetický panel 3 x 22,0 – 37,0 kW	G42102	Měděná trubice EN 13348-R290-15 mm
G42529	Energetický panel 2 x 45 kW	G42103	Měděná trubice EN 13348-R290-22 mm
G30714	DR – Řídicí panel 2 x 0,75 – 4 kW	G42104	Měděná trubice EN 13348-R290-28 mm
G30715	DR – Řídicí panel 2 x 5,5 – 11,0 kW	G42105	Měděná trubice EN 13348-R290-35 mm
G30716	DR – Řídicí panel 2 x 15,0 – 18,5 kW	G42106	Měděná trubice EN 13348-R290-42 mm
G30717	DR – Řídicí panel 3 x 0,75 – 4 kW	G42107	Měděná trubice EN 13348-R290-54 mm
G30718	DR – Řídicí panel 3 x 5,5 – 11,0 kW	G42108	Měděná trubice EN 13348-R290-64 mm

G30719	DR – Řídicí panel 3 x 15,0 – 18,5 kW	G42109	Měděná trubice EN 13348-R290-76 mm
G42501	Řídicí skříň 2 2x2	G42110	Měděná trubice EN 13348-R290-88 mm
G42503	Řídicí skříň 1 2x2	G42111	Měděná trubice EN 13348-R290-108 mm
G42533	Řídicí panel vč. SAM	1128817	Měděná trubice 8x1 DIN EN 13348 měkká
G30236	Zásobníky na stlačený vzduch 500 L – 16 barů	1128868	Měděná trubice 12x1 DIN EN 13348 měkká
G30237	Zásobníky na stlačený vzduch 750 L – 16 barů	1128922	Měděná trubice 15x1 DIN EN 13348 měkká
G30238	Zásobníky na stlačený vzduch 1000 L – 16 barů	1326708	Objímka EN 1254-5270-8
G30239	Zásobníky na stlačený vzduch 1500 L – 16 barů	1326716	Objímka EN 1254-5270-12
G30240	Zásobníky na stlačený vzduch 2000 L – 16 barů	1326724	Objímka EN 1254-5270-15
G30241	Zásobníky na stlačený vzduch 3000 L – 16 barů	1326759	Objímka EN 1254-5270-22
G30242	Zásobníky na stlačený vzduch 270 L – 11 barů	1326767	Objímka EN 1254-5270-28
G30243	Zásobníky na stlačený vzduch 350 L – 11 barů	1326775	Objímka EN 1254-5270-35
G30244	Zásobníky na stlačený vzduch 500 L – 11 barů	1326783	Objímka EN 1254-5270-42
G30245	Zásobníky na stlačený vzduch 1000 L – 11 barů	1330578	Objímka EN 1254-5270-54
G31129	Zásobníky na stlačený vzduch 2000 L – 11 barů	MH00024	Objímka Solder 64
G31138	Zásobníky na stlačený vzduch 3000 L – 11 barů	MH00757	Objímka Solder 76
G31471	Zásobníky na stlačený vzduch 500 L – 16 barů	G42347	Objímka 5270 89
G42612	Zásobníky na stlačený vzduch 2000 L Lohenner	G42348	Objímka 5270 108
G91770	MA DMET 002S	1326805	CU koleno 90° I/I 8 EN 1254
G91771	MA DMET 003S	1326813	CU koleno 90° I/I 12 EN 1254
G91772	MA DMET 004S	1326821	CU koleno 90° I/I 15 EN 1254
G91773	MA DMET 008S	1326864	CU koleno 90° I/I 22 EN 1254
G30622	MA DMET 012S	1326872	CU koleno 90° I/I 28 EN 1254
G30623	MA DMET 015S	1326880	CU koleno 90° I/I 35 EN 1254
G30624	MA DMET 020S	1326899	CU koleno 90° I/I 42 EN 1254
G30625	MA DMET 025S	1330586	CU koleno 90° I/I 54 EN 1254
G30626	MA DMET 030S	MH00025	CU koleno 90° I/I 64

G30627	MA DMET 040S	MH00759	CU koleno 90° I/I 76
G30628	MA DMET 050S	G42349	CU koleno 90° I/I 5002A 89 mm
G30629	MA DMET 060S	G42350	CU koleno 90 I/I 5002A 108 mm
G30630	MA DMET 080S	2332280	CU koleno 90 I/A 12 EN 1254
G31032	Chladicí sušárna DC 0020, AB 50/60 Hz	2332299	CU koleno 90 I/A 15 EN 1254
G31033	Chladicí sušárna DC 0035, AB 50/60 Hz	2332388	CU koleno 90 I/A 22 EN 1254
G31034	Chladicí sušárna DC 0050, AB 50/60 Hz	2332396	CU koleno 90 I/A 28 EN 1254
G31035	Chladicí sušárna DC 0065, AB 50/60 Hz	2332280	CU koleno 90 I/A 12 EN 1254
G31036	Chladicí sušárna DC 0085, AB 50/60 Hz	2332299	CU koleno 90 I/A 15 EN 1254
G31037	Chladicí sušárna DC 00105, AB 50/60 Hz	2332388	CU koleno 90 I/A 22 EN 1254
G31038	Chladicí sušárna DC 0125, AB 50 Hz	2332396	CU koleno 90 I/A 28 EN 1254
G31039	Chladicí sušárna DC 0150, AB 50 Hz	2332221	CU koleno 45 I/A 12 EN 1254
G31040	Chladicí sušárna DC 0180, AB 50 Hz	2332248	CU koleno 45 I/A 15 EN 1254
G31041	Chladicí sušárna DC 00225, AB 50 Hz	2332256	CU koleno 45 I/A 22 EN 1254
G31042	Chladicí sušárna DC 0300, AB 50 Hz	2332302	CU koleno 45 I/A 28 EN 1254
G31043	Chladicí sušárna DC 0350, AB 50 Hz	2332310	CU koleno 45 I/A 35 EN 1254
G31044	Chladicí sušárna DC 0450, AB 50 Hz	2332329	CU koleno 45 I/A 42 EN 1254
G31045	Chladicí sušárna DC 0125, AB 60 Hz	MH00750	CU koleno 45 I/A-5040-54
G31046	Chladicí sušárna DC 0150, AB 60 Hz	1326945	T-kus 8 EN 1254
G31047	Chladicí sušárna DC 0180, AB 60 Hz	1326953	T-kus 12 EN 1254
G31048	Chladicí sušárna DC 0225, AB 60 Hz	1326961	T-kus 15 EN 1254
G31049	Chladicí sušárna DC 0300, AB 60 Hz	1327003	T-kus 22 EN 1254
G31050	Chladicí sušárna DC 0360, AB 60 Hz	1327011	T-kus 28 EN 1254
G31051	Chladicí sušárna DC 0450, AB 60 Hz	1327038	T-kus 35 EN 1254
G42613	Chladicí sušárna FST	1327046	T-kus 42 EN 1254

G42775	Čidlo rosného bodu FA410	1330594	T-kus 54 EN 1254
G41590	Filtrační stanice vzduchu 60	MH00026	T-kus 64
G41620	Filtrační stanice vzduchu 190	MH00796	T-kus 76
G41580	Redukční stanice tlaku 100	G42351	T-kus 5130 89
G41624	Sada pro redukci tlaku 80/8	G42352	T-kus 5130 108
G41610	Redukční stanice tlaku 300	1327054	Redukční T-kus 12-8-12 EN 1254
G41625	Redukční stanice tlaku 180/8	1327089	Redukční T-kus 15-12-15 EN 1254
G42553	Redukční stanice tlaku 300, 5 barů	1327143	Redukční T-kus 22-15-22 EN 1254
G42554	Redukční stanice tlaku 300, 8 barů	1327208	Redukční T-kus 28-22-28 EN 1254
G42555	Redukční stanice tlaku 100, 5 barů	1327232	Redukční T-kus 35-28-35 EN 1254
G42556	Redukční stanice tlaku 100, 8 barů	G42353	Redukční T-kus 5130 R 42-28-42
G41410	Vzduchový filtr redukční stanice 60/5	G42354	Redukční T-kus 5130 R 42-35-42 32,70
G40780	Sada redukce tlaku 0,5 - 10	G42355	Redukční T-kus 5130 R 54-42-54
G40781	Sada redukce tlaku 0,5 - 10	G42356	Redukční T-kus 5130 R 64-54-64
G40289	Bezpečnostní ventil 5 barů	G42370	Redukční T-kus 5130 R 76-64-76
G40406	Bezpečnostní ventil 8 barů	G42357	Redukční T-kus 5130 R 76-64-76
G42577	DM 100 bezpečnostní ventil 5,5	G42358	Redukční T-kus 5130 R 89-76-89
G42575	GCS 1200 bezpečnostní ventil 5,5	G42359	Redukční T-kus 5130 R 108-89-108
G42803	Bezpečnostní ventil 9 barů	1327291	Redukční armatura EN 1254-5243-12-8
G42619	Bezpečnostní ventil Herose 6 barů	1327305	Redukční armatura EN 1254-5243-15-12
G42620	Bezpečnostní ventil Herose 11 barů	1327348	Redukční armatura EN 1254-5243-22-12
G42509	Motorizovaný ventil	1327356	Redukční armatura EN 1254-5243-22-15
G30762	Bekomat 32	1327399	Redukční armatura EN 1254-5243-28-22
G30542	Bekomat 12	1327402	Redukční armatura EN 1254-5243-35-28
G42641	Odtok kondenzátu EWD330C	1327410	Redukční armatura EN 1254-5243-42-35
G30960	Öwamat 10	1330608	Redukční armatura EN 1254-5243-54X42
G30961	Öwamat 11	MH00023	Redukční armatura 64-54
G30962	Öwamat 12	MH00758	Redukční armatura 76-54

G30963	Öwamat 14	G42360	Redukční armatura 5243 76-54
G30605	Cyklonový separátor G 1/2	G42361	Redukční armatura 5243 89-76
G30613	Cyklonový separátor G 3/4	G42362	Redukční armatura 5243 108-89
G30606	Cyklonový separátor G 1	MH00803	Potrubní šroubový spoj 12xG1/2"i
G30607	Cyklonový separátor G 1 1/4	MH00804	Potrubní šroubový spoj 12xG3/8"i
G31030	Chráníč medicinálního vzduchu	MH00805	Potrubní šroubový spoj 15xG1/2"i
G31500	Chráníč medicinálního vzduchu VOC	MH00806	Potrubní šroubový spoj 22xG3/4"i
G42374	RS PE vzduchový okruh	MH00807	Potrubní šroubový spoj 22xG1"i
G42508	Tlakový převodník	MH00808	Potrubní šroubový spoj 28xG3/4"i
G30543	Závěsná konzola B12	MH00809	Potrubní šroubový spoj 28xG1"i
G31052	Obtok 1/2"	MH00810	Potrubní šroubový spoj 35xG1 1/4"i
G31053	Obtok 1"	MH00811	Potrubní šroubový spoj 12xG1/2"a
G31054	Obtok 1 1/4"	MH00812	Potrubní šroubový spoj 12xG3/8"a
G31055	Obtok 1 1/2"	MH00813	Potrubní šroubový spoj 15xG1/2"a
G31056	Obtok 2"	MH00814	Potrubní šroubový spoj 22xG3/4"a
G30662	Sada tlumiče zvuku I	MH00815	Potrubní šroubový spoj 22xG1"a
G30663	Sada tlumiče zvuku II	MH00816	Potrubní šroubový spoj 28xG3/4"a
G30664	Sada tlumiče zvuku III	MH00817	Potrubní šroubový spoj 28xG1"a
G30617	Sada adaptéru	MH00818	Potrubní šroubový spoj 35xG1 1/4"a
MH00760	DR armatury 1	MH00819	Rohový šroubový spoj 12xG1/2"a
MH00761	DR armatury 2	MH00820	Rohový šroubový spoj 12xG3/8"a
MH00762	DR armatury 3	MH00821	Rohový šroubový spoj 15xG1/2"a
MH00763	DR armatury 4	MH00822	Rohový šroubový spoj 22xG3/4"a
MH00764	DR armatury 5	MH00823	Rohový šroubový spoj 22xG1"a
G42398	Modul DE 200K	MH00824	Rohový šroubový spoj 28xG3/4"a
G42399	Manometrický přepínač MDR2	MH00825	Rohový šroubový spoj 28xG1"a
G42400	PTFE hadice Hansaflex ATWE020	MH00826	Rohový šroubový spoj 35xG1 1/4"a
G42401	PTFE hadice Hansaflex ATWE25	MH00827	Adaptér 12xG3/8"o
G42411	PTFE hadice	MH00828	Adaptér 15xG1/2"o
G42524	Čidlo rosného bodu FA300	MH00829	Adaptér 22xG3/4"o
G31139	Částicový filtr 030, kompletní	MH00830	Adaptér 22xG1"o

G31140	Částicový filtr 058, kompletní	MH00831	Adaptér 28xG3/4"o
G31141	Částicový filtr 080, kompletní	MH00832	Adaptér 28xG1"o
G30572	Vakuové čerpadlo 040, 50 Hz	MH00833	Adaptér 35xG1 1/4"o
G30573	Vakuové čerpadlo 063, 50 Hz	MH00834	Adaptér 12xG1/2"i
G30261	Vakuové čerpadlo 100, 50 Hz	MH00835	Adaptér 12xG3/8"i
G30574	Vakuové čerpadlo 160, 50 Hz	MH00836	Adaptér 15xG1/2"i
G30575	Vakuové čerpadlo 202, 50 Hz	MH00837	Adaptér 22xG3/4"i
G30576	Vakuové čerpadlo 250, 50 Hz	MH00838	Adaptér 22xG1"i
G30577	Vakuové čerpadlo 302, 50 Hz	MH00839	Adaptér 28xG3/4"i
G30578	Vakuové čerpadlo 400, 50 Hz	MH00840	Adaptér 28xG1"i
G30579	Vakuové čerpadlo 502, 50 Hz	MH00841	Adaptér 35xG1 1/4"i
G30580	Vakuové čerpadlo 630, 50 Hz	MH00797	Zástrčka G1/4"
G31419	Vakuové čerpadlo 048, 60 Hz	MH00798	Zástrčka G3/8"
G31420	Vakuové čerpadlo 076, 60 Hz	MH00799	Zástrčka G1/2"
G31421	Vakuové čerpadlo 120, 60 Hz	MH00800	Zástrčka G3/4"
G31422	Vakuové čerpadlo 190, 60 Hz	MH00801	Zástrčka G1"
G31423	Vakuové čerpadlo 240, 60 Hz	MH00802	Zástrčka G1 1/4"
G31424	Vakuové čerpadlo 300, 60 Hz	G49500	Uzavíratelný ventil vedení HTM 15
G31425	Vakuové čerpadlo 360, 60 Hz	G49501	Uzavíratelný ventil vedení HTM 22
G31426	Vakuové čerpadlo 480, 60 Hz	G49502	Uzavíratelný ventil vedení HTM 28
G31427	Vakuové čerpadlo 600, 60 Hz	G49503	Uzavíratelný ventil vedení HTM 35
G31428	Vakuové čerpadlo 760, 60 Hz	G49504	Uzavíratelný ventil vedení HTM 42
G42496	Vakuové čerpadlo Rietschle VC303	G49505	Uzavíratelný ventil vedení HTM 54
G42497	Vakuové čerpadlo Rietschle VC100	G49506	Uzavíratelný ventil vedení HTM 67
G30683	Vakuové čerpadlo DW KVT 3.60	G49507	Uzavíratelný ventil vedení HTM 76
G30684	Vakuové čerpadlo DW KVT 3.80	G49508	Uzavíratelný ventil vedení HTM 108
G30685	Vakuové čerpadlo DW KVT 3.100	G49509	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 15 – O2
G30686	Vakuové čerpadlo DW KVT 3.140	G49510	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 15 – vzduch
G30687	Vakuové čerpadlo DW VTLF 200	G49511	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 15 – vzduch7
G30688	Vakuové čerpadlo DW VTLF 250	G49512	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 15 – N2O
G31204	Vakuové čerpadlo DW VTLF 2.250	G49513	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 15 – CO2

G30689	Vakuové čerpadlo DW VTLF 400	G49515	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 15 – Entonox
G30690	Vakuové čerpadlo DW VTLF 500	G49516	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 22 – O2
G42608	Vakuové čerpadlo Busch Triplex	G49517	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 22 – vzduch
G42740	Vakuové čerpadlo Busch Mink MM1322	G49518	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 22 – vzduch7
G42741	Vakuové čerpadlo Busch Mink MM1324	G49519	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 22 – N2O
G00179	Vakuová nádrž 500 l	G49520	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 22 – CO2
G00180	Vakuová nádrž 750 l	G49522	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 22 – Entonox
G00181	Vakuová nádrž 1000 l	G49523	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 28 – O2
G00184	Vakuová nádrž 1500 l	G49524	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 28 – vzduch
G00185	Vakuová nádrž 2000 l	G49525	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 28 – vzduch7
G00186	Vakuová nádrž 3000 l	G49526	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 28 – N2O
G32000	MVC Řídicí panel podtlaku	G49527	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 28 – CO2
G31380	MVC(Basic) 2-násobný až 4kW	G49529	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 28 – Entonox
G31381	MVC(Basic) 2-násobný až 11kW	G49530	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 35 – O2
G31382	MVC(Basic) 2-násobný až 18,5kW	G49531	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 35 – vzduch
G31383	MVC(Basic) 3-násobný až 4kW	G49532	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 35 – vzduch7
G31384	MVC(Basic) 3-násobný až 11kW	G49536	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 35 – Entonox
G31385	MVC(Basic) 3-násobný až 18,5kW	G49537	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 42 – O2
G31386	MVC(Basic) 4-násobný až 4kW	G49538	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 42 – vzduch
G31387	MVC(Basic) 4-násobný až 11kW	G49539	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 42 – vzduch7
G31388	MVC(Basic) 4-násobný až 18,5kW	G49543	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 42 – Entonox
G31390	MVC(Opce) ochrana motoru 2x11kW	G49544	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 54 – O2

G31391	MVC(Opce) ochrana motoru 2x18,5kW	G49545	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 54 – vzduch
G31393	MVC(Opce) ochrana motoru 3x11kW	G49546	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 54 – vzduch7
G31394	MVC(Opce) ochrana motoru 3x18,5kW	G49551	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 67 – O2
G31396	MVC(Opce) ochrana motoru 4x11kW	G49552	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 67 – vzduch
G31397	MVC(Opce) ochrana motoru 4x18,5kW	G49553	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 67 – vzduch7
G31398	MVC(Opce) soft startér 2x4kW	G49558	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 76 – O2
G31399	MVC(Opce) soft startér 2x11kW	G49559	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 76 – vzduch
G31400	MVC(Opce) soft startér 2x18,5kW	G49560	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 76 – vzduch7
G31401	MVC(Opce) soft startér 3x4kW	G49565	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 108 – O2
G31402	MVC(Opce) soft startér 3x11kW	G49566	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 108 – vzduch
G31403	MVC(Opce) soft startér 3x18,5kW	G49567	Uzavíratelný NIST ventil vedení HTM 108 – vzduch7
G31404	MVC(Opce) soft startér 4x4kW	G49572	Jednocestný ventil vedení HTM 15
G31405	MVC(Opce) soft startér 4x11kW	G49573	Jednocestný ventil vedení HTM 22
G31406	MVC(Opce) soft startér 4x18,5kW	G49574	Jednocestný ventil vedení HTM 28
G31407	MVC(Opce) teplota čerpadla 2-násobná	G49575	Jednocestný ventil vedení HTM 35
G31408	MVC(Opce) teplota čerpadla 3-násobná	G49576	Jednocestný ventil vedení HTM 42
G31409	MVC(Opce) teplota čerpadla 4-násobná	G49577	Jednocestný ventil vedení HTM 54
G31410	MVC(Opce) monitorování pokojové teploty	G49578	Jednocestný ventil vedení HTM 67
G31411	MVC(Opce) připojení krytu 2-násobné	G49579	Jednocestný ventil vedení HTM 76
G31412	MVC(Opce) připojení krytu 3-násobné	G49601	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 22 - vzduch
G31413	MVC(Opce) připojení krytu 4-násobné	G49602	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 22 – vzduch7
G31414	MVC(Opce) AMS-Basic	G49603	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 22 – N2O

G31415	MVC(Opce) AMS-Expanded	G49604	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 22 – CO2
G31080	MVC(Opce) světlo s objímkou	G49605	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 22 – Entonox
G31079	MVC(Opce) monitorování fáze	G49606	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 22 – podtlak
G31081	MVC(Opce) přepínač fáze 2x4kW	G49607	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 28 – O2
G31416	MVC(Opce) přepínač fáze 2x11kW	G49608	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 28 – vzduch
G31113	MVC(Opce) přepínač fáze 2x18,5kW	G49609	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 28 – vzduch7
G31114	MVC(Opce) přepínač fáze 3x4kW	G49612	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 28 – Entonox
G31117	MVC(Opce) přepínač fáze 3x11kW	G49613	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 28 – podtlak
G31115	MVC(Opce) přepínač fáze 3x18,5kW	G49614	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 35 – O2
G31116	MVC(Opce) přepínač fáze 4x4kW	G49615	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 35 – vzduch
G31418	MVC(Opce) přepínač fáze 4x11kW	G49616	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 35 – vzduch7
G31117	MVC(Opce) přepínač fáze 4x18,5kW	G49620	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 35 – podtlak
G30509	Řídicí panel vakua 3x1,1 – 3x4,0 KW	G49621	Servisní jednotka ventilů HTM PS FM 42 – podtlak
G30510	Řídicí panel vakua 3x5,5 – 3x11,0 KW	AVSU_22_O2	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – O2
G30370	Záchytné zařízení sekretů	AVSU_22_vzduch	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – vzduch
G30390	VAC dvojitý filtr bakterií	AVSU_22_Vzduch7	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – vzduch7
G42744	Busch podtlakový filtrační panel	AVSU_22_N2O	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – N2O
G31160	Vakuem obklopené zařízení 040/2-50 Hz	AVSU_22_CO2	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – CO2
G31161	Vakuem obklopené zařízení 063/2-50 Hz	AVSU_22_ENT	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – Entonox
G31162	Vakuem obklopené zařízení 100/2-50 Hz	AVSU_22_VAC	Servisní jednotka ventilů HTM FM 22 – podtlak
G31163	Vakuem obklopené zařízení 160/2-50 Hz	AVSU_28_O2	Servisní jednotka ventilů HTM FM 28 – O2
G31164	Vakuem obklopené zařízení Vac 040/3-50 Hz	AVSU_28_vzduch	Servisní jednotka ventilů HTM FM 28 – vzduch

G31165	Vakuem obklopené zařízení Vac 063/3-50 Hz	AVSU_28_ Vzduch7	Servisní jednotka ventilů HTM FM 28 – vzduch7
G31166	Vakuem obklopené zařízení Vac 100/3-50 Hz	AVSU_28_ ENT	Servisní jednotka ventilů HTM FM 28 – Entonox
G31167	Vakuem obklopené zařízení Vac 160/3-50 Hz	AVSU_28_ VAC	Servisní jednotka ventilů HTM FM 28 – podtlak
G31130	Vakuem obklopené zařízení Vac 048/2-60 Hz	AVSU_35_ O2	Servisní jednotka ventilů HTM FM 35 – O2
G31131	Vakuem obklopené zařízení Vac 076/2-60 Hz	AVSU_35_ vzduch	Servisní jednotka ventilů HTM FM 35 – vzduch
G31132	Vakuem obklopené zařízení Vac 120/2-60 Hz	AVSU_35_ Vzduch7	Servisní jednotka ventilů HTM FM 35 – vzduch7
G31133	Vakuem obklopené zařízení Vac 190/2-60 Hz	AVSU_35_ VAC	Servisní jednotka ventilů HTM FM 35 – podtlak
G31134	Vakuem obklopené zařízení Vac 048/3-60 Hz	AVSU_42_ VAC	Servisní jednotka ventilů HTM FM 42 – podtlak
G31135	Vakuem obklopené zařízení Vac 076/3-60 Hz	ZSU_1G	Zóna servisní jednotky s 1 plynem
G31136	Vakuem obklopená zařízení 120/3-60 Hz	ZSU_2G	Zóna servisní jednotky se 2 plyny
G31137	Vakuem obklopená zařízení 190/3-60 Hz	ZSU_3G	Zóna servisní jednotky se 3 plyny
G41384	Štítek vak. zařízení de/en	ZSU_4G	Zóna servisní jednotky se 4 plyny
G41525	Vložka 2 do filtru S	ZSU_5G	Zóna servisní jednotky s 5 plyny
MH01086	Sada fitinků pro vakuová zařízení 40-100 / 48-120	ZSU_6G	Zóna servisní jednotky se 6 plyny
MH01087	Sada fitinků pro vakuová zařízení 160-202 / 190-240	G21839	BS zásuvná spojka O2
MH01088	Sada fitinků pro vakuová zařízení 250-302 / 300-360	G21840	BS zásuvná spojka VZDUCH 400
MH01089	Sada fitinků pro vakuová zařízení 400-480	G21841	BS zásuvná spojka N2O
MH01090	Sada fitinků pro vakuová zařízení 502-630/600-700	G21843	BS zásuvná spojka VAC
1128825	Měděná trubice 8x1 DIN EN 13348 tvrdá	G21848	BS zásuvná spojka VZDUCH 700
1128876	Měděná trubice 12x1 DIN EN 13348 tvrdá	G21849	BS průchodka vypouštění O2, ISO 32
1128930	Měděná trubice 15x1 DIN EN 13348 tvrdá	G21850	BS průchodka vypouštění VZDUCH 400, ISO 32
1128892	Měděná trubice 22x1 DIN EN 13348 tvrdá	G21851	BS průchodka vypouštění N2O, ISO 32
1128949	Měděná trubice 28x1,5 DIN EN 13348 tvrdá	G21853	BS průchodka vypouštění VAC, ISO 32

1128906	Měděná trubice 35x1,5 DIN EN 13348 tvrdá	G21858	BS průchodka vypouštění VZDUCH 700, ISO 32
1128914	Měděná trubice 42x1,5 DIN EN 13348 tvrdá	G49700	Terminální jednotka BS HTM - Entonox
1128957	Měděná trubice 54x2 DIN EN 13348 tvrdá	AGSS_260_1P	AGSS Simplex 260-1P
1128325	Měděná trubice 64x2 DIN EN 13348 tvrdá	AGSS_520_1P	AGSS Simplex 520-1P
1129333	Měděná trubice 76x2 DIN EN 13348 tvrdá	G49900	AGSS Simplex 260-3P
1129341	Měděná trubice 89x2 DIN EN 13348 tvrdá	G49901	AGSS Simplex 520-3P
1129368	Měděná trubice 108x2,5 DIN EN 13348 tvrdá	G49902	AGSS Simplex 1040-3P
1128817	Měděná trubice 8x1 DIN EN 13348 měkká	G49903	AGSS Simplex 1430-3P
1128868	Měděná trubice 12x1 DIN EN 13348 měkká	G49904	AGSS Simplex 1820-3P
1128922	Měděná trubice 15x1 DIN EN 13348 měkká	G49905	AGSS Simplex 2600-3P
1326708	Objímka EN 1254-5270-8	G49906	AGSS Simplex 3770-3P
1326716	Objímka EN 1254-5270-12	G49907	AGSS Duplex 260-3P
1326724	Objímka EN 1254-5270-15	G49908	AGSS Duplex 520-3P
1326759	Objímka EN 1254-5270-22	G49909	AGSS Duplex 1040-3P
1326767	Objímka EN 1254-5270-28	G49910	AGSS Duplex 1430-3P
1326775	Objímka EN 1254-5270-35	G49911	AGSS Duplex 1820-3P
1326783	Objímka EN 1254-5270-42	G49912	AGSS Duplex 2600-3P
1330578	Objímka EN 1254-5270-54	G49913	AGSS Duplex 3770-3P
MH00024	Pájená zásuvka 64	G49914	Terminální jednotka HTM AGSS (včetně řídicí jednotky)
MH00757	Pájená zásuvka 76	ADSSTU_S	Terminální jednotka HTM AGSS (samostatná)
G42347	Zásuvka 5270 89	G49622	Panel výstražného zařízení Shire HTM 1 plyn
G42348	Zásuvka 5270 108	G49623	Panel výstražného zařízení Shire HTM 2 plyny
1326805	Koleno CU I/I 8 EN 1254	G49624	Panel výstražného zařízení Shire HTM 3 plyny
1326813	Koleno CU I/I 12 EN 1254	G49625	Panel výstražného zařízení Shire HTM 4 plyny
1326821	Koleno CU I/I 15 EN 1254	G49626	Panel výstražného zařízení Shire HTM 5 plynů
1326864	Koleno CU I/I 22 EN 1254	G49627	Panel výstražného zařízení Shire HTM 6 plynů

1326872	Koleno CU I/I 28 EN 1254	SDX15 1S	Panel 1 výstražného zařízení servis zařízení
1326880	Koleno CU I/I 35 EN 1254	SDX15 2S	Panel 2 výstražného zařízení servis zařízení
1326899	Koleno CU I/I 42 EN 1254	SDX15 3S	Panel 3 výstražného zařízení servis zařízení
1330586	Koleno CU I/I 54 EN 1254	SDX15 4S	Panel 4 výstražného zařízení servis zařízení
MH00025	Koleno CU I/I 64	SDX15 5S	Panel 5 výstražného zařízení servis zařízení
MH00759	Koleno CU I/I 76	SDX15 TM	Modul předávání výstrahy na zařízení
G42349	Koleno CU I/I 90° 50024 89 mm	VIE_1000	V.I.E. řídicí panel potrubí 1000
G42350	Koleno CU I/I 90° 50024 108 mm	VIE_2000	V.I.E. řídicí panel potrubí 2000
MH00750	Koleno CU I/I 45° I/A 5040-54	VIE_3000	V.I.E. řídicí panel potrubí 3000
1326945	T-kus 8 EN 1254	EAP	Místo nouzového přístupu
1326953	T-kus 12 EN 1254	G41383	Štítek 'zařízení Ca' de/en
1326961	T-kus 15 EN 1254	G21115	PODOMÍTKOVÁ KRABICE
1327003	T-kus 22 EN 1254	G21123	Sada pro vyrovnání omítky DIN EN
1327011	T-kus 28 EN 1254	G21590	Skrytá zásuvka
1327038	T-kus 35 EN 1254	G21124	NÁSTĚNNÁ KRABICE
1327046	T-kus 42 EN 1254	G20520	Krycí deska kompletní
1330594	T-kus 54 EN 1254	G12392	Krycí deska / růžice
MH00026	T-kus 64	G20682	Deska zaslepení
MH00796	T-kus 76	G21595	Krycí deska pro dutou stěnu
G42351	T-kus 5130 89	G21601	Štítek: Nepoužívejte výtok / systém v průběhu testování
G42352	T-kus 5130 108	G20022	Podložka
1327054	Redukční T-kus 12-8-12 EN 1254	G00822	Průchodka vypouštění VZDUCH, barva neutrální
1327089	Redukční T-kus 15-12-15 EN 1254	G21374	Pojistná matice 80/5
1327143	Redukční T-kus 22-15-22 EN 1254		

Viceprezident pro kvalitu & normy

Razítko: Dräger

Podpis
Inga Kuhls

Strana 26

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Bank details
Commerzbank AG Lübeck
IBAN DE33 2304 0022 0014 6779 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE85 2307 0710 0031 0003 00
BIC DEUTDEHH222

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Dr. Herbert Fehrecke
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schrafner

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka českého a německého ustanovený dekretem Krajského soudu v Brně ze dne 25.9.1992 č.j. Spr 1067/92 a jazyka českého a anglického ustanovený dekretem Krajského soudu v Brně 09.05.2007 č.j. Spr 1258/2007 stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojených listin.

Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod poř.č. 1566 / 2015

Břeclav, dne 05.11. 2015

L.S.

tlumočník



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ludmila Hornáková".

Ludmila Hornáková

