Dräger

PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

pro rozvody a distribuci medicinálních plynů

Název a místo stavby: FN Olomouc – budova H2, 1.NP – obměna lineárních urychlovačů

Zařízení: rozvody med. plynů, ventilová skříň Dräger, klinická signalizace MGA3, terminální jednotky TU

Číslo zakázky: 210091

Platné normy: ČSN EN ISO 11197:2009, ČSN 38 6405:1988, ČSN EN ISO 7396-1:2016

Obsah zaškolení *(dle návodu k použití a provozního řádu)*:

1. Popis a stručná charakteristika provozovaného zařízení med. plynů.
2. Stručná charakteristika jednotlivých médií.
3. Pokyny pro provoz.
4. Pokyny pro odstavení z provozu.
5. Bezpečnostní předpisy a pokyny při havárii.
6. Zásady první pomoci při popáleninách.
7. Provozně bezpečnostní předpisy.
8. Bezpečnostní zásady pro provoz.
9. Zvláštní předpisy - místní provozní řád.

Jméno pracovníka (os. číslo)	Pracovní zařazení	Podpis pracovníka
1 NATÁŠE MARTÁKOVÁ 61704	ONKOL. - OZAŘOVNY	
2 LUKÁŠ ČEČETKA 62792	ONKOL. - OZAŘOVNY	
3 TEREZA FRYČÁKOVÁ 67383	ONKOL. OZAŘ.	
4 MARTIN PETRÁSEK 65591	ONKOL - OZAŘOVNY	
5 LUCIE TINKLOVÁ 66029	ONKOL. OZAŘOVNY	
6 HANA GRUCOVÁ 18071	ONKOL. OZ. OZAŘOVNY	
7 ZLATENA TINKLOVÁ 61504	ONKO - OZAŘOVNY	
8		
9		
10		

Zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
Martin Plánka
ev.č. osvědčení: 144/19/KZ/72-Pz-a,b,c,e,f
Dräger Medical s.r.o.

Školení provedl: .....

Přítomen za provozovatele technologie: .....

V Olomouci Dne 15.12.2021

otočit

Sídlo firmy:
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČO: 26700760
DIČ: CZ26700760

Poštovní adresa provozovny Polička:
Dräger Medical s.r.o.
Provozovna
Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička
Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312
Email: draeger_policka@draeger.com

www.draeger.cz
www.draeger.com

Bankovní spojení: Deutsche Bank
Číslo účtu: CZK : 3172300003/7910
IBAN : CZ 1179100000003172300003

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.