



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

HRACHOVEC elektrik s.r.o.
Hasičská 2837
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 26795035

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že elektrické zařízení:

JEDNOTKA KLINICKÉHO NOUZOVÉHO ALARMU - typ: MGA 3

určený k signalizaci klinického nouzového alarmu - tlaků medicinálních plynů

na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami

Nařízení vlády č.17/2003 Sb., nařízení vlády č.616/2006 Sb., ČSN EN 61010-1:2003
(idt IEC 61010-1:2001+IEC 61010-1:2001/Cor 1:2002-05+IEC 61010-1:2001/Cor
2:2003-04), ČSN EN ISO 7396-1:2007, ČSN EN 60601-1-8:2006.

**Zařízení je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné a přijali jsme
opatření, kterými zabezpečujeme shodu zařízení s technickou dokumentací a se
základními požadavky dle zákona č.22/1997 Sb. v úplném znění.**

Posouzení shody provedeno dle: Zprávy o posouzení shody vyrobeného zařízení
evidenční číslo. 23365-H/15 – IČO: 14588871, ze dne 6.1.2015

V Rožnově pod Radhoštěm dne 7.1.2015

HRACHOVEC elektrik s. r. o.
Hasičská 2837, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, R.
IČO 26795035, DIČ CZ26795035
Tel./fax: 571 42 510, hrachovec@mediglob.cz

HRACHOVEC

Marek Hrachovec - jednatel společnosti