



LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT

ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210-235x195	Zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu	82x82x23	KU 68
	Datový rozváděč 19"/12U	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	Napájecí zdroj + koloniální server	483x133x255_(3U)	RA 19"
	Rozvaděcí panel 8x230V 19"	485x43x45_(2U)	RA 19"
	Univerzální police	485x43x184_(1U)	RA 19"
	Router	113x89x28	US 19"
	Datový přepínač	483x43x170 (1U)	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122 (1U)	RA19"
	Pokojový terminál	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23	KP 64/2
	Pokojový terminál hovorový s displejem	220x82x23	KP 64/3
	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	151x82x39	KP 64/2
	Tečtka pacienta - hovorové	52x100x22	Zásuvka pacienta
	Svítlidlo signalizační	82x82x56	KU 68
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Tečtka nouzového volání	82x82x23	KU 68

LEGENDA PRVKŮ EL. VEDENÍ PRO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT

ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Instalační krabice pod omítku KU 68	73,5x73,5x43	Závo
	Instalační dvojkabice pod omítku KP 64/2	142x71x45	Závo
	Instalační trojkabice pod omítku KP 64/3	213x71x45	Závo
	Zásuvka 230V / AC	73,5x73,5x43	Závo
	Kabel UTP 6. LSCH pro připojení signalizačního svítlidla CL, nouzového tlačítka EB, táhla EC, nouzového táhla s tlačítkem EBC.		
	Kabel UTP 6. LSCH pro připojení zásuvek pacienta BC, pokojových terminálů RT, zásuvek hlavního terminálu MT, směrových IP světel DL.		
	Kabel UTP 6. LSCH, hlavní polehací trasa kabeláže od RACKU ke komponentám IP.		
	Kabel CVA 2x2,5 pro napájení		
	Prostup mezi jednotlivými NP pro kabelovou trasu.		

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpvr

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT Roman Sedláček	PROJEKTANT Zbyněk Krátký	 VÝTIŠK Č. STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894
INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc MÍSTO STAVBY parc.č.132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,st.2252,k.ú.Nová Ulice [710717], Olomouc			
AKCE : Novostavba budovy "G" parc.č. 132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,st.2252,k.ú.Nová Ulice [710717], Olomouc		FORMÁT STUPEŇ ARCH. Č. DATUM MĚŘÍTKO	5x44 DSPS SS/2022/007/DSPS 02/2023 Č. V. D.14.7-11
OBSAH : D.1.4.7 Elektroinstalace slaboproudé Půdorys 2.NP - Sestra-pacient			