



ZDROJOVÁ STANICE
PRO N2O A CO2

LEGENDA:

- Potrubní rozvod oxidu dusičného (N2O)
- - - - - Potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO2)
- — — — — Potrubí pro odtuk od pojistovacích ventilů

- zzzzz VS-2 Ventilové skříň pro 2 plyny
- RS 030 Redukční řada, max. průtok 30 m³/hod
- ZA015 Zdroj automatický, průtok 15 m³/hod
- ZR015-2 Zdroj rezervní s podružnou redukcí, průtok 15 m³/hod
- ⊕ Uzavírací ventil
- ⊖ Manometr

POZNÁMKA:

- Potrubí je při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou s nehořlavou ucpávkou

PARISPRIVAT spol. s r.o., Hegnerova 987, 572 01 Polířka
zdravé, rozvedy a čistění plynů - výroba a realizace

ODPOVĚDNÝ PROJEKČNÍK:	Ing. Jan Biloš	VYPRACOVÁVÁ:	R. Ševčík	KONTROLOVÁK:	M. Plechta
STAVBA, OBJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ – Dětská klinika Rozvody medicijních plynů				
VÝKRES:	Zdrojová stanice N2O a CO2	Č. ZVÝKRESU:	10000571	ICZ:	60109734
INVESTOR:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 6	STUPEŇ PD:	DSPS	Č. VÝKRESU:	2
		FORMÁT AK:	3 A4	DATUM:	05/2011