



- LEGENDA:**
- Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce
 - Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce a s protipožární úcpávkou
 - Potrubní rozvod kyslíku (O₂)
 - Potrubní rozvod stlačeného vzduchu – technického (SV_{TECH})
 - Odřuk od pojistných ventilů (OPV)
 - - - Propojení klinické signalizace
 - X Ventilová skříň (X – počet plynů)
 - VS-HUB Ventilová skříň – hlavní uzávěr plynů pro budovu
 - VS-R Ventilová skříň – rozdělovač mezi zdrojovými stanicemi
 - TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
 - SP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X – počet snímaných plynů)
 - MSD Signalizační panel klinického nouzového alarmu
 - Z-P+S Zdroj primární + sekundární (ovládaný pneumaticky); průtok 35 m³/hod
 - Z-R Zdrojový rezervní; průtok 35 m³/hod
 - EMV Elektromagnetický ventil

- POZNÁMKA:**
- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou.
 - Rozvodné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odběrovým místům kleš pod omítkou.
 - Vývody plynů pro TR vvedeny ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak.
 - Uzávěrací armatury osazeny do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

Dräger Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika Tel.: +420 468 001 383 E-mail: projekce@draeger.com		Č. PANE:
COPOVĚNÍ PROJEKCI: PAVEL BEDNÁŘIK	VYKONAVATEL: RADOMÍR ŠEVČEK	KONTROLOVATEL: MARTIN PLETICHA
PRÁVA OBJEKTU: Fakultní nemocnice Olomouc Dostavba a rekonstrukce budovy X	STAVĚNÍ PRŮJEKT: OSPS	MĚŘÍTKO: 1:100
FORMÁT A4	08 A4	06/2023
VERZE: Půdorys 1 NP - dispoziční rozvod	Č. DOKUMENTU: 210354	Č. VÝKRESU: 01.01.4e-101
INTERIOR: FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	Č. JAKŮVSKÝ: 210354	Č. VÝKRESU: 26700760

±0,000 = 228,880 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LT PROJEKT Ing. Jan Kocmánek Vedoucí projektant zkušebny Ing. Luďmila Jemelková</td> <td>Investor: Fakultní nemocnice Olomouc adresa: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel.: +420 588 441 111 email: info@fnol.cz</td> </tr> <tr> <td>Profese: MED</td> <td>Zpracovatel dle: Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička tel.: +420 468 001 383 Mobil: +420 737 262 429 E-mail: tomas.mach@draeger.com</td> <td>Autorizace:</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant: ING. JAN BILŠŮ</td> <td>Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH</td> <td>Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH</td> </tr> </table>				LT PROJEKT Ing. Jan Kocmánek Vedoucí projektant zkušebny Ing. Luďmila Jemelková		Investor: Fakultní nemocnice Olomouc adresa: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel.: +420 588 441 111 email: info@fnol.cz	Profese: MED	Zpracovatel dle: Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička tel.: +420 468 001 383 Mobil: +420 737 262 429 E-mail: tomas.mach@draeger.com	Autorizace:	Odpovědný projektant: ING. JAN BILŠŮ	Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH
LT PROJEKT Ing. Jan Kocmánek Vedoucí projektant zkušebny Ing. Luďmila Jemelková		Investor: Fakultní nemocnice Olomouc adresa: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel.: +420 588 441 111 email: info@fnol.cz										
Profese: MED	Zpracovatel dle: Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička tel.: +420 468 001 383 Mobil: +420 737 262 429 E-mail: tomas.mach@draeger.com	Autorizace:										
Odpovědný projektant: ING. JAN BILŠŮ	Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH										
Asoc: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY X	Zakázkové číslo: 10-2021	Porčí:										
Objekt: PŘÍSTAVBA BUDOVY X	Datum: 08 - 2021	Stupeň: PROVEDENÍ STAVBY										
Obsah: PŮDORYS 1.NP	Formát: B A4	Mřítko: 1:100										
	Číslo výkresu: D.1.01.4e-101											