



Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2020-000371 - VZMR - Videolaryngoskop

| Uveďte typ, výrobce: | Glidescope/Verathon, US | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Předmět dodávky | ANO / NE | poznámky |
| Technická specifikace | | |
| Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks videolaryngoskopu společně s 4ks lžíc (3x dospělé a 1x dětské) pro KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) včetně provedení zaškolení personálu | | |
| Specifikace | | |
| 1ks přenosného videolaryngoskopického přístroje | ANO | pojízdňný stojan |
| Zobrazovací a řídicí jednotka je součástí jednoho přístroje | ANO | |
| Nízký profil lžice pro umožnění obtížné intubace | ANO | 10mm |
| Tělo lžice musí být z takového materiálu, aby byla zajištěna biokompatibilita | ANO | titanium |
| Lžice musí mít zvýšenou odolnost proti opotřebení včetně opakované sterilizace agresivními desinfekčními prostředky | ANO | |
| Zobrazovací jednotka musí mít barevný displej s velikostí minimálně 16cm | ANO | 24 cm |
| Přístroj musí umožňovat provoz na baterii po dobu min 1 hodinu | ANO | 2 hod. |
| Lžice videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti | ANO | |
| Ve lžici videolaryngoskopu musí být zabudované snímací zařízení (kamera) společně se zdrojem LED světla | ANO | |
| Přístroj musí mít možnost ukládání videa a fotografií na interní paměť nebo na externí uložště | ANO | USB Flash |
| Možnost intubace v neutrální pozici (výhodné při poranění / imobilizaci páteře), možnost intubace v sedě | ANO | |
| Využití i pro intubaci pacientů od 1,5 kg (vyžaduje speciální konfiguraci s neonatálními lžicemi) | ANO | systém Spectrum |
| HDMI výstup, spojovací videokabeláž | ANO | videokabel lžice-monitor |
| Externí napájecí adaptér | ANO | |
| USB flash disk | ANO | 1x |
| Přenosné ochranné pouzdro pro přístroj a příslušenství | ANO | |

G. S. Praha s.r.o.
Malesčická 20
120 00 PRAHA 3
tel: 224 99 735 fax: 274 775 992

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Součást dodávky - další požadavky a příslušenství | | |
| V rámci dodávky musí být 3x dospělá lžice | ANO | T4 |
| V rámci dodávky musí být 1x dětská lžice | ANO | T3 |
| V rámci dodávky musí být 2x rigidní zavaděč | ANO | |
| Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | | |
| Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma | ANO | |
| Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky). | ANO | |
| Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO | |
| Obecné požadavky | | |
| Délka záruky minimálně 24 měsíců | ANO | |
| Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO | |

GPS Praha s.r.o.
Malašická 20
130 00 PRAHA 3
274 775 725 fax: 274 775 982

