



Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

Kategorie II:

Přístroje, které jsou po 1. 1. 2018 již zapojeny do systému úhrad ze zdravotního pojištění

Žadatel	1	Žadatel	Fakultní nemocnice Olomouc
	2	IČ	00098892
	3	Zřizovatel	Ministerstvo zdravotnictví ČR
	4	Adresa	I. P. Pavlova 185/6, Olomouc
	5	Statutární zástupce	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
	6	Telefon	588 443 151
	7	E-mail	roman.havlik@fnol.cz
Přístroj	8	Typ přístroje	3D mapovací systém kardiologický – 1ks
	9	Technická specifikace	Viz samostatná příloha č. 1
	10	Výrobce	V rámci průzkumu trhu byli osloveni tyto potenciální dodavatelé, výrobci: Johnson & Johnson s.r.o., EP SERVICES s.r.o. CARDION s.r.o. Cenovou nabídku v rámci průzkumu trhu zaslali: Johnson & Johnson s.r.o. EP SERVICES s.r.o.



	11	Účel provozu	Součást komplexní elektrofyziologické laboratoře.
	12	Životnost	min. 8 let
Potřeba	13	Využití u poskytovatele	Katetrizační ablace komplexních substrátů, kurativní řešení pro naprostou většinu pacientů s arytmogenním postižením srdce.
	14	Návaznost na obory	Návaznost na veškeré obory, dominantně na interní problematiku, kardiochirurgii a radiologii.
	15	Součást specializovaného centra	Komplexní kardiovaskulární centrum dle Věstníku MZČR.
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	70 - 100 km – FN Brno, FN Ostrava, Krajská nemocnice T. Bati Zlín
	17	Spádová oblast, populace	Olomoucký kraj, Zlínský kraj, část Moravskoslezského kraje a část Pardubického kraje.
Očekávané náklady na provoz	18	Očekávané platby ZP na jeden rok	17 668 626
	19	Očekávané platby ZP na 3 roky	53 005 877
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	1 472 385
	21	Počet výkonů/měsíc	18
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	18



	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	82 218
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	82 218
	26	Smlouvy se ZP	Všechny ZP - 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213
Pořizovací cena	27	Nákupní cena	Předpokládaná hodnota na pořízení nového přístroje 3D mapovacího přístroje je stanovena jako průměrná hodnota z obdržených cenových nabídek, které byly doručeny v rámci marketingového průzkumu trhu, a činí 6.708.091,- Kč bez DPH tj. 8.116.790,11 včetně DPH za poptávaný přístroj - více viz příloha č. 2 Průzkum trhu
	28	Roční náklady na servis	Předmětem veřejné zakázky na dodávku přístroje budou i náklady na poskytování pozáručního servisu přístroje (plné servisní pokrytí včetně dodávek všech náhradních dílů) prováděný po dobu dalších 6 let, po ukončení záruční doby. Tyto náklady budou součástí nabídkové ceny. Odhad ročních nákladů na pozáruční servis činí 320.000,- Kč bez DPH tj. 387.200,-Kč včetně DPH (z výsledků průzkumu trhu).
	29	Ostatní nezbytné náklady	Nejsou
	30	Roční náklady na spotřební materiál	Součástí dodávky přístroje bude i dodávka ablačních katetrů, jejichž vyčíslení odpovídá nabídkové ceně z již zrealizované veřejné zakázky na stejný předmět plnění a odpovídá nákladům ve výši 17,7mil Kč včetně DPH.
	31	Způsob financování	dotační program REACT
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	Podrobněji v samostatné příloze č. 2



Personální zajištění	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	Podrobně uvedeno ve Studii proveditelnosti – příloha č. 3.
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	není
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	není

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno.

V Olomouci

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

dne:

4/12/20

podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace přístroje

Příloha č. 2 Průzkum trhu

Příloha č. 3 Studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Tabulka žadatel/zdravotní pojišťovny

Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Nedílnou součástí této žádosti je Příloha: studie proveditelnosti, kterou vyhotoví žadatel

Žádost včetně povinné přílohy se zasílá v písemné formě na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotních služeb, Ing. Luboš Studnička, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail: Lubos.Studnicka@mzcr.cz

Ing. Neudörflerová Jarmila

Příloha č. 1
Technická specifikace přístroje

Projekt:
FN Olomouc – pořízení nového 3D mapovacího systému
(1 ks)

Přístroj:
3D mapovací systém - kardiologický

Technická specifikace

1. Technická specifikace

- Elektroanatomický 3D mapovací systém je určen ke komplexní léčbě poruch srdečního rytmu.

1.1. Specifikace 3D mapovacího systému

- Nefluoroskopický elektroanatomický kontaktní 3D navigační systém pro tvorbu anatomických a aktivačních map za pomoci orientace katétru v magnetickém poli
- Přesná lokalizace katétru (s přesností min. 1mm) v jednotlivých srdečních oddílech a tím i rekonstrukce jednotlivých anatomických struktur (síně, komory, plicní žíly), funkce měření velikosti jednotlivých srdečních oddílů
- Zapojení min. 80 IC kanálů
- Referenční elektrody - sada 6 jednorázových elektrod umožňuje snadnou konverzi z nenavigačního výkonu na navigační
- Patient Interface Unit (PIU) - přenáší signály s větší kvalitou a zvyšuje rozlišení elektrogramu díky přímému propojení všech katétrů s PIU
- Podpora katétrů vybavených Auto ID technologií a jejich automatické rozpoznání

1.2. Moduly a funkce

- Rychlé mapování pomocí ablačního i multielektrodového katétru
- Zobrazení elektrické aktivace jednotlivých srdečních buněk
- Integrace CT obrazu do reálné anatomie ve 3D
- Zobrazení všech katétrů umístěných během procedury v srdci
- Měření a zobrazení tlaku hrotu katétru na srdeční tkáň
- Vizuální indikace na základě integrálu parametrů napětí, přitlačné síly a času
- Automatická akvizice ablačních bodů
- Mapování s vysokou hustotou bodů
- Automatické zobrazení bipolárních elektrogramů na elektroanatomické mapě
- Zpětné zobrazení EKG v místě konkrétního bodu na elektroanatomické mapě
- Současné zobrazení 3D elektroanatomické mapy a RTG obrazu
- Automatické porovnání stimulovaného QRS komplexu s morfologií komorové tachykardie včetně procentuální shody

1.3. HW a SW

- Řídící PC dle doporučení výrobce ZP
- Náhledový dualmonitor do ovladovny
- Plná integrace s RTG systémem
- Propojení s náhledovým dualmonitorem v ovladovně
- Propojení s náhledovým monitorem na sále
- Rozdělení přístupových práv: min. User, Admin
- Aplikace musí fungovat pod právy User
- OS dle doporučení výrobce ZP
- Veškerý SW bude dodán včetně instalačních médií, licenčních klíčů atd. při předání

1.4. Další popožadavky

- Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- Napájení 230V / 50 Hz

Příloha č. 2
Průzkum trhu

Projekt:
FN Olomouc – pořízení nového 3D mapovacího systému
(1 ks)

Přístroj:
3D mapovací systém - kardiologický

Fakultní nemocnice Olomouc provedla průzkum trhu v říjnu 2020 za účelem porovnání cen pořizovaného přístroje, stanovení předpokládané hodnoty přístroje a nastavení technických parametrů přístroje.

Pro získání nabídkových cen byly zadány technické specifikace přístroje tak, aby byl dodržen princip nediskriminace.

Princip stanovení ceny

Žadatel pro stanovení předpokládané hodnoty provedl průzkum trhu, pro daný přístroj oslovil 3 dodavatele. Byli osloveni Johnson & Johnson s.r.o., EP SERVICES s.r.o. a CARDION s.r.o. Cenovou nabídku v rámci průzkumu trhu zaslaly dvě společnosti, a to Johnson & Johnson s.r.o. a EP SERVICES s.r.o.

Výsledek provedeného průzkumu trhu je uveden v tabulce. Předpokládaná hodnota na pořízení předmětného přístroje je stanovena jako průměrná hodnota z obdržených cenových nabídek a činí 6.708.091,- Kč bez DPH tj. 8.116.790,11 Kč včetně DPH za poptávaný přístroj.

Samotné výběrové řízení na dodávku 3D mapovacího systému bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek realizováno jako otevřené, nadlimitní.

Nabídkové ceny získané průzkumem trhu:

Uchazeči	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	Typ přístroje
Johnson & Johnson s.r.o.	5.658.000	6.846.180	Carto3, Biosense Webster
EP SERVICES s.r.o.	7.758.182	9.387.400,22	Carto3, Biosense Webster
CARDION s.r.o.	Nabídka nezaslána		

Příloha č. 3
Studie proveditelnosti

Projekt:
FN Olomouc – pořízení 3D mapovacího systému
(obnova 1 ks)

Přístroj:
3D mapovací systém - kardiologický

1) Celkový popis žádosti

Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje základní i specializovanou péči pacientům Olomouckého kraje, ale i částí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Součástí fakultní nemocnice jsou i specializovaná centra komplexní péče v mnoha oborech, jedním z nich je Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé.

3D elektrofyzilogický mapovací systém je používán k mapování komplexních arytmogenních substrátů v srdečních oddílech pro přesné zacílení radiofrekvenční ablace a snižuje zásadně radiační zátěž pacienta a personálu.

V rámci Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé FN Olomouc nově zajišťujeme péči v oblasti elektrofyzilogie v režimu 24/7 (tj. v režimu non stop), zejména pro pacienty s arytmiickými bouřemi a další akutními arytmiologickými stavy nad rámec standardních elektivních výkonů. Požadavky na počty 3D elektrofyzilogických vyšetření neustále stoupají a zatím nelze předpokládat změnu tohoto trendu. V pracovní dny jsou na jednom stávajícím přístroji vyšetřeni 3 - 4 pacienti s provedením katetrizační ablace komplexních substrátů, kde výkon trvá v průměru 3 - 4 hodiny, provoz sálů je denně v rozsahu 7 - 19 hodin a nad rámec také v nočních hodinách u stavů ohrožující život. Vzhledem k tomu, že jsou prováděna i vyšetření trávající delší dobu, např. epikardiální mapování a ablace v perikardiálním segmentu v celkové anestezii, dostali jsme se na hranici kapacitních možností využití na stávajícím přístroji. Přitom 95 % požadavků na katetrizační ablace přichází z lůžkových oddělení nebo ambulancí naší nemocnice.

FN Olomouc je také vědecko - výzkumnou institucí a v současnosti dokončujeme ve spolupráci s Herzzentrum Leipzig výzkumný úkol zaměřený na komplexní management pacientů s dysfunkcí levé komory srdeční, srdečním selháním, komorovými arytmiemi a rizikovými faktory u pacientů s fenotypy HFrEF a HFmrEF. Připravuje se i celostátní projekt s tímto zaměřením. Tím přibudou další mapování a katetrizační ablace.

Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná dostupná zdravotnická technika, která uspokojí požadavky vycházející z pracovišť nemocnice. Neočekáváme skokový nárůst počtu vyšetřených pacientů, ale pokračování stávajícího trendu postupného nárůstu počtu prováděných vyšetření.

I. Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc je v současné době vybavena jedním 3D mapovacím přístrojem CARTO, jenž byl instalován v roce 2011 a je na hranici své životnosti. Tento přístroj hodlá Fakultní nemocnice Olomouc v případě schválení přístrojovou komisí MZČR v roce 2021 obnovit. Současně je předkládána žádost o pořízení dalšího nového 1ks 3D mapovacího systému z důvodu nutnosti navýšení kapacit pro 3D elektrofyzilogická vyšetření, jak je uvedeno výše.

2) Zdůvodnění požadavku

Na I. Interní klinice kardiologické FN Olomouc jsou prováděna jak běžná vyšetření, tak superkonziliární vyšetření u problematických případů. Zejména ta jsou spojena s prací vysoce kvalifikovaného personálu, ale také umožněna dostupnou moderní technikou. Bez ní jsou lidské možnosti omezené.

3D mapování vyšetření je prováděno jak u objednaných pacientů, tak ve stále větší míře u pacientů akutních či urgentních, kdy se jedná o život ohrožující stavy – tzv. arytmiické bouře s nutností urychlené stabilizace pacientů pomocí mapování a radiofrekvenční ablace.

I. Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc je v současné době vybavena jedním 3D mapovacím přístrojem CARTO, jenž byl instalován v březnu roku 2011. Předmětný přístroj je již morálně zastaralý a je na hranici své životnosti. Z těchto důvodů přístroj hodlá Fakultní nemocnice Olomouc v roce 2021 obnovit.

3) Analýza trhu

Fakultní nemocnice Olomouc provedla marketingový průzkum trhu v říjnu 2020 za účelem porovnání cen pořizovaného přístroje, stanovení předpokládané hodnoty přístroje a nastavení technických parametrů přístroje.

Pro získání nabídkových cen byly zadány technické specifikace přístroje tak, aby byl dodržen princip nediskriminace.

Princip stanovení ceny

Žadatel pro stanovení předpokládané hodnoty provedl průzkum trhu, pro daný přístroj oslovil 3 dodavatele. Byli osloveni Johnson & Johnson s.r.o., EP SERVICES s.r.o. a CARDION s.r.o. Cenovou nabídku v rámci průzkumu trhu zaslaly dvě společnosti, a to Johnson & Johnson s.r.o. a EP SERVICES s.r.o.

Předpokládaná hodnota na pořízení předmětného přístroje je stanovena jako průměrná hodnota z obdržených cenových nabídek a činí 6.708.091,- Kč bez DPH tj. 8.116.790,11 Kč včetně DPH za poptávaný přístroj.

Samotné výběrové řízení na dodávku 3D mapovacího systému bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek realizováno jako otevřené, nadlimitní.

Nabídkové ceny získané průzkumem trhu:

Uchazeči	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	Typ přístroje
Johnson & Johnson s.r.o.	5.658.000	6.846.180	Carto3, Biosense Webster
EP SERVICES s.r.o.	7.758.182	9.387.400,22	Carto3, Biosense Webster
CARDION s.r.o.	Nabídka nezaslána		

4) Technické řešení

Přístroj bude obměněn a nainstalován ve stávajících prostorách I. Interní kliniky kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc na elektrofyziologickém sále. Tento sál je pro instalaci 3D mapovacího systému připraven, pro provoz přístroje plně vybaven a nejsou vyžadovány žádné speciální stavební či instalační úpravy.

5) Lidské zdroje

Pracoviště I. Interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc splňuje požadavky dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Jelikož se jedná o obměnu přístrojové techniky, nebudou navyšovány požadavky na obsluhující personál. Níže je uveden stávající personál obsluhující 3D mapovací systém:

I. Interní klinika - kardiologická:

Kategorie: lékaři

Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Táborský	Miloš	prof. MUDr. CSc.	0,75
Fedorco	Marián	MUDr., Ph.D.	1,0
Skála	Tomáš	MUDr., Ph.D.	1,0
Heinc	Petr	doc., MUDr., Ph.D.	1,0
Pyszko	Jan	MUDr.	0,8
Moravec	Ondřej	MUDr., FESC	1,0
Břečka	David	MUDr.	0,2

Kategorie: NZP

Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Grofková	Hana		1,0
Kvapilová	Věra		1,0
Ondřejková	Jarmila		1,0
Stojanová	Leona		1,0
Šimková	Dagmar		1,0
Šrůtová	Michaela	DiS	1,0

Kategorie: sanitář

Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Smičková	Blanka		1,0
Lepař	Martin		1,0

Příjmení	Jméno	Tituly	Úvazek
Bradáč	Pavel	Ing.	1,0
Rohánek	Petr	DiS	1,0
Klimeš	Dalibor	DiS	1,0

V rámci pořízení 3D mapovacího systému kardiologického bude realizována veřejná zakázka, jejíž předmětem bude dodávka přístrojového vybavení, dále poskytování pozáručního servisu přístroje prováděného po dobu dalších 6 roků po ukončení běhu dvouleté záruční doby, a zároveň i dodávka spotřebního materiálu – ablačních katetrů.

Pokud jde o časový harmonogram projektu, bude průběžně sledován a vyhodnocován jmenovaným projektovým týmem z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován a měněn.

[illegible]

7) Finanční a ekonomická analýza

Fakultní nemocnice Olomouc je z ekonomického hlediska vysoce stabilním zdravotnickým zařízením, které dlouhodobě vykazuje kladné hospodářské výsledky.

Aktuální předpokládané celkové roční výnosy přesahují 8,5 mld. Kč. Za období uplynulých tří let generovala Fakultní nemocnice Olomouc zisk po zdanění v průměru ve výši 160 mil. Kč. V letošním roce pak lze očekávat obdobný či vyšší kladný hospodářský výsledek. Tento fakt zaručuje tvorbu dostatečného cash-flow a tedy zdrojů na zajištění financí pro provoz a pořízení přístrojů.

I. Interní klinika kardiologická FN Olomouc poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění srdce a cév: ischemická choroba srdeční (infarkt myokardu nebo angina pectoris), srdeční selhání (akutní a chronické), nemoci periferních cév, arytmie (bradykardie, tachykardie, fibrilace síní), kardiomyopatie, chlopenní srdeční vady, infekční endokarditida, synkopy, disekce aorty, hypertenze a jiná akutní interní onemocnění a jejich diferenciální diagnostika.

Meziročně neustále stoupá počet prováděných výkonů. Celková roční produkce kliniky byla v roce 2019 ve výši 167 mil.bodů. Stoupající počet výkonů potvrzuje i růst počtu hospitalizačních případů a ambulantních ošetření I. Interní kliniky kardiologické FN Olomouc. V roce 2019 bylo realizováno 5 tis. hospitalizací a 26 tis. ambulantních ošetření.

V tomto případě se jedná o obnovu stávajícího přístroje, výkony jsou nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami. Ekonomické zajištění jak pro oblast personální, tak i pro oblast provozu přístroje zůstanou nezměněny.

Zdravotnická technika, 3D mapovací systém, je pořizována v rámci obnovy stávajícího zastaralého 3D mapovacího systému oddělení invazivních vyšetřovacích metod I. Interní kliniky kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc.

Předmětem veřejné zakázky na dodávku přístroje budou i náklady na poskytování plného servisu přístroje po dobu životnosti stroje, tj. 8 let.

8) SWOT analýza

Silné stránky:

- jasná potřeba obnovy zastaralé technologie na hranici morální i technické životnosti
- neustálý nárůst počtu výkonů
- zlepšení kvality péče a bezpečnosti vzhledem k technologickému pokroku u nového modernějšího přístroje

Slabé stránky:

- finanční náročnost projektu

Příležitosti:

- efektivní nakládání s časem odborného zdravotnického personálu
- další posun našeho pracoviště na úroveň obvyklou v kardiocentrech ve vyspělých evropských zemích

Rizika:

- krátkodobé přerušení péče na dotyčném sále v rámci instalace nového přístroje

9) Udržitelnost projektu

Pořízením nového 3D mapovacího systému bude zajištěna kontinuita péče prováděné vysoce specializovanou modernější technologií v rámci Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé.

V rámci udržitelnosti projektu je vhodné zmínit fyzickou životnost pořizovaného přístroje, kterou lze odhadnout na minimálně 8 let, což odpovídá době pro účetní odepisování majetku.

V rámci technické udržitelnosti projektu budou plněny platným právním řádem stanovené požadavky na servisní a technické kontroly, které zajistí udržení odpovídající úrovně výkonnosti pořízené technologie a bezpečnost jak pro pacienty, tak i pro obsluhující personál. Povinné a obvyklé záruční a servisní podmínky budou součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístrojové techniky. Taktéž i pozáruční servis po dobu šesti let od skončení záruční lhůty bude součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístroje a náklady na pozáruční servis bude součástí hodnocení veřejné zakázky.

Personální udržitelnost bude zajištěna stávajícími zaměstnanci nemocnice, nedojde k navýšení počtu obsluhujícího personálu. Po stránce organizační jsou odpovídající lidské zdroje definovány organizačním řádem nemocnice.

V rámci udržitelnosti projektu budou nemocnicí zajišťovány veškeré povinnosti, které jsou vymezeny zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Příloha č. 4 - tabulka žadatel/zdravotní pojišťovny

Vyplní žadatel

1.	<u>Technická specifikace</u> typ přístroje: 3D mapovací systém kardiologický účel provozu: Součást komplexní elektrofyzilogické laboratoře. příslušenství: není životnost: min. 8 let
2.	<u>Potřeba v regionu</u> geografické pokrytí/spádová oblast: Olomoucký kraj, Zlínský kraj, část Moravskoslezského kraje a část Pardubického kraje. dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů stejného typu: 70-100 km 80-100 km – FN Brno, FN Ostrava, Krajská nemocnice T. Bati Zlín
3.	<u>Potřeba v daném zdravotnickém zařízení</u> návaznost na specializované obory: kardiologie, kardiochirurgie, radiologie součást centra specializované péče: Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé dle Věstníku MZČR.
4.	<u>Plánovaný počet vyšetření</u> počet vyšetření za jeden den/měsíc/rok: 1/18/216 počet ošetřených pacientů za jeden den/měsíc/rok: 1/18/216
5.	<u>Jednotková pořizovací cena na konkrétní přístroj včetně příslušenství</u> roční náklady na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje: Předmětem veřejné zakázky na dodávku přístroje budou i náklady na poskytování pozáručního servisu přístroje prováděný po dobu dalších 6 let, po ukončení záruční doby. Tyto náklady budou součástí nabídkové ceny. Odhad ročních nákladů na pozáruční servis činí 320.000,- Kč bez DPH tj. 387.200,- Kč včetně DPH. dodatečné nezbytné finanční náklady: náklady na spotřební materiál - jejichž vyčíslení odpovídá nabídkové ceně z již zrealizované veřejné zakázky na stejný předmět plnění a odpovídá nákladům ve výši 17,7mil Kč včetně DPH/ 1 přístroj/ 1 rok
6.	<u>Finanční zdroje na pořízení nového přístroje (způsob financování)</u> vlastní zdroje / dotační program / jiné: dotační program REACT
7.	<u>Navržená pořizovací cena</u> v rámci průzkumu trhu / poptávkového řízení: Předpokládaná hodnota na pořízení nového přístroje 3D mapovacího přístroje je stanovena jako průměrná hodnota z obdržených cenových nabídek, které byly doručeny v rámci marketingového průzkumu trhu, a činí 6.708.091,- Kč bez DPH tj. 8.116.790,11 včetně DPH za poptávaný přístroj
8.	<u>Personální zabezpečení provozu přístroje</u> zajištěno stávajícím personálem / potřeba nových kapacit: stávající personál

Vyplní zdravotní pojišťovny

9.	<u>Očekávané dopady na prostředky veřejného zdravotního pojištění</u> predikce počtu výkonů na příští 3 roky (konkrétní výkony podle Seznamu výkonů a predikovaný objem): náklady ZP na očekávané výkony: sumární úhrn nákladů na provoz přístroje:
10.	<u>Aktuální čekací doba</u> (z dat ZP - časový rozdíl mezi vystavením žádanky a datem vlastního vyšetření)



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že v termínu stanoveném Komisí pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění předložím této komisi informaci o konečné vysoutěžené ceně za nákladný přístroj.

Současně беру на vědomí a souhlasím s tím, že neučiním – li tak, bude tato skutečnost oznámena zdravotním pojišťovnám a uveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Žadatel:


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc

Datum:

4/12/20

Podpis:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc