

TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Elektrokoagulační jednotka pro urologii
Uved'te typ, výrobce: ESG-410, Olympus

Předmět veřejné zakázky	ano/ne	poznámky
multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu	ANO	
Technická specifikace	ANO / NE	poznámky
zařízení musí být kompatibilní s dříve pořízenými resektoskopy OES Pro Olympus	ANO	
kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekcce ve fyziologickém roztoku)	ANO	
výkonový rozsah minimálně 0 – 320 W	ANO	
podpora urologické plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty	ANO	
rychlá a stabilní plasma bez nutnosti kontaktu s tkání při resekcii v močovém měchýři	ANO	
řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením	ANO	
automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie	ANO	
podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření	ANO	
možnost připojení až 5 různých nástrojů současně (bipolární, monopolární)	ANO	
6 různých přípojných pozic pro nástroje	ANO	
automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů	ANO	
aktualizace firmware přes USB rozhraní	ANO	
možnost exportu / importu uživatelských nastavení na USB klíč	ANO	
možnost uložení min. 40-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem	ANO	
podpora USB 1.1 klíčů o kapacitě až 32 GB	ANO	
ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)	ANO	
možnost připojení bezdrátového i drátového ovládacího pedálu	ANO	
možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operátérem, bez nutnosti dotyku s displejem	ANO	
volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace	ANO	
nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje o minimální velikosti 8,4"	ANO	
možnost volby jasu displeje	ANO	
možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů	ANO	
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji	ANO	
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta	ANO	
podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtahem kouře	ANO	
ovládací menu v českém jazyce	ANO	
ukazatel připomenutí termínu údržby	ANO	
v dodávce včetně:	ANO	
1 ks třípedálu bezdrátového	ANO	
5 ks bipolární kabel pro stávající resektoskopy OES Pro, zn. Olympus, minimální délka 4 m	ANO	
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma	ANO	
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)	ANO	
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	ANO	
Obecné požadavky		
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší	ANO	24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let	ANO	8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH		476 334,00 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH		576 364,14 Kč

Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma		39 000,00 Kč
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma		47 190,00 Kč