

**TRŽNÍ PRŮZKUM**
**Název veřejné zakázky: Obnova vybavení EndoUrologické operačního sálu**
**Uveďte typ, výrobce: Olympus**

<b>Předmět veřejné zakázky</b>	<b>ano/ne</b>	<b>poznámky</b>
Obnova vybavení EndoUrologické operačního sálu	ANO	
<b>Technická specifikace</b>	<b>ANO / NE</b>	<b>poznámky</b>
<b>Rigidní cystoskop diagnostický 15,5 Fr. – práce v ženské uretře</b>	ANO	
dodávka musí obsahovat:	ANO	
HD rigidní optika, 1 ks	ANO	
- úhel pohledu 12°	ANO	
- průměr optiky 4 mm	ANO	
- pracovní délka optiky 280 mm	ANO	
- safírová sklíčka	ANO	
- kompatibilní se stávající endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis zn. Olympus	ANO	
- ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci	ANO	
HD rigidní optika, 1 ks	ANO	
- úhel pohledu 70°	ANO	
- průměr optiky 4 mm	ANO	
- pracovní délka optiky 284 mm	ANO	
- safírová sklíčka	ANO	
- kompatibilní se stávající endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis zn. Olympus	ANO	
- ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci	ANO	
Cystoskop, 1 ks	ANO	
- cystoskop musí být kompatibilní s dříve pořízenými optikami OES Pro a OES ELITE zn. Olympus	ANO	
- pro práci v ženské uretře	ANO	
- cystoskopický plášť 15,5 Fr., 1 ks	ANO	
- standardní zavaděč, 1 ks	ANO	
- standardní pracovní můstek k optice, 1 ks	ANO	
- světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m, připojení do zdrojů světla na pracovišti CLV-180 a CLV-S190 zn. Olympus, 1 ks	ANO	
Sterilizační kontejner, 1 ks	ANO	
- sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí cystoskopu	ANO	
- bezpečné uchycení veškerých částí nástroje (vč. uchycení optik)	ANO	
- víko	ANO	
Všechny uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	
<b>Rigidní cystoskop terapeutický 21 Fr.</b>	ANO	
dodávka musí obsahovat:	ANO	
HD rigidní optika, 3 ks	ANO	
- úhel pohledu 12°	ANO	
- průměr optiky 4 mm	ANO	
- pracovní délka optiky 280 mm	ANO	
- safírová sklíčka	ANO	
- kompatibilní se stávající endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis zn. Olympus	ANO	
- ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci	ANO	
HD rigidní optika, 3 ks	ANO	
- úhel pohledu 70°	ANO	
- průměr optiky 4 mm	ANO	
- pracovní délka optiky 284 mm	ANO	
- safírová sklíčka	ANO	
- kompatibilní se stávající endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis zn. Olympus	ANO	

- ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci	ANO	
Cystoskop, 3 ks	ANO	
- cystoskop musí být kompatibilní s dříve pořízenými optikami OES Pro a OES ELITE zn. Olympus	ANO	
- cystoskopický plášť 21 Fr., 3 ks	ANO	
- standardní zavaděč, 3 ks	ANO	
- optický zavaděč, 3 ks	ANO	
- pracovní Albarran můstek, dvoukanálový, samozamykatelný, 3 ks	ANO	
- standardní pracovní můstek k optice, jednocestný, 3 ks	ANO	
- světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m, připojení do zdrojů světla na pracovišti CLV-180 a CLV-S190 zn. Olympus, 3 ks	ANO	
- náhradní těsnění k Albarranovu můstku, 30 ks	ANO	
Sterilizační kontejner, 3 ks	ANO	
- sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí cystoskopu	ANO	
- bezpečné uchycení veškerých částí nástroje (vč. uchycení optik)	ANO	
- víko	ANO	
Všechny uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	
<b>Příslušenství cystoskopu</b>	ANO	
dodávka musí obsahovat:	ANO	
optické kleště bioptické, 2 ks	ANO	
- kompatibilní s dříve pořízenými optikami OES Pro a OES ELITE zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícími resektoskopickými pláštěmi OES Pro	ANO	pomocí přechodky
- kompatibilní s nabízenými 21 Fr. cystoskopickými plášti	ANO	
- tvar lžice	ANO	
- pro 12° rigidní optiku	ANO	
optické kleště úchopové, 2 ks	ANO	
- kompatibilní s dříve pořízenými optikami OES Pro a OES ELITE zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícími resektoskopickými pláštěmi OES Pro	ANO	pomocí přechodky
- kompatibilní s nabízenými 21 Fr. cystoskopickými plášti	ANO	
- se zoubky	ANO	
- pro 12° rigidní optiku	ANO	
extrakční kleště, flexibilní, 7 Fr. x 330 mm, 4 ks	ANO	
bioptické kleště, flexibilní, 7 Fr. x 330 mm, 4 ks	ANO	
VF-koagulační elektroda, flexibilní, 7 x 330 mm, 2 ks	ANO	
VF-kabel pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce UES-40, zn. Olympus, 2 ks	ANO	
náhradní těsnění k cystoskopu, „Hatyp“, 20 ks	ANO	
Všechny uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	
<b>Bipolární endoresektoskop</b>	ANO	
dodávka musí obsahovat:	ANO	
- oboustranná kompatibilita s dosud používanými bipolárními resektoskopy OES Pro, zn. Olympus	ANO	
- kompatibilita se stávajícím vf generátorem UES-40	ANO	
- kompatibilita s dosud používaným příslušenstvím a spotřebním materiálem	ANO	
- vnější průměr pláště maximálně 27 Fr.	ANO	
- podpora plazmové vaporizace a bipolární enukleace prostaty	ANO	
- možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu	ANO	
- možnost připojení resekčních klíčků různých velikostí (malá, střední, velká)	ANO	
- možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku	ANO	
- možnost připojení vaporizační oválné elektrody	ANO	
- možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt	ANO	
- možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)	ANO	
- možnost připojení kuličkové koagulační elektrody	ANO	
- možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty, tzv. TUEB	ANO	
HD rigidní optika, 3 ks	ANO	
- úhel pohledu 12°	ANO	
- průměr optiky 4 mm	ANO	
- pracovní délka optiky 280 mm	ANO	
- safírová sklíčka	ANO	
- kompatibilní se stávající endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis zn. Olympus	ANO	
- ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci	ANO	
HD rigidní optika, 3 ks	ANO	
- úhel pohledu 30°	ANO	
- průměr optiky 4 mm	ANO	
- pracovní délka optiky 282,2 mm	ANO	

- safírová sklíčka	ANO	
- kompatibilní se stávající endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus	ANO	
- kompatibilní se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis zn. Olympus	ANO	
- ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci	ANO	
dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, 3 ks	ANO	
klasický zavaděč, 3 ks	ANO	
rotační dvojeventil pro single flow resekci, 3 ks	ANO	
aktivní pracovní element, 3 ks	ANO	
optický obturátor, 3 ks	ANO	
VF-kabel pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce UES-40, zn. Olympus, 3 ks	ANO	
světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m, připojení do zdrojů světla na pracovišti, CLV-180 a CLV-S190 zn. Olympus, 3 ks	ANO	
proplachová stříkačka s pevným připojením, 3 ks	ANO	
- min. 150 ml	ANO	
- skleněná	ANO	
- kompatibilní se stávajícími resektoskopy OES Pro, zn. Olympus	ANO	
sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu, víko, autoklávovatelný, 3 ks	ANO	
Všechny uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	
<b>Mechanický litotryptor</b>	ANO	
dodávka musí obsahovat:	ANO	
- mechanický litotryptor, 1 ks	ANO	
- kompatibilita se stávajícími resekčními plášti OES Pro, zn. Olympus	ANO	pomocí přechodky
<b>Semirigidní uretroskop</b>	ANO	
dodávka musí obsahovat:	ANO	
- resterilizovatelný semirigidní ureteroskop (parní sterilizátor 134°C), 2 ks	ANO	
- maximální vnější průměr 10,4 Fr.	ANO	
- maximální vnější průměr distálního konce 7,3 Fr.	ANO	
- úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy	ANO	
- pracovní délka minimálně 430 mm	ANO	
- úhel pohledu 5°	ANO	
- vestavěný moiré filtr	ANO	
- atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“	ANO	
- antireflexní úprava distálního konce	ANO	
- přímý pracovní kanál o minimálním průměru 6,4 Fr.	ANO	
- dvojitý vstup do pracovního kanálu	ANO	
- vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu	ANO	
- náhradní těsnění, 40 ks	ANO	
- sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje, 2 ks	ANO	
- světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m, připojení do zdrojů světla na pracovišti, CLV-180 a CLV-S190 zn. Olympus, 3 ks	ANO	
- extrakční kleště, semiflexibilní, zoubky, 5 Fr.x 570 mm, oboustranně otevíratelné branže, 3 ks	ANO	
- bioptické kleště, semiflexibilní, 5 Fr. x 570 mm, oboustranně otevíratelné branže, 3 ks	ANO	
<b>Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž</b>		
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma	ANO	
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)	ANO	
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	ANO	
<b>Obecné požadavky</b>		
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší	ANO	24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let	ANO	8 let
<b>Nabídková cena v Kč bez DPH</b>		<b>3 045 046,00 Kč</b>
<b>Nabídková cena v Kč včetně DPH</b>		<b>3 684 505,66 Kč</b>
<b>Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma</b>		<b>0,00 Kč</b>