





VS-X-X	Ventilová skříň (X-počet plný; x-označení šseku)
TR	Terminálů nástěnná jednotka s rychlospojkou
SP-X	Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plný)
LR-X	Lůžková rampa (X-počet lůžek)
LR-S	Lůžková rampa-svislá
VPV	Výfukové potrubí od vývěv
OVP	Odřuk vydechovaných plný

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou.
- Rozvadné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odvěrovým místům klesá pod omítkou/v SDK přiče.
- Vývody plynu pro TR vyvedeny ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není vedeno jinak.
- Uzávěrací armatury osazeny do ventilevé skříňe s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilevé skříňe je 1400 mm nad podlahou.

Dräger		Dräger Medical s.r.o.		C. PANEI	
Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika Tel.: +220 468 001 381 Email: projekce@draeger.com					
COOPROJEKT PROJEKTANT:		ING. JAN BÍLOŠ	VYPRACOVATEL:	RADOMÍR ŠEVČOK	KONTROLOVATEL:
					MARTIN PLETIČKA
PRŮVLA, OBJEKT:		FN OLČOMOUČ • NOVOSTAVBA II. A K A GERIATRIE na pozemku p.č. 153/2, k.ú. Nevla Ulice II			MĚŘENO: I: 100
PRŮVLA, PŘÍJÍM:		FN OLČOMOUČ • PŘÍJÍM			
REVISOR:		Předmět FN OLČOMOUČ – dispozice rozvodů			C. VYHODNĚNÍ: 05
FN OLČOMOUČ, LP. Povaha 185/6,		Č. ZAKÁZKY: 160390			
		DATUM: 03/2018			
		ČÍSLO: 267607620			