

PODAT 17/6/2015

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Neudörflerová

V OLOMOUCI DNE

Viz rozdělovník

17-06-2015

**Veřejná zakázka: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního
onkologického centra ve FN Olomouc III.“
část III. Přístroj mamografický**

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky, části III. – v otevřeném řízení
uchazeči

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.

Identifikace vítězného uchazeče:

Název: **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.**
Sídlo: **Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4**
Právní forma: **společnost s ručením omezeným**
IČ: **63991306**
DIČ: **CZ63991306**

Nabídkové ceny včetně DPH:

kupní cena přístroje: **8.815.636,50,- Kč**
pozáruční servis: **4.010.424,- Kč**
stavební úpravy: **87.422,50,- Kč**

Údaje z nabídky, které byly předmětem hodnocení:

Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče, a to dle § 79 odst. 6 zákona.

Zadavatel z účasti v části III. veřejné zakázky vyloučil:

FOMEI a.s.

U Libeňského pivovaru 2015/10

180 00 Praha

IČ: 46504869

DIČ: CZ46504869,

a to z důvodu nesplnění technických požadavků.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. jako jediný uchazeč splnil všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele pro účast ve veřejné zakázce. Splnil kvalifikační předpoklady a technické podmínky zadání a je tedy vítězem této zakázky.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:

Nabídka č. 1

Název:

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.

Sídlo:

Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

63991306

DIČ:

CZ63991306

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
J.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ

.....
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poučení o lhůtě pro podání námitek dle § 110 odst. 4:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Poučení o zákazu uzavření smlouvy § 82 odst. 1:

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81.

Rozdělovník:

FOMEI a.s.

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.

č.j. 2015/68647/FNOL

č.j. 2015/68711/FNOL

PODAT 17/6/2015



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



FOMEI a.s.

U Libeňského pivovaru 2015/10

180 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM

č.j. 2015/68588/FNOL

Mgr. Zuzana Tomčíková/ 3767
zuzana.tomcikova@fnol.cz

17 -06- 2015

Rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení

Veřejná zakázka: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc III.“

Část III. Přístroj mamografický

Zadavatel v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen zákon/ vyloučil Vaši nabídku z důvodu, že Vaše nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Odůvodnění:

Po podrobném prostudování Vaší nabídky jsem dospěl k závěru, že Vaše nabídka nesplňuje technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.

V zadávací dokumentaci v části III. veřejné zakázky zadavatel požadoval splnění také následujících parametrů:

V části *Rentgenka a kolimátor*: Anoda rentgenky musí mít alespoň dvě stopy z různého materiálu, kombinace jako například molybden/wolfram, molybden/rhodium. V nabídce uvádíte splnění tohoto parametru v tabulce Splnění technických podmínek – zaznamenali jste „ANO“. Na žádost o vysvětlení nejasností v nabídce ovšem v příslušné tabulce ve sloupci Vysvětlení u tohoto parametru uvádíte: wolfram. Parametr tedy není splněn.

Dále v části *Stereotaktická jednotka*: Velikost zobrazovaného pole při biopsii min. 10x8 cm a Velký pracovní prostor pro provádění konvenční i vakuové biopsie odsunem rentgenky dozadu, nebo odklonem rentgenky do strany o min. $\pm 30^\circ$ odpovídáte ve vysvětlení „NE“, tudíž ani tyto parametry nejsou splněny.

Vzhledem k tomu rozhodl zadavatel tak, jak je výše uvedeno.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

I.P. Pavlova 6

775 20 OLMOUC

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poučení: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 442 229

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
*zpracovaná podle ustanovení § 80 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen zákon)*

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního
onkologického centra ve FN Olomouc III.“
část III. Přístroj mamografický**

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 507323

2. Číslo části veřejné zakázky: III.

3. Identifikační údaje o zadavateli:

JMÉNO ZADAVATELE	Fakultní nemocnice Olomouc
SÍDLO ZADAVATELE	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
JMÉNO A PŘÍJMENÍ osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

4. Seznam posuzovaných nabídek

číslo nabídky	obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele /zámce*	IČ /RČ /datum narození dodavatele / zájemce	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1.	FOMEI a.s. U Libeňského pivovaru 2015/10 180 00 Praha	46504869	27/05/2015	05:50
2.	GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. Vyskočilova 1422/1a 140 28 Praha 4	63991306	29/05/2015	09:05

* V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele/zájemce

5. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího zařízení vyřazeny:

číslo nabídky	Nabídka uchazeče	důvod vyřazení nabídky
1.	FOMEI a.s. U Libeňského pivovaru 2015/10 180 00 Praha IČ 46504869	nesplnění technických podmínek

6. Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním:

Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče, a to dle § 79 odst. 6 zákona.

Odůvodnění stanovení nejúspěšnější nabídky:


Jediný uchazeč **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.**, se sídlem **Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4, IČ 63991306** splnil všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele pro účast ve veřejné zakázce. Splnil kvalifikační předpoklady a technické podmínky zadání a je tedy vítězem této zakázky.

7. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy zápis o zdůvodnění rozdílného stanoviska.


8. Podpisy členů hodnotící komise:

1. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
2. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
3. MUDr. Lucia Veverková
4. Mgr. Martin Šamaj, MBA
5. Ing. Jaroslav Junek
6. Mgr. Jaromír Čech
7. Mgr. Sabina Procházková
8. Ing. Jarmila Neudörflerová
9. Alena Štýbnarová
10. Bc. Egon Havrlant




Podpisy náhradníků hodnotící komise:

1. prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
2. Bc. Martin Homola
3. MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.
4. Bc. Andrea Drobiličová
5. Ing. Miroslav Kvapil
6. Kamil Novák, DiS.
7. Mgr. Zuzana Tomčíková
8. Mgr. Petra Foukalová
9. Eva Greplová
10. Ing. Radomíra Procházková



9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli / osobě oprávněné jednat jménem zadavatele

Zpráva byla předána dne	16/6/2015
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUC