

PROTOKOL O KONTROLE

č. j. SÚJB/RCOV/9549/2017

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

výtisk č. 2 z 2

Kontrolní orgán: Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB)
Regionální centrum Ostrava, Syllabova 21, 703 00 Ostrava 3

Kontrolovaná osoba: Fakultní nemocnice Olomouc
Sídlo: 779 00 Olomouc, I.P.Pavlova 6
Identifikační číslo: 00098892
Evidenční číslo SÚJB: 101800
Zastoupená: Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Kontrolované pracoviště: Transfuzní oddělení

Kontrolující: Ing. Jan Kropáček - inspektor radiační ochrany

Předmět kontroly:

Dodržování povinností stanovených v § 5 odst. 1 písm. c), § 25, § 68 a § 69 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, při činnostech povolených podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 7 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, tj. při nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti Transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to:

1. Dodržování předmětu a rozsahu povolení vydaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) podle § 9 odst. 2 písm. f) atomového zákona, postupů a aktuálnosti dokumentace,
2. Plnění povinnosti držitele povolení podle § 25, § 68 a § 69 atomového zákona.

Místo, čas zahájení a průběh kontroly:

Kontrola byla zahájena předložením pověření ke kontrole kontrolujícího dne 19.4.2017 v 10 hodin. Kontrola byla provedena na Oddělení LFRO a na Transfuzním oddělení za přítomnosti Mgr. Davida Gremlicy – dohlížejší osoby, RNDr. Ivo Přidala, CSc. a Martiny Holé – referentky oddělení LFRO. V souladu s předmětem kontroly uvedeným na první straně tohoto protokolu kontrolující zjišťoval skutečný stav věcí.

Ukončení kontroly:

Kontrola byla na místě ukončena téhož dne ve 12 hodin tím, že účastníci kontroly byli kontrolujícím seznámeni se zjištěnými skutečnostmi a předběžnými informacemi o kontrolních zjištěních a upozorněni, že stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě dodatečně.

Kontrolní zjištění:

1. Dodržování předmětu a rozsahu povolení vydaných SÚJB podle § 9 odst. 2 písm. f) atomového zákona, postupu a aktuálnosti dokumentace.

Kontrolovaná osoba je držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu používání kompaktního mimotělového ozařovače krve Gammacell 1000 Elite vydaného rozhodnutím č. j. SÚJB/RCOV/21295/2012 ze dne 15.8.2012. Platnost tohoto rozhodnutí je podle § 229 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, omezena do 31.12.2027.

Kontrolované osobě byl rozhodnutím č. j. 1409/2007 ze dne 15.1.2007 schválen aktuální Program zabezpečování jakosti, Program monitorování a Vnitřní havarijní plán. Kontrolovaná osoba tuto dokumentaci zatím nepřizpůsobila požadavkům zákona č. 263/2016 Sb.

Kompaktní mimotělový ozařovač krve je podle § 15 písm. e) vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, **významným zdroje ionizujícího záření** a podle § 17 odst. 1 písm. b) téže vyhlášky je **zdrojem ionizujícího záření 1. kategorie zabezpečení**. Pracoviště s ozařovačem krve je potom podle § 19 odst. 2 písm. g) **pracovištěm II. kategorie**. Kontrolovaná osoba zatím nemá zpracován Plán zabezpečení radionuklidového zdroje.

2. Plnění povinností držitele povolení podle § 25, § 68 a § 69 atomového zákona.

Kontrolovaná osoba zajišťuje výkon činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vybranými pracovníky (§ 25 odst. 1 písm. d)). Soustavný dohled nad radiační ochranou jako dohlížejší osoba zajišťuje Mgr. David Gremlica. Jmenovaný je držitelem Dokladu o zvláštní odborné způsobilosti č. j. SÚJB/RCOV/6399/2017 ze dne 3.4.2017. Soustavný dohled nad radiační ochranou jako osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou zajišťují:

- Mgr. David Gremlica - Doklad o zvláštní odborné způsobilosti č. j. SÚJB/RCOV/6399/2017 ze dne 3.4.2017

Kontrolovaná osoba zajišťuje hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření prostřednictvím přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability (§ 68 odst. 1 písm. f)). Kontrolovaná osoba předložila protokoly ze dne 22.8.2012, 5.8.2014 a 3.8.2016.

Kontrolovaná osoba zajišťuje ověřování vlastností zdroje ionizujícího záření prostřednictvím zkoušek provozní stálosti (§ 68 odst. 1 písm. g)). Kontrolovaná osoba předložila protokoly zkoušek provozní stálosti ze dne 4.2.2015, 4.8.2015 a 2.2.2016.

Kontrolovaná osoba má zajištěn systém průběžného vzdělávání radiačních pracovníků (§ 68 odst. 1 písm. o)) prostřednictvím e-learningu v rámci intranetu fakultní nemocnice.

Kontrolovaná osoba provádí inventurní kontrolu zdroje ionizujícího záření (§ 69 odst. 1 písm. c)). Poslední inventura byla provedena dne 31.3.2017 a její výsledek byl oznámen SÚJB.

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle §13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole podat písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě do patnácti dnů, ode dne doručení protokolu o kontrole.

Protokol byl vyhotoven v Ostravě dne 19.5.2017.

Kontrolující:

Ing. Jan Kropáček
podepsáno elektronicky

Tento protokol č. j. SÚJB/RCOV/9549/2017 byl vyhotoven ve dvou výtiscích:
výtisk č. 1 je určen pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
výtisk č. 2 je určen pro kontrolovanou osobu.