

Protokol o zkoušce dle ČSN EN 62353

a periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle zákona č. 89/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provádějící zkoušku: Prodispa s.r.o. Uličky 97/15, 798 02 Mostkovice IČ: 01678493, prodispa@seznam.cz, Tel.: 603 506 483		Zkouška před uvedením do provozu (referenční hodnota) ☐ Opakovaná zkouška ☒ Zkouška po opravě ☐	
Odpovědná organizace: FU Olomouc		Čís. Objednávky:	
Přístroj: sterilizátor	Oddělení: Provoz stravování	Inventární číslo:	
Typ: HS 122 A		Výrobní číslo:	
Výrobce: Chikana k.p.		Třída ochrany: I II Baterie	
Příložná část typu: 0 B BF CF		Připojení k síti: ¹⁾ PIE NSP DPS	
Příslušenství:			
Zkouška:		Vyhovuje:	
Měřicí zařízení:		Ano Ne	
Vizuální kontrola:		☒	☐
Měření dle ČSN EN 62353		Naměřená hodnota	
Odpor ochranného vodiče nebo vodiče PA	0,152	Ω	☒
Unikající proud přístroje	0,25	mA	☒
Proud unikající pacientem	—	mA	☐
Izolační odpor	100	M Ω	☒
Funkční zkouška (zkoušené parametry): proud přístrojem 5,8 A		☒	☐

Nedostatek/ Poznámky: _____

Celkové posouzení:

☒ Nebyly zjištěny bezpečnostní nebo funkční nedostatky.

☐ Přímé riziko není, zjištěné nedostatky mohou být v krátké době napraveny.

☐ Přístroj musí být stažen z provozu, dokud nebudou nedostatky napraveny.

☒ Přístroj nevyhovuje, doporučuje se – modifikace / výměna součástí / stažení z provozu

Příští opakovaná zkouška je nutná do 12* 24* měsíců nebo 1000* cyklů.

Jméno: František Smečka

Datum / Podpis _____

28 -12- 2021

- ¹⁾ PIE trvale instalovaný přístroj
NSP neodpojitelný síťový přívod
DPS odpojitelný síťový přívod

Samolepka o termínu příští zkoušky vylepena: ANO/NE

* nehodící se škrtněte

Bc. Ivana Benešová, DiS.
Vedoucí provozu
Provoz stravování
Fakultní nemocnice Olomouc

převzal

Prodispa s.r.o.
Uličky 97/15, 798 02 Mostkovice
IČ: 01678493, DIČ: CZ01678493
Mob. 603 506 483