



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Automaty pro zpracování tkání“ (VZ-2022-000070)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové hodnotící komise:

1. Eva Srovnalová
2. Ing. Vladimír Olejníček
3. Ing. Nela Skulová
4. Ing. Radim Zemánek
5. Ing. Jitka Mokrášová
6. Ing. Pavla Kreuzingerová
7. Mgr. Zuzana Tomčíková
8. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to od společnosti **MEDESA s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost **MEDESA s.r.o. dne 28.04.2022** požádána o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Doložení splnění technických podmínek, konkrétně u tohoto bodu:

- Přístroj musí zpracovávat vzorky o tloušťce 2 mm nebo méně pomocí standardního programu a o tloušťce 3 mm nebo méně pomocí rozšířeného programu

a to formou technické dokumentace a určení, kde je možné v této dokumentaci splnění požadovaných technických podmínek ověřit.

2. Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdrav. prostředcích. Pokud se na nabízený předmět tato povinnost nevztahuje, doložení této skutečnosti s odůvodněním formou čestného prohlášení.

3. Doložení prohlášení o shodě nabídnutých zařízení (prostá kopie včetně překladu do českého jazyka).

4. Doložení certifikátu školitele vystaveného výrobcem v českém jazyce.



5. Potvrzení, že součástí servisu je také provádění el. kontrol u přístrojů (aut. tkáňový procesor a aut. zalévací linky) a provádění el. revize u UPS, které jsou součástí dodávky.

6. Doložení informace, zda výše uvedené je součástí BTK.

7. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb:

- čl. II., odst. 1 – do předmětu smlouvy uvést „včetně požadovaného příslušenství“.
- příloha č. 1 – Specifikace předmětu servisu – uvést požadované příslušenství „UPS“

8. Objasnění informace uvedené v předloženém souboru .xlsx – Kalkulace, katalogový seznam SPM - na ř. 24 je uvedena Celková nabídková cena za spotřební/opotřebitelný materiál **bez DPH**.

Společnost **MEDESA s.r.o. dne 04.05.2022** v rámci své odpovědi doložila níže uvedené:

1. K doložení splnění technických podmínek, konkrétně u tohoto bodu:

- Přístroj musí zpracovávat vzorky o tloušťce 2 mm nebo méně pomocí standardního programu a o tloušťce 3 mm nebo méně pomocí rozšířeného programu

byla doložena informace:

„v nabízeném automatickém tkáňovém procesoru Tissue-Tek Xpress x120 můžou probíhat dva programy pro zpracování – záleží na tloušťce přikrojené tkáně; buď maximálně 2 mm nebo maximálně 3 mm:

- vzorky tkání do síly 2 mm se zpracovávají ve standardním programu;
- vzorky do síly 3 mm se zpracovávají v rozšířeném programu.“

K možnosti ověření splnění technických podmínek byl doložen NÁVOD K POUŽITÍ – část APLIKAČNÍ MANUÁL – odst. s názvem „Příprava na proces“ (str. A.1-79), odst. s názvem „Příprava tkání o tloušťce 2 mm“ (str. A.2-80) a odst. s názvem „Příprava tkání o tloušťce 3 mm“ (str. A.2-80).

2. K požadavku na doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdrav. prostředcích, popř. čestného prohlášení, bylo doloženo Čestné prohlášení o zařazení předmětu plnění s uvedením informace, že nabízené přístroje nepodléhají notifikaci v registru SÚKL.

3. Doloženo prohlášení o shodě nabídnutých zařízení (prostá kopie včetně překladu do českého jazyka).

4. K požadavku na doložení certifikátu školitele vystaveného výrobcem v českém jazyce bylo v rámci vysvětlení uvedeno, že certifikáty o servisním školení pro servisního technika/školitele vydané výrobcem včetně překladu do českého jazyka byly předloženy v rámci nabídky. V rámci objasnění je dokládána autorizace výrobce vč. překladu do českého jazyka.

5. V rámci požadavku o potvrzení, že součástí servisu je také provádění el. kontrol u přístrojů (aut. tkáňový procesor a aut. zalévací linky) a provádění el. revize u UPS, které jsou součástí dodávky bylo doloženo potvrzení, že součástí servisu je také provádění el. kontrol u přístrojů (aut. tkáňový procesor a aut. zalévací linka) a provádění el. revize u UPS.

6. K doložení informace, zda výše uvedené je součástí BTK bylo doloženo potvrzení, že výše uvedené činnosti, a to provádění el. kontrol u přístrojů a el. revize u UPS jsou součástí BTK.

7. Doložena Smlouva o provádění komplexních servisních služeb, vč. požadované úpravy.

8. K objasnění informace uvedené v předloženém souboru .xlsx – Kalkulace, katalogový seznam SPM (na ř. 24 byla uvedena Celková nabídková cena za spotřební/opotřebitelný materiál **bez DPH**) byla doložena



informace o admin. chybě při zpracování souboru *xlsx – Kalkulace, katalogový seznam SPM, a zároveň byla doložena aktuální příloha – tabulka ve formátu *xlsx, a podepsaná ve formátu *pdf.

Dne **11.05.2022** byla společnost **MEDESA s.r.o.** dále požádána o doplnění objasnění nabídky, a to konkrétně o:

1. K požadavku na doložení potvrzení, že součástí servisu je také provádění el. kontrol u přístrojů (aut. tkáňový procesor a aut. zalévací linky) a provádění el. revize u UPS, které jsou součástí dodávky, a zároveň požadavku na doložení informace, zda uvedené je součástí BTK bylo v rámci odpovědi uvedeno:

- Účastník potvrzuje, že součástí servisu je také provádění el. kontrol u přístrojů (aut. tkáňový procesor a aut. zalévací linka) a provádění el. revize u UPS.
- Účastník potvrzuje, že výše uvedené činnosti, a to provádění el. kontrol u přístrojů a el. revize u UPS je součástí BTK.

K tomuto uvedenému potvrzení bylo vyžádáno doložení aktuální přílohy č. 1 Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, včetně veškerých specifikací předmětů servisu, tedy vč. požadovaných součástí dodávky (výše potvrzené), a to formou návrhu Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vč. všech příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou.

Společnost **MEDESA s.r.o.** dne **11.05.2022** zaslala doplnění objasnění nabídky v rámci kterého zadavatele informovala:

- že dne 4. 5. 2022 ve své odpovědi na žádost o doplnění objasnění nabídky předložila, mimo jiného, doplněnou a podepsanou Smlouvu o provádění komplexních servisních služeb, vč. výše požadovaného. Smlouva o provádění komplexních servisních služeb byla doložena vč. všech příslušných příloh a podpisu smlouvy osobou oprávněnou, se zvýrazněným textem (jedná se o str. 2, 11 a 12 této smlouvy).

Tato objasnění a doplnění nabídky shledala hodnotící komise jako dostačující a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka **MEDESA s.r.o.**

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – kopie ze dne 06.04.2022

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 18.03.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – el. originál ze dne 18.03.2022

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:**

Výpis z registru SÚKL osoby oprávněné provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky, reg.č.: 008790 – el. originál ze dne 20.12.2021

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel **MEDESA s.r.o.** splnil základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byl vybrán v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.



Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.

Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku.

Členové hodnotící komise:

1. Eva Srovnalová	 dne 18.5.2022
2. Ing. Vladimír Olejníček	 dne 17.5.2022
3. Ing. Nela Skulová	 dne 17.5.2022
4. Ing. Radim Zemánek	 dne 18.5.2022
5. Ing. Jitka Mokrášová	 dne 18.5.2022
6. Ing. Pavla Kreuzingerová	 dne 18.5.2022
7. Mgr. Zuzana Tomčíková	 dne 16.5.2022
8. Ing. Pavel Dočkal	 dne 12.5.2022

Schváleno dne	
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	