



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami“ nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové:

1. Prof. MUDr. Miloš Tábořský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
2. Ing. Vladimír Olejníček
3. Ing. Radim Zemánek
4. Ing. Pavel Bradáč
5. Ing. Miroslav Rosulek - omluven
6. Ing. Otakar Spáčil
7. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
8. Ing. Pavel Gartner
9. Ing. Jarmila Neudörflerová
10. Mgr. Zuzana Tomčíková
11. Ing. Pavel Dočkal

Do této veřejné zakázky byly podány nabídky společností:

Philips Česká republika s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.

pro část I.
pro část II. a III.

Část I. Obnova kardioangiografických systémů

Do této veřejné zakázky byla podána pouze jedna (1) nabídka, a to od společnosti **Philips Česká republika s.r.o.** Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – elektronický originál ze dne 4.10.2021

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 18.8.2021 (platnost elektronického podpisu skončila dne 8.9.2021)

Výpis z obchodního rejstříku – kopie ze dne 7.7.2021 (platnost elektronického podpisu skončila dne 8.9.2021)

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 18.8.2021 (platnost elektronického podpisu skončila dne 8.9.2021)

Výpis z obchodního rejstříku – kopie ze dne 7.7.2021 (platnost elektronického podpisu skončila dne 8.9.2021)

Výpis z živnostenské části živnostenského rejstříku – kopie ze dne 18.8.2021 (platnost elektronického podpisu skončila dne 8.9.2021)

✓ **Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ:**

Zadavatel požadoval doložení realizace minimálně jedné (1) obdobné zakázky. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka, instalace a uvedení do provozu angiografického systému.

Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů ze dne 4.10.2021 – elektronický originál

1. Dodávka kardioangiografického rtg kompletu včetně příslušenství a pozáručního servisu pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Kardio-angiografický přístroj Philips Azurion 7 C12

Krajská zdravotní, a.s, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

15.790.000,- Kč

09.08.2019 – 11.10.2019

2. FN Hradec Králové – Obnova angiografického přístroje

Angiografický přístroj Philips Azurion 7 C12

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

16.526.000,- Kč

15.05.2019 - 13.09.2019

3. FNKV – Angiografický přístroj

Angiografický přístroj Philips Azurion 7 C20

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

21.467.000,- Kč

26.03.2019 – 13.06.2019

4. Nemocnice Na Homolce

Angiografická linka pro elektrofyzilogické operační sály Philips Azurion 7 C12

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol

16.968.000,- Kč

10.07.2020 – 16.10.2020

5. Nemocnice České Budějovice –

Kardioangiografický přístroj – obměna Philips Azurion 7 C20

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

17.050.000,- Kč

05.10.2020 - 22.12.2020

Hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **Philips Česká republika s.r.o.** splnil požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti a splnil podmínky technických kvalifikačních předpokladů.



Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění ostatních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise požádala dne 1.11.2021 dodavatele **Philips Česká republika s.r.o.** o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Z předložené nabídky nelze zjistit splnění minimálních technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro níže uvedené přístroje. Žádáme o doložení technické dokumentace (např. návodů k použití, technických listů apod.) s uvedením čísla stránek, na kterých lze daný požadovaný parametr ověřit.

- Klinický simulátor
- Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potencionálů
- Přenosný ultrazvukový přístroj vč. ICE
- Hemodynamický systém
- OCT vč. FFR,
- Ultrazvukový „high end“ přístroj
- Transportní plicní ventilátor

2. Žádáme o objasnění rozporu mezi přílohou krycího listu nabídkové ceny a přílohou smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, konkrétně pro přístroj „Přenosný ultrazvukový přístroj vč. ICE“. V příloze krycího listu nabídkové ceny je vyplněna jednotková cena za provedení periodické BTK ve výši 6.600, Kč bez DPH, ale v příloze smlouvy o provádění komplexních servisních služeb není uvedena částka za periodickou BTK a oproti tomu je zde vyplněná částka 6.600,- Kč bez DPH za pravidelný servisní zásah, který naopak není vyplněn v příloze krycího listu nabídkové ceny.

3. Žádáme o objasnění příloh krycího listu nabídkové ceny a přílohy smlouvy o provádění komplexních servisních služeb vztahujícím se k níže uvedeným přístrojům, kde je uvedena cena za BTK a v příloze smlouvy je u ostatních jednotkových cen uvedeno „zahrnuto v ceně BTK“. U přístroje Přenosný ultrazvukový přístroj vč. ICE je v příloze smlouvy cena uvedena u částky za jednotlivý pravidelný servisní zásah a u ostatních jednotkových cen, včetně ceny za BTK, je uvedeno „zahrnuto v ceně BTK“.

- Klinický simulátor
- Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potencionálů
- Přenosný ultrazvukový přístroj vč. ICE
- Hemodynamický systém
- OCT vč. FFR,
- Ultrazvukový „high end“ přístroj
- Transportní plicní ventilátor

Žádáme o objasnění, jak dodavatel kalkuloval tyto servisní náklady a současně žádáme o potvrzení, že bude požadované servisní činnosti definované smlouvou o provádění komplexních servisních služeb zajišťovat v požadovaném rozsahu, kvalitě a za uvedených cenových podmínek. V této souvislosti žádáme o zaslání upravené smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, kde nebude u hodinové sazby servisního technika a cestovních nákladů uvedeno, že jsou tyto činnosti zahrnuty v BTK.

4. Žádáme o objasnění nesrovnalosti v nabídce, kdy dodavatel v příloze krycího listu nabídkové ceny uvedl nabídkovou cenu za realizaci stavebních úprav ve výši 15.890.000,- Kč bez DPH, ale v přiložených výkazech výměr je celková cena stavebních prací vyčíslena na 24.650.000,- Kč bez DPH.

5. Žádáme o potvrzení, že nabídková cena – měsíční paušální cena za pozáruční full servis 2ks angiografických kompletů včetně příslušenství (2ks operačních světel, 2 ks monitorů životních funkcí,



2 ks externích defibrilátorů a 1 ks tlakového injektoru) ve výši 250.000,- Kč bez DPH zahrnuje plné servisní pokrytí včetně dodávek všech náhradních dílů.

Hodnotící komise dne **2.11.2021** požádala o další objasnění a doplnění nabídky, kdy požádala

6. *Žádáme o doložení certifikátů servisního technika certifikátů školitele, vystavené výrobcem v českém jazyce (v případě cizojazyčného vyhotovení spolu s prostým překladem do českého jazyka) pro níže uvedené přístroje:*

- * operační světla*
- * monitory životních funkcí*
- * externí defibrilátor*
- * tlakový injektor*
- * klinický simulátor*
- * systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potencionálů*
- * přenosný ultrazvukový přístroj vč. ICE*
- * hemodynamický systém*
- * OCT vč. FFR,*
- * ultrazvukový „high end“ přístroj*
- * transportní plicní ventilátor.*

Dodavatel **Philips Česká republika s.r.o.** zaslal dne **4.11.2021** objasnění a doplnění nabídky k jednotlivým bodům:

Ad 1) Dodavatel doložil technickou dokumentaci k jednotlivým přístrojům včetně uvedení čísel stránek, kde lze požadované parametry ověřit.

Ad 2) Dodavatel potvrdil administrativní pochybení, kdy cena 6.600,- Kč bez DPH je jednotkovou cenou BTK a je správně uvedena v příloze krycího listu nabídkové ceny. V příloze smlouvy o provádění komplexních servisních služeb je pak částka 6.600,- Kč bez DPH chybně uvedena jako cena za pravidelný servisní zásah. Současně dodavatel doložil opravený návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb.

Ad 3) Dodavatel k požadavku na objasnění příloh krycího listu nabídkové ceny a přílohy smlouvy o provádění komplexních servisních služeb pro dotazované přístroje uvedl níže uvedené:

„K uvedenému dotazu sdělujeme, že kalkulaci servisních nákladů jsme prováděli s oprávněnou snahou o maximalizaci vlastního zisku a to následujícím způsobem:

- Zadavatel stanovil maximální přípustnou hodnotu požadovaného servisního zajištění pro kompletní předmět dodávky na hodnotu cca 25% z celkové ceny zakázky*
- Náklady na servisní zajištění přístrojového vybavení Philips jsou fixně dané*
- Náklady na preventivní zajištění přístrojového vybavení (BTK, elektrovizí, pravidelná údržba) u našich poddodavatelů jsou fixně dané*
- Ve snaze o maximalizaci vlastního zisku jsme tedy použili kumulování nákladů na cestování a na práci u nás a u našich poddodavatelů a to slučováním jejich servisních zásahů a plánované servisní činnosti s našimi pravidelnými servisními návštěvami, které máme zahrnuté v rámci komplexního servisního zajištění naší instalované báze ve FN Olomouc*

Uvedeným postupem jsme dosáhli vyšší ziskovosti naší nabídky za dodržení veškerých právních i pracovněprávních předpisů a bez využití jakékoli neoprávněné veřejné podpory.



V souvislosti s uvedeným dále prohlašujeme, že veškeré své závazky vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a smluv o provádění komplexních servisních služeb budeme plnit řádně a včas v souladu s ustanoveními uvedených smluv.“

Ad 4) Dodavatel k požadavku na objasnění nesrovnalostí v nabídce - ceně na realizaci stavebních úprav, uvedl níže uvedené:

„Zadavatel nechal zpracovat projektovou dokumentaci kompletních stavebních úprav souvisejících s obměnou přístrojového vybavení 1. interní kardiologické kliniky. Uvedené stavební úpravy zahrnovaly jak stavební přípravu nutnou pro obměnu uvedeného přístrojového vybavení, kde byla zadavatelem stanovena maximální přípustná cena ve výši 15 890 000,- Kč bez DPH, tak i finální sterilizovatelné řešení obou intervenčních kardiologických pracovišť (čistá vestavba) včetně dodávky souvisejících technologií (vzduchotechnika, MaR, vybavení nábytkem).

Jako součást zadávacích podmínek dále Zadavatel zveřejnil výkaz výměr vyprojektovaných stavebních prací s požadavkem o jejich nacenění.

Vzhledem k výše popsanému rozdělení projektovaných stavebních úprav jsme do naší nabídky přiložili 2 položkové rozpočty se shodnou celkovou sumou, ale s následujícími rozdíly:

- 1. Jako výkaz výměr jsme nazvali oceněný slepý rozpočet v podobě předložené Zadavatelem*
- 2. Jako položkový rozpočet jsme předložili oceněný stejný soubor prací, který byl ale rozdělen na 2 části odpovídající členění ze Zadávací dokumentace: o Přípravné stavební práce (v maximální celkové ceně 15 890 000,- Kč bez DPH)*
 - o Práce a dodávky související s finálním řešením pracoviště (v ceně 8 760 000,- Kč bez DPH)*

Filozofii tohoto rozdělení jsme také popsali v průvodním listu k této části nabídky s názvem „10_ Výkaz výměr popis“.

Ad 5) Dodavatel potvrdil, že nabídková cena – měsíční paušální částka ve výši 250.000,- Kč bez DPH - zahrnuje pozáruční full servis včetně dodávek náhradních dílů za 2ks angiografických kompletů včetně příslušenství (2ks operačních světel, 2 ks monitorů životních funkcí, 2 ks externích defibrilátorů a 1 ks tlakového injektoru).

Ad 6) Dodavatel doložil certifikáty servisních techniků a certifikáty školitelů k jednotlivým požadovaným přístrojům jež jsou součástí předmětu plnění.

Hodnotící komise na základě doloženého objasnění a doplnění nabídky dne **5.11.2021** ještě požádala o zaslání podepsané smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, jež byla součástí objasnění a doplnění nabídky od dodavatele **Philips Česká republika s.r.o.** Dodavatel **Philips Česká republika s.r.o.** dne **5.11.2021** zaslal podepsanou smlouvu o provádění komplexních servisních služeb.

Hodnotící komise tato objasnění a doplnění nabídky akceptuje a konstatuje, že dodavatel **Philips Česká republika s.r.o.** splnil veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a doporučuje vybrat dodavatele **Philips Česká republika s.r.o.** v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis se zdůvodněním rozdílného stanoviska.



Část II. Ablací RF generátor s poplachovou pumpou

Do této veřejné zakázky byla podána pouze jedna (1) nabídka, a to od společnosti **Johnson & Johnson, s.r.o.** Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – elektronický originál ze dne 4.10.2021

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 15.9.2021

Výpis z obchodního rejstříku – kopie ze dne 15.9.2021

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 15.9.2021

Výpis z obchodního rejstříku – kopie ze dne 15.9.2021

Hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** splnil požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti.

Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění ostatních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise požádala dne 1.11.2021 dodavatele **Johnson & Johnson, s.r.o.** o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. Žádáme o objasnění přílohy kupní smlouvy (Příloha č.1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace), kde součet uvedených položek v této příloze činí 926.587,97 Kč. Jednak není zřejmé, zda se jedná o ceny bez DPH nebo včetně DPH a hlavně tento součet neodpovídá nabídkové ceně a ceně uvedené v kupní smlouvě, tedy 925.900,- Kč bez DPH.

2. Žádáme o objasnění nesrovnalostí mezi přílohou krycího listu nabídkové ceny a smlouvou o provádění komplexních servisních služeb.

Konkrétně se jedná o náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu, kde není uvedena částka za tuto jednotlivou elektrickou revizi / kontrolu, ale pouze celková hodnota ve výši 4.000,- Kč bez DPH za provedení elektrických revizí / kontrol po dobu předpokládané životnosti přístroje, přičemž ve smlouvě o provádění komplexních servisních služeb je uvedena částka 4.000,- Kč bez DPH za provedení jednotlivé pravidelné elektrické kontroly, revize.

Dále se jedná o rozpor u nákladů na dopravu, kdy v příloze krycího listu nabídkové ceny je uvedena jednotková cena za jednu návštěvu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, ale ve smlouvě o provádění komplexních servisních služeb je uvedeno 0,- Kč bez DPH.

Žádáme o objasnění těchto nesrovnalostí a zaslání opravených dokumentů.

Dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** zaslal dne **4.11.2021** objasnění a doplnění nabídky, kde se omluvil za vzniklé administrativní chyby a zaslal opravenou přílohu č.1 kupní smlouvy s položkovým seznamem a celkovou cenou odpovídající nabídkové pořizovací ceně ve výši 925.900,- Kč bez DPH. Dále dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** v rámci objasnění a doplnění nabídky zaslal upravenou přílohu krycího listu nabídkové ceny a upravený návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb. V těchto dokumentech byla upravena jednotlivá cenová ujednání z nabídky, která byla nesprávně doplněna administrativním pochybením vzniklým z nepochopení jednotlivých



požadovaných položek. Dodavatel potvrdil, že není samostatně oceněna jednotlivá elektronická kontrola / revize a v rámci opravené přílohy krycího listu nabídkové ceny tedy není ani uvedena celková cena za elektrické revize / kontroly. Dále potvrdil cenu cestovních nákladů ve výši 1.000,- Kč bez DPH a tuto cenu doplnil i do návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb. Současně dodavatel doplnil hodinovou sazbu servisního technika ve výši 500,- Kč bez DPH a náklady na případnou další instruktáž ve výši 1.000,- Kč bez DPH do přílohy krycího listu a do smlouvy o provádění komplexních servisních služeb.

Z uvedeného jednoznačně nevyplývá, že elektrická revize/kontrola je součástí BTK, proto hodnotící komise dne **4.11.2021** požádala dodavatele **Johnson & Johnson, s.r.o.** o potvrzení, že elektronická revize / kontrola je součástí BTK. Dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** téhož dne, tj. **4.11.2021** potvrdil, že elektronická revize je součástí BTK.

Hodnotící komise tato objasnění a doplnění nabídky akceptuje a konstatuje, že dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** splnil veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a doporučuje vybrat dodavatele **Johnson & Johnson, s.r.o.** v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis se zdůvodněním rozdílného stanoviska.

Část III. Elektroanatomický 3D mapovací systém

Do této veřejné zakázky byla podána pouze jedna (1) nabídka, a to od společnosti **Johnson & Johnson, s.r.o.** Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – elektronický originál ze dne 4.10.2021

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 15.9.2021

Výpis z obchodního rejstříku – kopie ze dne 15.9.2021

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie ze dne 15.9.2021

Výpis z obchodního rejstříku – kopie ze dne 15.9.2021

✓ **Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ:**

Zadavatel požadoval doložení realizace minimálně jedné (1) obdobné zakázky. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka, instalace a uvedení do provozu elektroanatomického 3D mapovacího systému.

Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů ze dne 4.10.2021 – elektronický originál

1. Elektroanatomický 3D mapovací systém Carto3,
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37, 150 00 Praha 5,
4.900.000,- Kč bez DPH
1.11.2020 – 31.12.2020



Hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** splnil požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti a splnil podmínky technických kvalifikačních předpokladů.

Následně hodnotící komise přistoupila k posouzení splnění ostatních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise požádala dne **1.11.2021** dodavatele **Johnson & Johnson, s.r.o.** o objasnění a doplnění nabídky o níže uvedené:

1. *Žádáme o objasnění přílohy krycího listu nabídkové ceny, kde je uvedena cena za provedení jednotlivé pravidelné BTK a cena za provedení pravidelného servisního zásahu, přičemž v návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb je uvedena částka 70.000,- Kč bez DPH jako měsíční paušální částka za poskytnutí pozáručního full servisu. Celková částka v příloze krycího listu nabídkové ceny za pozáruční servis 2 ks elektroanatomického přístroje činí 5.040.000,- Kč bez DPH, což odpovídá celkové částce za pozáruční full servis kalkulované jako měsíční paušální částka ve výši 70.000,- Kč bez DPH krát 12 měsíců krát 6 let pozáručního servisu, tedy $70.000,- * 12 * 6 = 5.040.000,-$ Kč bez DPH.*

Chápe tedy zadavatel správně, že jste vyplnili přílohu krycího listu nabídkové ceny dle požadavků zadavatele, kde jste uvedli ceny za pravidelnou BTK a pravidelný servisní zásah, které v sobě zahrnují veškeré související náklady pro poskytování full servisu včetně dodávek náhradních dílů, které odpovídají měsíční paušální částce 70.000,- Kč bez DPH za poskytnutí tohoto pozáručního full servisu?

2. *Žádáme o objasnění přílohy kupní smlouvy (Příloha č.1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace), kde součet uvedených položek v této příloze činí 9.749.203,- Kč. Jednak není zřejmé, zda se jedná o ceny bez DPH nebo včetně DPH, o kolik se jedná kusů a hlavně tento součet neodpovídá nabídkové ceně a ceně uvedené v kupní smlouvě, tedy 11.500.000,- Kč bez DPH.*

Dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** zaslal dne **4.11.2021** objasnění a doplnění nabídky, ve kterém nám potvrdil, že uvedené ceny v příloze krycího listu nabídkové ceny za BTK a pravidelný servisní zásah v sobě zahrnují veškeré související náklady pro poskytování full servisu včetně dodávek náhradních dílů, které odpovídají měsíční paušální částce 70.000,- Kč bez DPH za poskytnutí pozáručního full servisu. Dále dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** zaslal opravenou přílohu č.1 kupní smlouvy s položkovým seznamem, množstvím jednotlivých položek a jejich cen, které v součtu odpovídají nabídkové pořizovací ceně ve výši 11.500.000,- Kč bez DPH.

Hodnotící komise toto objasnění a doplnění nabídky akceptuje a konstatuje, že dodavatel **Johnson & Johnson, s.r.o.** splnil veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a doporučuje vybrat dodavatele **Johnson & Johnson, s.r.o.** v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis se zdůvodněním rozdílného stanoviska.

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.














Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku.

Členové:

1. Prof. MUDr. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA 
2. Ing. Vladimír Olejníček 
3. Ing. Radim Zemánek 
4. Ing. Pavel Bradáč 
5. Ing. Miroslav Rosulek 
6. Ing. Otakar Spáčil 
7. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. 
8. Ing. Pavel Gartner 
9. Ing. Jarmila Neudörflerová 
10. Mgr. Zuzana Tomčíková 
11. Ing. Pavel Dočkal 

Schváleno dne	09 - 11 - 2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC® I.P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: zakazky@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892