



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„*Ultrazvukové systémy II*“ (VZ-2024-000600)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Jednání hodnotící komise se zúčastnili tito zadavatelem pověřeni členové hodnotící komise:

Členové:
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Michal Král, Ph.D., FESO
Mgr. Bc. Věra Smolíková
Ing. Vladimír Olejníček
Ing. Nela Skulová
Ing. Radim Zemánek
Ing. Jitka Mokrášová
Roman Schwarz
Mgr. Zuzana Tomčíková
Kristýna Zdražilová

Zadavatel v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělil veřejnou zakázku na tři (3) samostatné části:

I. Ultrazvukový přístroj pro Radiologickou kliniku
II. Ultrazvukový přístroj pro Neurologickou kliniku
III. Bezdrátové ultrazvukové přístroje

Část I. Ultrazvukový přístroj pro Radiologickou kliniku

Do této části veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to nabídka společnosti NIMOTECH, s.r.o.:

Údaje z přijaté nabídky, které jsou předmětem hodnocení:

Identifikace účastníka zadávacího řízení	NIMOTECH, s.r.o., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 188 25 605
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	2 924 913,44
Celkový počet bodů za hodnocené parametry	100
Hodnocené parametry	Údaje z nabídky o splnění



Požadavek	Počet bodů	
	Ano/Ne	
ultrazvukový přístroj musí mít výškově a stranově nastavitelné rameno s OLED monitorem s Ultra HD rozlišením o minimální úhlopříčce > 26"	ANO - Váha 20 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
ultrazvukový přístroj musí mít barevný dotykový ovládací panel o úhlopříčce ≥ 14"	ANO - Váha 20 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
ultrazvukový přístroj musí mít výšku ovládacího panelu nastavovanu elektronicky pomocí motoru	ANO - Váha 20 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
ultrazvukový přístroj musí mít SW pro automatickou online lokalizaci nervových snopců v obraze	ANO - Váha 20 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
ultrazvukový přístroj musí mít SW pro automatickou online lokalizaci mammárních náleží v obraze	ANO - Váha 20 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost NIMOTECH, s.r.o. dne 23.09.2024 vyzvána k objasnění a doplnění níže uvedeného:

1. Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny – objasnění nesouladu v uvedené celkové nabídkové ceně bez DPH (výše DPH a ceny vč. DPH) - nabídková cena, uvedená v krycím listě, musí zahrnovat celkovou pořizovací cenu, celkové pozáruční servisní náklady (včetně modelových servisních nákladů a nákladů na instruktáž) - uvedení do souladu s přílohou č. 2 - Příloha krycího listu nabídkové ceny a zaslání včetně podpisu oprávněné osoby.

Společnost NIMOTECH, s.r.o. zaslala dne 25.09.2024 objasnění nabídky v rámci, kterého doložila opravenou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny uvedený do souladu s přílohou č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny, viz požadavek výše. K nesouladu v uvedené celkové nabídkové ceně došlo administrativním pochybením při vyplňování dokumentů VZ.

Hodnotící komise shledala doložená objasnění a doplnění nabídky jako dostačující, a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka NIMOTECH, s.r.o.:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13.08.2024

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13.08.2024

Zadavatel dále prověřil, že společnost NIMOTECH, s.r.o.:

- je zapsána v evidenci skutečných majitelů
- je vedena v registru SÚKL jako dodavatel ZP a osoba oprávněna provádět servis nabídnutých přístrojů.

Hodnotící komise konstatuje, že společnost NIMOTECH, s.r.o., jako jediný účastník tohoto zadávacího řízení, splnila základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v



zadávací dokumentaci, a proto byla vybrána v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.

Část II. Ultrazvukový přístroj pro Neurologickou kliniku

Do této části veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to nabídka společnosti Electric Medical Service, s.r.o.:

Údaje z přijaté nabídky, které jsou předmětem hodnocení:

Identifikace účastníka zadávacího řízení		Electric Medical Service, s.r.o., č.p. 74, 664 62 Ledce, IČO: 499 70 267
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		1 956 800,00
Celkový počet bodů za hodnocené parametry		100
Hodnocené parametry		Údaje z nabídky o splnění
Požadavek	Počet bodů	
	Ano/Ne	
Technologie bezfokusačního zobrazení – Automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez použití a nastavení fokusačního bodu	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
Ultrazvukový přístroj musí mít podporu sond single crystal, podporu maticových (matrixových) sond – sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transversální rovině)	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
Ultrazvukový přístroj musí mít kontinuální automatickou optimalizaci 2D obrazu	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
Rozšíření o bezdrátovou duální sondu se zobrazením na displeji přístroje	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
2D fázová sonda single-crystal matrixová s minimálním frekvenčním rozsahem 2-5 MHz. Min.: 190 elementů.	ANO - Váha 30 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO
2D lineární sonda matrixová s minimálním frekvenčním rozsahem 5-16 MHz. Min.: 1000 elementů	ANO - Váha 30 bodů NE - Váha 0 bodů	ANO



Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost Electric Medical Service, s.r.o. dne 23.09.2024 vyzvána k objasnění a doplnění níže uvedeného:

1. Kupní smlouva – příloha č. 1 - Položkový seznam včetně cen a technická specifikace - oprava názvu sloupce uvedených jednotlivých výší DPH, a zaslání formou návrhu smlouvy včetně příslušných příloh.

2. Doložení čestného prohlášení dodavatele, že všechny prvky přístroje a přenášených dat splňují legislativu o kybernetické bezpečnosti a jsou v souladu s předpisem GDPR, a potvrzení kompatibility dle dokumentu MARIE Conformance Statement.

Společnost Electric Medical Service, s.r.o. zaslala dne 23.09.2024 objasnění nabídky v rámci, kterého doložila:

1. Návrh kupní smlouvy vč. příloh dle požadavku výše (*oprava názvu sloupce s uvedenou výší DPH v příloze č. 1 smlouvy*).

2. Doloženo čestné prohlášení dle požadavku bodu 2. výše.

Hodnotící komise shledala doložená objasnění a doplnění nabídky jako dostačující, a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka Electric Medical Service, s.r.o.:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 09.08.2024

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 09.08.2024

Zadavatel dále prověřil, že společnost Electric Medical Service, s.r.o.:

- je zapsána v evidenci skutečných majitelů
- je vedena v registru SÚKL jako dodavatel ZP a osoba oprávněna provádět servis nabídnutých přístrojů.

Hodnotící komise konstatuje, že společnost Electric Medical Service, s.r.o., jako jediný účastník tohoto zadávacího řízení, splnila základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byla vybrána v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.

Část III. Bezdrátové ultrazvukové přístroje

Do této části veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to nabídka společnosti Electric Medical Service, s.r.o.:

Identifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH
-------------------------	-----------------------------



Electric Medical Service, s.r.o., č.p. 74, 664 62 Ledce; IČ 499 70 267	506 800,00
--	------------

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost Electric Medical Service, s.r.o. dne 23.09.2024 vyzvána k objasnění a doplnění níže uvedeného:

1. Příloha č. 3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek – doplnění typu, výrobce, a ev. čísla nabízených prostředků, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden.
(zadavatel upozornil, že se jedná také o přílohu kupní smlouvy).

2. Doložení čestného prohlášení dodavatele, že všechny prvky přístroje a přenášeny dat splňují legislativu o kybernetické bezpečnosti a jsou v souladu s předpisem GDPR, a potvrzení kompatibility dle dokumentu MARIE Conformance Statement.

Společnost Electric Medical Service, s.r.o. zaslala dne 23.09.2024 objasnění nabídky v rámci, kterého doložila:

1. Návrh kupní smlouvy vč. příloh, kdy v příloze „Tabulka splnění minimálních technických podmínek“ byl doplněn typ, výrobce, a ev. čísla nabízených prostředků, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden.

2. Doloženo čestné prohlášení dle požadavku bodu 2. výše.

Hodnotící komise shledala doložená objasnění a doplnění nabídky jako dostačující, a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka Electric Medical Service, s.r.o.:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 09.08.2024

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 09.08.2024

Zadavatel dále prověřil, že společnost Electric Medical Service, s.r.o.:

- je zapsána v evidenci skutečných majitelů
- je vedena v registru SÚKL jako dodavatel ZP a osoba oprávněna provádět servis nabídnutých přístrojů.

Hodnotící komise konstatuje, že společnost Electric Medical Service, s.r.o., jako jediný účastník tohoto zadávacího řízení, splnila základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byla vybrána v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska.

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.



Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.



Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku.

Členové hodnotící komise:

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--------------------|
| 1. | prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. |  | datum 7. 10. 2024 |
| 2. | prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. |  | datum 7. 10. 2024 |
| 3. | MUDr. Michal Král, Ph.D., FESO |  | datum 11. 10. 2024 |
| 4. | Mgr. Bc. Věra Smolíková |  | datum 17. 10. 2024 |
| 5. | Ing. Vladimír Olejníček |  | datum 22. 9. 24 |
| 6. | Ing. Nela Skulová |  | datum 2. 10. '24 |
| 7. | Ing. Radim Zemánek |  | datum 27. 9. 24 |
| 8. | Ing. Jitka Mokrášová |  | datum 30. 9. 24 |
| 9. | Roman Schwarz |  | datum 4. 10. 2024 |
| 10. | Mgr. Zuzana Tomčíková |  | datum 2. 10. 2024 |
| 11. | Kristýna Zdražilová |  | datum 27. 9. 2024 |

Podpisem písemné zprávy o hodnocení nabídek statutárním zástupcem FN Olomouc (osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele) se tato písemná zpráva o hodnocení nabídek stává rozhodnutím o výběru dodavatele / dodavatelů dle závěru/ů hodnotící komise.

Zpráva byla schválena dne	
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	