

1. Úvod

V novém pavilonu Hematologicko - onkologické kliniky budou soustředěny všechny části kliniky, které jsou v současné době rozptýleny po areálu nemocnice. Pouze lůžkové oddělení zůstane prozatím v současných prostorách.

Zdravotnické provozy jsou umístěny na 2. a 3. nadzemním podlaží. 1. NP je komunikační podlaží a na 4. NP jsou situovány kancelářské prostory, edukační a seminární místnost. Tyto prostory řeší dokumentace interiéru.

Dokumentace PS zdravotnická technologie řeší pouze přístrojové vybavení zdravotnického charakteru, kompletní vybavení čisticích místností mimo digestoře a hygienické pomůcky v provozních místnostech. Provozní nábytek a chladicí zařízení obsahuje dokumentace interiéru, vyšetřovací svítidla projekt elektro.

Seznam přístrojového vybavení je uvedeno v příloze dokumentace – specifikace přístrojového vybavení. V seznamu jsou uvedeny jak současné přístroje a zařízení, které se budou stěhovat, tak počty kusů zařízení které se budou pořizovat nově. Nově pořizované přístroje a zařízení budou podrobně technicky popsány až před nákupem (výběrovým řízením) podle aktuálních potřeb.

Dokumentace splňuje požadavky vyhlášky 92/2012 Sb. z 26. 3. 2012 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

2. Popis provozů a základního vybavení

2. Nadzemní podlaží

V tomto podlaží je umístěna vyšetřovací část kliniky a odběrový sál.

Vyšetřovny

Vyšetřovny budou standardně vybaveny vyšetřovacím stolem, pracovištěm lékaře a sezením pro pacienta s případným doprovodem. Vyšetřovací světlo je součástí dokumentace elektro.

Odběry

Odběry budou probíhat v místnosti s pěti odběrovými místy vybavené odběrovými křesly, odkládacími stolky na zkumavky a stoličkami pro sestry. V přísálí budou vzorky zpracovány na pracovní lince se dřezem a odesílány potrubní poštou k vyhodnocení.

Odběrová místnost je propojena se sesternou.

Ve výkonové vyšetřovně, která je napojena na odběrový sál se mimo jiné úkony budou provádět odběry vzorků kostní dřeně.

Čisticí místnost

V čisticí místnosti bude instalován mycí nerezový stůl se dřezem a umývadlem. Nad pracovní deskou ve výšce 1.500 mm nad podlahou bude umístěna nerezová digestoř (součást VZT) s odtahem do centrálního rozvodu VZT na odvětrání desinfekčních prostředků při ředění. Desinfekční prostředky budou skladovány v kovové skříni.

3. Nadzemní podlaží

Na tomto podlaží je umístěna léčebná část HOK.

Stacionář chemoterapie.

Stacionář chemoterapie je dimenzován na 14 patientských míst, Část pacientů bude umístěna na lůžkách, část na polohovatelných křeslech oddělených paravánem pro možnost intimnějšího prostředí. Za hlavami lůžek a křesel bude umístěn zdrojový stropní tubus T s vývody elektro silno a slaboproudu a medicínálních plynů. Tubus je součástí dokumentace medicínálních plynů. Vedle lůžek a křesel budou odkládací stolky, pod stropem budou zavěšeny televizní přístroje pro možnost sledování programů.

Pacienti budou mít možnost přímého vstupu do sálu.

Personál bude procházet šatnovým filtrem.

Cytostatika budou připravována v ústavní lékárně přímo pro jednotlivé pacienty a na oddělení dopravována potrubní poštou.

Zázemí personálu tvoří pracovna sester, čisticí místnost a sklad.

Stacionář transfúze

Stacionář transfúze je navržen na 7 patientských míst s lůžky, nebo polohovatelnými křesly, jedno lůžko bude izolační. Vedle lůžek budou umístěny odkládací stolky a odděleny závěsy. Za hlavami lůžek a křesel bude umístěn zdrojový stropní tubus T s vývody elektro silno a slaboproudu a medicínálních plynů. Tubus je součástí dokumentace medicínálních plynů. Na stropě budou podvěšeny TV přijímače.

Pracovna sester bude společná i pro chemoterapii. K dispozici bude příruční sklad.

Infuzní roztoky budou pro jednotlivé pacienty dodávány potrubní poštou z ústavní lékárny.

Čekárny

Na podlaží jsou dvě čekárny, jedna č.103270 pro pacienty se sníženou imunitou.

Čisticí místnosti

V čisticí místnosti bude instalován mycí nerezový rohový stůl se dřezem a umývadlem. Nad pracovní deskou ve výšce 1.500 mm nad podlahou bude umístěna nerezová digestoř (součást VZT) s odtahem do centrálního rozvodu VZT na odvětrání desinfekčních prostředků při ředění. Desinfekční prostředky budou skladovány v kovové skříni.

4. Nadzemní podlaží

Čtvrté podlaží je určeno pro vedení kliniky, edukační a seminární místnost. Tyto prostory řeší dokumentace interiéru.

3. Napojení na média

Napojení na média a požadavky na stavební připravenost jsou uvedeny na výkresech.