

Detail zprávy: RE: Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Základní údaje

Zakázka: VZ0208466: Fokusovaná rázová vlna II		
ID zprávy: 51f8b5eb-2ab6-4378-83b1-e70bc713fc60	Číslo jednací zprávy:	Odesílatel: Radovan Sedlář (41417 - BTL zdravotnická technika, a.s.)
Datum a čas odeslání: 21. 02. 2025 11:21:10	Datum a čas přečtení: 21. 02. 2025 11:50:21	

Předmět: RE: Žádost o objasnění a doplnění nabídky Text zprávy: Dobrý den, děkujeme za vaši zprávu. Níže zasíláme objasnění vašeho dotazu. Jelikož je v České republice v časté míře od zadavatelů veřejných zakázek vyžadováno prohlášení o shodě v českém jazyce, požádala společnost BTL zdravotnická technika, a.s. výrobce předmětného zdravotnického prostředku o vydání prohlášení o shodě v českém jazyce, resp. o vydání překladu. Vydaný překlad prohlášení o shodě, který se neliší od původní anglické verze DoC (viz příloha této zprávy) a odkazuje se na shodný certifikát č. 10000418361-PA-NA-CZE, byl výrobcem vystaven s datem 21. 10. 2024. S odkazem na potvrzovací dopis od notifikované osoby DNV Product Assurance AS (viz soubor "_DNV_NB_Confirmation_Letter_MDD_Certificates_Validity.pdf"), kde jsou uvedeny konkrétní produkty i čísla certifikátů a kde spadá i nabízený přístroj BTL-6000 FSWT, je zřejmé, že se na certifikaci tohoto ZP vztahuje přechodné období dle nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR) a tím se prodlužuje jeho platnost. Pro více informací, nebo další součinnost jsem vám k dispozici. Za BTL zdravotnická technika, a.s. Josef Machanec tel: 777 920 286 email: machanec@btl.cz >>>>----- Původní zpráva ----- >>>>Dne 21. 02. 2025 10:00:18 odesílatel Kristýna Zdražilová (Fakultní nemocnice Olomouc) napsal: >>>>Dobrý den, >>>>děkujeme za podanou nabídku. >>>>V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obrácíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky k této veřejné zakázce o níže uvedené: >>>>- objasnění nesouladu informací doložených v rámci nabídky, kdy v přiloženém dokumentu od notifikované osoby je odkazováno na prohlášení o shodě č. 10000418361-PA-NA-CZE s datem ukončení platnosti 27.05.2024, >>>> zároveň bylo doloženo prohlášení o shodě (shodného č. 10000418361-PA-NA-CZE) s datem vystavení 21.10.2024. >>>>Požádáme tedy o objasnění, případně o doložení odpovídajícího prohlášení o shodě nabídnutého ZP. >>>>Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete do 27.02.2025 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena. >>>>Děkuji za spolupráci. >>>>Příjemný den, s pozdravem >>>>Kristýna Zdražilová

>>>>oddělení veřejných zakázek

>>>>

>>>>Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

>>>>Tel.: +420 588 443 906

>>>>E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

>>>>web: www.fnol.cz

Přílohy

Název:

094-83_BTL-6000_FSWT_DoC_EN103_rev1_signed.pdf