

Detail zprávy: Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Základní údaje

Zakázka:

VZ0197459: Vysokofrekvenční radioterapie

ID zprávy:

c73cc92b-bc03-4f54-a802-c3babe6eb93e

Číslo jednací zprávy:**Odesílatel:**

Kristýna Zdražilová (Z0001183 -
Fakultní nemocnice Olomouc)

Datum a čas odeslání:

27. 09. 2024 12:06:53

Předmět:

Žádost o objasnění a doplnění nabídky

Text zprávy:

Dobrý den,

děkujeme za podanou nabídku.

V souladu s §46 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na vás obracíme s žádostí o objasnění a doplnění nabídky k této veřejné zakázce o níže uvedené:

1. Spotřební materiál - TR-Therapy krém - doplňte katalogové (objednávkové) číslo nabízeného spotřebního materiálu, a kód VZP v případě, že je k nabízenému materiálu přidělen.

Požadované zašlete formou návrhu kupní smlouvy pro spotřební materiál včetně přílohy, a také ve formátu .xls; .xlsx.

Doložení prohlášení o shodě, včetně návodu k použití v českém jazyce.

2. Doložení splnění minimálních technických požadavků, konkrétně:

- Přístroj musí mít minimálně 30 přednastavených léčebných protokolů.
- Přístroj musí ukládat vlastní léčebné protokoly, minimálně 100 pozic.

a to formou oficiální technické dokumentace s upřesněním strany dokumentu, kde je možné požadované parametry ověřit.

Požadované objasnění a doplnění nabídky zašlete do 03.10.2024 prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Příjemný den, s pozdravem

Kristýna Zdražilová

oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 906

E-mail: kristyna.zdrazilova@fnol.cz

web: www.fnol.cz

Příjemci

Příjemce:	Doručeno v okamžiku odeslání:	Datum a čas přechení:
BTL zdravotnická technika, a.s. (41417)	Ano	