



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Vysokofrekvenční radioterapie“ (VZ-2024-000573)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Jednání hodnotící komise se zúčastnili tito zadavatelem pověřeni členové hodnotící komise:

Členové:
MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MHA
Mgr. Marek Tomsa
Ing. Vladimír Olejníček
Ing. Nela Skulová
Ing. Radim Zemánek
Ing. Jitka Mokrášová
Roman Schwarz
Mgr. Zuzana Tomčíková
Kristýna Zdražilová

Do této veřejné zakázky byla podána jediná (1) nabídka, a to nabídka společnosti BTL zdravotnická technika, a.s.:

Identifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH
BTL zdravotnická technika, a.s., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno; IČ 268 84 143	685 620,00

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole přijaté nabídky byly zjištěny nejasnosti v nabídce, a na základě toho byla společnost BTL zdravotnická technika, a.s. dne 27.09.2024 vyzvána k objasnění a doplnění níže uvedeného:

1. Spotřební materiál – TR-Therapy krém – doplnění katalogového (objednávkového) číslo nabízeného spotřebního materiálu, a kódu VZP v případě, že je k nabízenému materiálu přidělen, a to formou návrhu kupní smlouvy pro spotřební materiál včetně přílohy, a také ve formátu .xls; .xlsx.

Doložení prohlášení o shodě, včetně návodu k použití, v českém jazyce.

2. Doložení splnění minimálních technických požadavků, konkrétně:

- Přístroj musí mít minimálně 30 přednastavených léčebných protokolů.
- Přístroj musí ukládat vlastní léčebné protokoly, minimálně 100 pozic,

a to formou oficiální technické dokumentace s upřesněním strany dokumentu, kde je možné požadované parametry ověřit.



Společnost BTL zdravotnická technika, a.s. zaslala dne 01.10.2024 objasnění nabídky v rámci, kterého doložila:

1. Návrh kupní smlouvy pro spotřební materiál včetně přílohy, a formátu .xlsx – doplněno objednávkové číslo (*kód VZP není přidělen*).

Dále bylo doloženo prohlášení o shodě a návod k použití dle požadavku výše.

2. K požadavku doložení splnění minimálních technických podmínek dle bodu 2. výše byl doložen oficiální dokument technických specifikací obsahující výčet požadujících technický parametrů dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k VZ. Pro ujištění o níže uvedených parametrech byl dále přiložen soubor "049-80_BTL-6000_TR-Therapy_Encyclopaedia_CS102.pdf" terapeutická encyklopedie k vestavěným terapeutickým protokolům, ze kterého je zřejmý počet protokolů v nabízeném přístroji BTL-6000 TRTherapy Elite, viz str. 2.

Pro ujištění o možnosti ukládání vlastních léčebných protokolů byl zaslán návod k obsluze přístroje "049-80MANCSCZ02101.pdf", kde na str. 17 a 19 je popsána možnost uložení vlastních protokolů.

Hodnotící komise shledala doložená objasnění a doplnění nabídky jako dostačující a přistoupila k posouzení kvalifikací účastníka BTL zdravotnická technika, a.s:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 23.09.2024

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 23.09.2024

Zadavatel dále prověřil, že společnost BTL zdravotnická technika, a.s:

- je zapsána v evidenci skutečných majitelů
- má kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě
- je vedena v registru SÚKL jako dodavatel ZP a osoba oprávněna provádět servis nabídnutých přístrojů
- nabídnutý ZP – BTL-6000 TR-Therapy je veden v evidenci ZP systému ISZP pod Basic UDI-DI: ++B108049POEUZ9, a v evidenci RZPRO pod ev. č. 00534416.
(aktuálně platná legislativa přidělování evidenčního čísla nevyžaduje u nově přidáných ZP do systému ISZP – účastník tuto skutečnost uvedl do přílohy č. 3 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek.)

Hodnotící komise konstatuje, že společnost BTL zdravotnická technika, a.s, jako jediný účastník tohoto zadávacího řízení, splnila základní způsobilost, profesní způsobilost, a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto byla vybrána v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis zdůvodnění rozdílného stanoviska

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.

Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.






Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku.



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC


Členové hodnotící komise:

1. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MHA
2. Mgr. Marek Tomsa
3. Ing. Vladimír Olejníček
4. Ing. Nela Skulová
5. Ing. Radim Zemánek
6. Ing. Jitka Mokrášová
7. Roman Schwarz
8. Mgr. Zuzana Tomčíková
9. Kristýna Zdražilová

	datum	14.10.24
	datum	18.10.24
	datum	10.10.24
	datum	7.10.24
	datum	7.10.24
	datum	10.10.24
	datum	10.10.2024
	datum	9.10.2024
	datum	7.10.2024

Podpisem písemné zprávy o hodnocení nabídek statutárním zástupcem FN Olomouc (osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele) se tato písemná zpráva o hodnocení nabídek stává rozhodnutím o výběru dodavatele / dodavatelů dle závěru/ů hodnotící komise.

Zpráva byla schválena dne	25 -10- 2024
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC® Zdravotníků 248/7 779 00 Olomouc


Ing. Pavel Dočka
63353

