

Detail zprávy Žádost o objasnění nejasností nabídky VZ-2022-000681 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a u

Zpráva

Odesílatel	Kateřina Štýbnarová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmět	Žádost o objasnění nejasností nabídky VZ-2022-000681 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk část I.

Dobrý den,

děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2022-000681 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk část I. a v rámci objasnění nejasností nabídky prosím o upřesnění následujícího:

1.

- z položkového seznamu nejsou patrné všechny požadavky na splnění min. technických podmínek.. např.:

- vakuová elektroda je uvedena pouze v Ø 90 mm, chybí Ø 60 mm

- elektroda pouze v rozměru 120x80 mm, chybí rozměr 70x50 mm nebo 80x60 mm ..

Doplňte tedy do poznámky v tabulce splnění minimálních technických podmínek konkrétní nabídnuté položky z položkového seznamu.

2.

- ve smlouvě o poskytování komplexních servisních služeb jste uvedli v čl. VI odst. 2e částku 2500,- za pravidelnou periodickou prohlídku, v krycím listu tato částka uvedená není. Předpokládá se, že se tato prohlídka provádět nebude, neboť bude pravidelné BTK, takže smlouvu uveďte do souladu s krycím listem a tuto položku opravte na 0 Kč.

Opravené dokumenty zašlete nejpozději do 14.7.2022

Děkuji

S přáním hezkého dne

Kateřina Štýbnarová
referent pro veřejné zakázky

Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc®, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Tel.: 588 444 935

E-mail: Katerina.Stybnarova@fnol.cz

Web: www.fnol.cz

Doplňující údaje

Odesláno 13.07.2022 10:13:53

Typ zprávy Obecná k zakázce

Číslo jednací

ID zprávy 2698940

Zakázka VZ0142942 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk

Příjemci zprávy

Jméno a příjmení	Úřední název organizace	Přečteno ▼	Datum a čas doručení	Doručeno v okamžiku odeslání
	BTL zdravotnická technika, a.s.		13.07.2022 10:13:53	Ano

1 záznam