

Detail zprávy: RE: Žádost o objasnění nejasností k VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana

Základní údaje

Zakázka: VZ0166788: Hydromasážní vana		
ID zprávy: 2a9e3117-68a7-47f1-8376-11071c0d6272	Číslo jednací zprávy:	Odesílatel: Pavel Kocich (5824 - Chironax Frýdek - Místek s.r.o.)
Datum a čas odeslání: 23. 06. 2023 09:59:01	Datum a čas přečtení: 23. 06. 2023 10:08:18	

Předmět: RE: Žádost o objasnění nejasností k VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana
Text zprávy: Dobrý den, opravené vše posílám. Spp Feber >>>>----- Původní zpráva ----- >>>>Dne 21. 06. 2023 12:10:51 odesílatel Kateřina Štýbnarová (Fakultní nemocnice Olomouc) napsal: >>>>Dobrý den, >>>>děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana a v rámci objasnění nejasností nabídky prosím o následující: >>>>1. ke kupní smlouvě chybí příloha č. 1 - Položkový seznam včetně cen a technická specifikace - jako tuto přílohu lze použít dokument 29-Cenová nabídka-CORAL, >>>>pokud jej upravíte, aby odpovídal pouze variantě č. 2, která je naceněna v krycím listu nabídkové ceny - zašlete tedy odpovídající nabídku, která bude součástí kupní smlouvy jako příloha č. 1 >>>>2. v Příloze č. 2 - Tabulka minimálních technických podmínek uveďte dokument, a kde v něm jsou přesně potvrzeny tyto požadované parametry: >>>>- Vana musí mít digitální ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně - uveden pouze teploměr napouštěné vody >>>>- Vana musí mít termostatickou 1/2" napouštěcí baterii - uvedeno pouze páková baterie, rozměr chybí >>>>- Vana musí mít patientské tlačítko pro spuštění alarmu >>>>3. v servisní smlouvě v čl. VI, odst. 2c - uvádíte cenu 1200,- za pravidelný servisní zásah, který se dle krycího listu neprovádí - opravte v serv. smlouvě na 0,- Kč >>>>4. v servisní smlouvě v čl. VI, odst. 2d - uvádíte cenu za BTK 1700,- Kč, ale v krycím listu je uvedena částka 1500,- Kč - opravte na částku dle krycího listu >>>>5. k servisní smlouvě chybí obě přílohy - dodejte opravenou servisní smlouvu i včetně požadovaných příloh >>>>6. prohlášení o shodě dle požadavku ve výzvě k podání nabídky dodejte v ČJ >>>>Požadované zašlete nejpozději do 23.6. 2023 do 11 hodin. >>>>Děkuji.

>>>>S přáním hezkého dne

>>>>Kateřina Štýbnarová

>>>>referent pro veřejné zakázky

>>>>Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

>>>>

>>>>Fakultní nemocnice Olomouc®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

>>>>Tel.: 588 444 935

>>>>E-mail: Katerina.Stybnarova@fnol.cz

>>>>Web: www.fnol.cz

Přílohy

Název:
Servisní smlouva oprava.PDF
Servisní smlouva.PDF
Priloha c.3 - Navrh kupni smlouvy.docx
Priloha c.4 – Navrh smlouvy o provadeni komplexnich servisnich sluzeb.docx
29_Cenová nabídka-CORAL, FN Olomouc, opravená.pdf
Prohlášení o shodě třída II (ČJ).pdf