

# Detail zprávy: Žádost o objasnění nejasností k VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana

## Základní údaje

<b>Zakázka:</b> VZ0166788: Hydromasážní vana	<b>Číslo jednací zprávy:</b>	<b>Odesílatel:</b>
<b>ID zprávy:</b> a2e658c6-3279-48a2-9dc8-321f77b a7a6a		Kateřina Štýbnarová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
<b>Datum a čas odeslání:</b> 21. 06. 2023 12:10:51	<b>Datum a čas přečtení:</b>	

<b>Předmět:</b> Žádost o objasnění nejasností k VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana
<b>Text zprávy:</b> Dobrý den,  děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana a v rámci objasnění nejasností nabídky prosím o následující:  1. ke kupní smlouvě chybí příloha č. 1 - Položkový seznam včetně cen a technická specifikace - jako tuto přílohu lze použít dokument 29-Cenová nabídka-CORAL, pokud jej upravíte, aby odpovídal pouze variantě č. 2, která je naceněna v krycím listu nabídkové ceny - zašlete tedy odpovídající nabídku, která bude součástí kupní smlouvy jako příloha č. 1  2. v Příloze č. 2 - Tabulka minimálních technických podmínek uveďte dokument, a kde v něm jsou přesně potvrzeny tyto požadované parametry: - Vana musí mít digitální ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně - uveden pouze teploměr napouštěné vody - Vana musí mít termostatickou 1/2" napouštěcí baterii - uvedeno pouze páková baterie, rozměr chybí - Vana musí mít patientské tlačítko pro spuštění alarmu  3. v servisní smlouvě v čl. VI, odst. 2c - uvádíte cenu 1200,- za pravidelný servisní zásah, který se dle krycího listu neprovádí - opravte v serv. smlouvě na 0,- Kč  4. v servisní smlouvě v čl. VI, odst. 2d - uvádíte cenu za BTK 1700,- Kč, ale v krycím listu je uvedena částka 1500,- Kč - opravte na částku dle krycího listu  5. k servisní smlouvě chybí obě přílohy - dodejte opravenou servisní smlouvu i včetně požadovaných příloh  6. prohlášení o shodě dle požadavku ve výzvě k podání nabídky dodejte v ČJ  Požadované zašlete nejpozději do 23.6. 2023 do 11 hodin.  Děkuji.  S přáním hezkého dne  Kateřina Štýbnarová referent pro veřejné zakázky Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek <hr/> Fakultní nemocnice Olomouc®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Tel.: 588 444 935

E-mail: Katerina.Stybnarova@fnol.cz  
Web: www.fnol.cz

## Příjemci

Příjemce:	Doručeno v okamžiku odeslání:	Datum a čas přečtení:
Chironax Frýdek - Místek s.r.o.	Ano	