

Detail zprávy: Žádost o objasnění nabídky VZ-2023-000830 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk

Základní údaje

Zakázka: VZ0168517: Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk		
ID zprávy: 5d11a22b-b66e-4ce3-b9b3-9c568a5e83a7	Číslo jednací zprávy:	Odesílatel: Kateřina Štýbnarová (Z0001183 - Fakultní nemocnice Olomouc)
Datum a čas odeslání: 19. 07. 2023 08:22:01	Datum a čas přečtení:	

Předmět: Žádost o objasnění nabídky VZ-2023-000830 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk
Text zprávy: Dobrý den, děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2023-000830 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk a v rámci objasnění nejasností prosím o doplnění následujícího: V tabulce minimálních technických podmínek doplňte u následujících parametrů dokument a stránku na které jsou tyto parametry uvedeny: (v dokumentech nabídky jsme je nenalezly, nelze je tedy ověřit) - Dvouokruhá antispastická stimulace s nastavením synchronizace kanálů - Současné připojení min. dvou ultrazvukových hlavice - Vodotěsné ultrazvukové hlavice - Nádobka na kondenzát s integrovaným výpustným ventilem (pokud se kondenzát nevytlívá přímo z přístroje) - Možnost volby dalších rozměrů vakuových elektrod a houbiček (60mm - standard, 30mm nebo 90mm) Požadované prosím zašlete nejpozději do 20.7. 2023. Děkuji. S přáním hezkého dne Kateřina Štýbnarová referent pro veřejné zakázky Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek Fakultní nemocnice Olomouc®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Tel.: 588 444 935 E-mail: Katerina.Stybnarova@fnol.cz Web: www.fnol.cz

Příjemci

Příjemce: BTL zdravotnická technika, a.s.	Doručeno v okamžiku odeslání: Ano	Datum a čas přečtení:
---	---	------------------------------