

Detail zprávy: RE: Žádost o objasnění nabídky VZ-2023-000830 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk

Základní údaje

Zakázka:

VZ0168517: Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk

ID zprávy:

f1904070-e682-4999-
b93e-4d2556f7cdc8

Číslo jednací zprávy:

Datum a čas odeslání:

19. 07. 2023 16:27:53

Datum a čas přečtení:

20. 07. 2023 08:25:54

Odesílatel:

Radovan Sedlář (41417 - BTL
zdravotnická technika, a.s.)

Předmět:

RE: Žádost o objasnění nabídky VZ-2023-000830 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk

Text zprávy:

Dobrý den, paní Štýbnarová,
děkuji za vaši zprávu. V příloze zasílám doplněnou tabulku minimálních technických podmínek s odkazem na uživatelské manuály, kde jsou vámi požadované body uvedeny. Tyto manuály byly součástí nabídky, nyní je zasílám ještě se zvýrazněním daného parametru pro vaši rychlejší orientaci v dokumentech.

Pro více informací a další součinnost jsem vám k dispozici.

S pozdravem,
za BTL zdravotnická technika, a.s.
Josef Machanec

email: machanec@btl.cz
tel: 777 920 286

>>>>----- Původní zpráva -----

>>>>Dne 19. 07. 2023 08:22:01 odesílatel Kateřina Štýbnarová (Fakultní nemocnice Olomouc) napsal:

>>>>Dobrý den,

>>>>děkuji za podání nabídky do veřejné zakázky VZ-2023-000830 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk a v rámci objasnění nejasností prosím o

>>>>doplnění následujícího:

>>>>V tabulce minimálních technických podmínek doplňte u následujících parametrů dokument a stránku na které jsou tyto parametry uvedeny:

>>>>(v dokumentech nabídky jsme je nenalezly, nelze je tedy ověřit)

>>>>- Dvouokruhová antispastická stimulace s nastavením synchronizace kanálů

>>>>- Současné připojení min. dvou ultrazvukových hlavice

>>>>- Vodotěsné ultrazvukové hlavice

>>>>- Nádobka na kondenzát s integrovaným výpustným ventilem (pokud se kondenzát nevytlívá přímo z přístroje)

>>>>- Možnost volby dalších rozměrů vakuových elektrod a houbiček (60mm - standard, 30mm nebo 90mm)

>>>>Požadované prosím zašlete nejpozději do 20.7. 2023.

>>>>Děkuji.

>>>>S přáním hezkého dne

>>>>Kateřina Štýbnarová

>>>>referent pro veřejné zakázky

>>>>Obchodní úsek: Oddělení veřejných zakázek

>>>>

>>>>Fakultní nemocnice Olomouc®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

>>>>Tel.: 588 444 935

>>>>E-mail: Katerina.Stybnarova@fnol.cz

>>>>Web: www.fnol.cz

Přílohy

Název:
042-80MANCSCZ02102.pdf
058-80MANCSCZ02102.pdf
Priloha c.2 - Tabulka splneni minimalnich technickych podminek-dolpnění.pdf