

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „*kupující*“

a

L I N E T spol. s r.o.

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČ: 00507814

DIČ: CZ00507814

zastoupená: Bc. Zdeňkem Grimmem, MBA, ředitelem obchodu pro ČR a SR, v plné moci

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163

bankovní spojení: 58242141/0100

na straně druhé jako „*prodávající*“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „**Univerzální elektrická lůžka**“, interní evidenční číslo **VZ-2023-000988**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: 20 ks lůžek Essenza 300, 20 ks matrací MediMatt 30, 20 ks stolků Eleganza Classic, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále „předmět plnění“ nebo „zboží“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Součástí předmětu plnění je dále:
 - i. uvedení do provozu, včetně všech potřebných zkoušek potřebných pro řádné užívání předmětu plnění (např. výchozí elektrická revize, přijímací zkouška, validace atd.),
 - ii. bezplatné zaškolení obsluhy (instruktáž v případě ZP) obsluhy v souladu s návodem k použití a protokol o tomto školení (instruktáži v případě ZP) – ke každému přístroji,
 - iii. dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních ke každému přístroji),
 - iv. dodávka příslušných atestů a certifikátů (ve 2 vyhotoveních),
 - v. prohlášení o shodě, s možným uvedením rizikové třídy zdravotnického prostředku (ve 2 vyhotoveních),
 - vi. dodací list / předávací protokol (ve 2 vyhotoveních),
 - vii. certifikát osoby provádějící školení (instruktáž v případě ZP) a servisního technika (ve 2 vyhotoveních) pokud je vyžadovaný výrobcem či platnou legislativou),
 - viii. vyplněný interní formulář kupujícího (identifikační kartu přístroje), kdy prodávajícímu bude interní formulář zaslán emailem poté, co oznámí kupujícímu termín pro dodání,
 - ix. ekologická likvidace obalového materiálu související s dopravou a instalací předmětu plnění.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění dodat, uvést do provozu, předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu/ předávacího protokolu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2023-000988**, a dále provést zaškolení, resp. instruktáž k předmětu plnění, a to v tomto termínu (průběžné dodávky):
 - o 20 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek – do 14 dnů od písemné výzvy kupujícího na e-mail prodávajícího tomas.cizek@linet.cz ; tato výzva bude kupujícím učiněna nejdříve 15.11.2023; Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.
2. Místem dodání předmětu plnění je: **Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc**
3. Kontaktní email pro převzetí předmětu plnění je dodavkaZT@fnol.cz, tel. 588 44 2269. Prodávající je povinen kupujícímu na výše uvedený email **10 dnů** před dodávkou předmětu plnění oznámit konkrétní termín dodání.
4. K převzetí předmětu plnění jsou oprávněni pracovníci Útvaru hospodářsko-technické správy Ing. Nela Skulová, email: nela.skulova@fnol.cz, tel: 588 445 138, Ing. Radim Zemánek, email: radim.zemanek@fnol.cz, tel. 588 442 269, případně další osoby, které k převzetí byly jimi pověřeni.
5. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
6. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem potvrzení dodacího listu/ předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě/ předávacím protokolu vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2023-000988**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci.
7. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
8. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení, resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny (včetně DPH) předmětu plnění za každý započatý den prodlení.

IV.

Kupní cena

1. Kupní cena za předmět plnění činí:
 - 1 670 660,00 Kč bez DPH,
 - 262 729,80 Kč DPH,
 - 1 933 389,80 Kč včetně DPH
2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu,

předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.).

3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Proávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.
2. Proávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu / předávacího protokolu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením smlouvy.
3. Proávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2023-000988**.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
6. Proávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

VI.

Záruka za jakost

1. Proávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Proávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **24 měsíců** ode dne uvedení předmětu plnění do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.

2. Po dobu záruční doby provede prodávající záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.
3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese servis@linet.cz, faxem na faxovém čísle 312 522 668 či telefonicky na telefonním čísle 312 576 800. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
 - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
 - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **2 dnů** od okamžiku nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **5 dnů** ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. V případě opravy trvající déle než **5 dnů** je prodávající povinen po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných technických parametrech.
8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu plnění (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku nebo v případě opravy trvající déle než 5 dnů nezapůjčí náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu plnění (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.

11. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Údržba a servis zboží

1. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a servis zboží ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav, validace a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.
2. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem písemně nahlásit jejich konání kupujícímu, přitom musí respektovat provozní potřeby kupujícího a vyhovět mu v případě, že bude požádán o jejich přesunutí. Mělo-li by přesunutím činností dle věty první dojít k nedodržení termínů a lhůt stanovených právními předpisy, či pokud by v tomto důsledku mohlo dojít k pozbytí práv kupujícího, je povinen prodávající na tuto skutečnost písemně kupujícího upozornit. Neučiní-li tak prodávající, je povinen nést veškeré nepříznivé důsledky z toho vyplývající pro kupujícího.
3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup ke zboží, umožňuje-li to jeho provoz.
4. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku je obsažena v kupní ceně.
5. Kupující je v případě prodloužení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit plnění těchto povinností způsobem dle vlastního uvážení, a to na náklady prodávajícího. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen. V tomto případě se prodávající nemůže ani dovolávat neoprávněnosti zásahu do předmětu plnění a nemůže toto ani vést k pozbytí práv kupujícího.

VIII.

Software

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.
2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících. Smluvní strany berou na vědomí a zároveň souhlasí, že k projednání a rozhodování případných sporů, které nebudou vyřešeny smírem, budou příslušné soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručení druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky

očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní dojednání učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace
- Příloha č. 2 – Tabulka splnění technických podmínek

V Olomouci dne

V Želevčicích dne [Klikněte sem a zadejte text.](#)

.....

.....

Fakultní nemocnice Olomouc

L I N E T spol. s r.o.

kupující

prodávající

Zakázka: 10002782
Objednávka zákazníka: VZ-2023-000988

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želečnice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
77900 Olomouc | CZ
IČ: 00098892 | DIČ: CZ00098892

Příjemce / cílová adresa:

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
77900 Olomouc | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 21.7.2023
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 60 dní
Platnost nabídky do: 31.12.2023

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Olomouc

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	1EZ30000-875	Essenza 300 300 STANDARD	20 KS	68 034,00	15%	204 102,00	1 360 680,00 CZK
			00000000				1 564 782,00 CZK

Universal bed

RU:CZ Regionální provedení: Česko

Základní vlastnosti

MO:0 Základní model: 300 STANDARD

LTI:00 Laterální náklon: Bez laterálního náklonu

UN:01 Typ podvozku: Standard

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

Postranice a čela

SR:S2 Postranice: Postranice Safe&Free - plné pokrytí

TO:00 Horní díl postranice: Není součástí tohoto druhu postranice

UP:00 Spodní díl postranice: Není součástí tohoto druhu postranice

BE:21 Čela: Plastové

PR:00 Potisk: Bez potisku

LL:01 Štítek logo: Štítek s logem LINET

CD:00 Barva dekoru: Lůžko bez dekorových dílů

BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

BP:02 Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka

FS:00 Fixační pomůcky: Bez fixace

CM:01 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542

MR:02 Držáky matrace na lýtčkovém dílu: Dvoupolohové prodloužení lýtčkového dílu

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko

BR:30 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od hlavové části

UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku

AI:84 Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR

FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů

Ochranné prvky a držáky

XT:01 Bed extension: Prodloužení ložné plochy

MH:07 Vstávací madla: Vstávací madla Mobi Lift + integrované tlačítko v hlavové postranici

AH:29 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části)

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

Elektrická zařízení a komunikace

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

VO:20 Jmenovité napětí: 100 - 240 V 50/60 Hz

AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

AS:00 Automatické zastavení zádového dílu: Bez automatického zastavení zádového dílu ve 30 stupních

Zakázka: 10002782
Objednávka zákazníka: VZ-2023-000988

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení NC:47 Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel PC:06 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích AL:00 Alarmy: Bez alarmu MS:00 Monitoring system: Bez výbavy USB:00 USB nabíječka: Bez USB nabíječky HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér Další vlastnosti LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština PG:01 Balení: Standard AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
20	11011410B0000	Hrazda lakovaná	20 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		Hrazda napřimovací lakována RAL9002 Umístění do pouzdra D34					
30	4ROTGERSG700-2	Šedá plastová rukojeť	20 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		rukojeť plastová provedení: - plastový trianpl - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	4PV322717000	Infuzní stojan teleskopický	20 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		Teleskopický infuzní stojan - jednoruční odblokovací mechanismus - umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter) - nerez - myčkové provedení - délka 1116 mm - nosnost 2 kg/háček, 15kg celkem - bez odkapávací nádoby - 4 háčky plastové, šedé *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, E4, E5, all Image3, Latera, all Eleganza Smart, P1, P2					
41	4AW152014300	kabel zemnicí	20 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		kabel zemnicí 3 m kabel o průřezu 6qmm, oboustranně osazený úhlovou zdířkou					
50	4PWR21100LS	Pasivní matrace MediMatt 30, 200x86,5x14	20 KS 00000000	5 390,00	15%	16 170,00	107 800,00 CZK 123 970,00 CZK
		- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči. - Vrchní plochu tvoří polyetherova studena pěna. - Spodní plochu tvoří polyetherova pěna - Konturový řez : pěnové spojení bez lepicích švů - S ochranou jadra - Bez možností převrácení a rotace - Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy - Voděodolný, paropropustný potah - Technologie vazby potahu: šitý - Ochrana zipu: ANO					
60	4SEC201-28	Eleganza Classic	20 KS 00000000	10 109,00	21%	42 457,80	202 180,00 CZK 244 637,80 CZK
		Stolek k lůžku Eleganza Classic: MO:2 Základní model: Jídelní deska integr. CRP:E Korpus stolu: Bez zámku CU:2 Zákaznické provedení: Pojízdny NE myčky CA:7 Kolečka - typy: 75 mm dvojitá 2 bržděná					

Zakázka: 10002782
Objednávka zákazníka: VZ-2023-000988

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		HA:C Madla: Kovová, z kulatého profilu, lakováno vbarvě korpusu CM:01 RAL korpusu: RAL9002 EA6542 CD:A1 Deska barva: POLYREY 030 bílá EDG:E Hrany desek: Pro stůl s jídelní deskou: plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky A1:6 Dopl. příslušenství 1: Plastová vložka v zásuvce, Univerzální držák příslušenství LB1:00 Štítky: Standard LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet PGc:01 Balení: Standard AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
70	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
80	VS045	Služby servisu instalace	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
90	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					
100	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		BTK po dobu záruky ZDARMA.					

SOUHRN

Celkem netto		1 670 660,00
Výstupní DPH	15,000 %	220 272,00
Výstupní DPH	21,000 %	42 457,80
Celkem brutto		1 933 389,80

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Minimální technické požadavky		
Univerzální elektrická lůžka		
Uveďte typ, výrobce: 20 ks lůžek Essenza 300, vč. matrací MediMatt 30 a stolků Eleganza Classic. Výrobce L I N E T spol.s r.o.		
Předmět veřejné zakázky	Splnění ano/ne	poznámky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 20 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro RHB včetně příslušenství, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu.	ANO	
Technická specifikace	Splnění ANO / NE	poznámky
Univerzální elektrická lůžka (20ks)	Essenza 300	
20ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro dospělé pacienty standardního oddělení	ANO	návod na použití, str. 22
nemocniční lůžka musí být pevně stabilní konstrukce s minimální nosností 270 kg	ANO, 300 kg	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít čtyř segmentovou ložnou plochu o požadované velikosti ložné plochy minimálně 200 x 90 cm	ANO, 200x90 cm	návod na použití, str. 30; 46
maximální vnější rozměr lůžka (d x š) 220 x 99,5 cm (bez prodloužení)	ANO, 219x99,5 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování	ANO	návod na použití, str. 22
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 40-78cm	ANO, 31,3-81,7 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu	ANO	návod na použití, str. 67;99
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou polohu kardiacké křeslo	ANO	návod na použití, str. 67; 119
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelný zářadový a stehenní díl a mechanicky nebo elektricky nastavitelný lýtkový díl	ANO, lýtkový díl - mechanicky	návod na použití, str. 77-84
nemocniční lůžka musí mít mechanické odblokování zářadového dílu pro CPR polohu	ANO	návod na použití, str. 26
nemocniční lůžka musí být vybavena dvojitou autoregresí	ANO	návod na použití, str. 132
nemocniční lůžka musí mít odnímatelná plastová čela s aretací	ANO	návod na použití, str. 40-41
nemocniční lůžka musí mít integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm	ANO, 20 cm	návod na použití, str. 30
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklápěcí postranice ovládatelné jednou rukou o minimální délce ¼ délky lůžka a výšce nad nestlačenu matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 s ergonomickými ovládacími, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách a pojistkou proti nechtěnému spuštění. Celková výška postranice musí být minimálně 39 cm	ANO, výška postranic 42 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií	ANO	návod na použití, str. 53
nemocniční lůžka musí mít sestavy ovládací panel s vizuální a zvukovou kontrolou a s možností uzamknutí ovládacích funkcí	ANO	návod na použití, str. 67
nemocniční lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzděná kolečka o minimální velikosti 15 cm (průměr), umožňující aretaci jednoho z nich v příčném směru pro snadnou manipulaci s lůžkem	ANO, průměr koleček 15 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít ochranná nárazová horizontální kolečka v rozích lůžka	ANO	návod na použití, str. 46
nemocniční lůžko musí být bezpečně konstrukce s odolným a omyvatelným povrchem	ANO	návod na použití, str. 166
Specifikace - Pasivní antidekubitní matrace (20ks)	MediMatt 30	
Matrace musí být vyrobena ze dvou typů pěny o různých vlastnostech, horní vrstva musí být vyrobena ze studené pěny hustoty min. 50 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm a spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m ³ , po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO, horní vrstva - hustota 50 kg/m ³ , tloušťka 5 cm, spodní vrstva - hustota 41 kg/m ³ , tloušťka 9 cm	katalog, str. 8
Matrace musí poskytovat prevenci a léčbu dekubitů minimálně až do III stupně	ANO	katalog, str. 6
Matrace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše, minimální výška matrace je 14cm.	ANO, 14 cm	katalog, str. 8
Matrace musí mít snímatelný potah, s uzávěrem na zip na min. dvou stranách matrace s krytím proti zatečení	ANO	katalog, str. 8
Materiál potahu musí být snadno omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům a musí být pratelný	ANO	katalog, str. 2
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním pářím	ANO	katalog, str. 2
Příslušenství každého univerzální elektrického lůžka		
hrazda s plastovou hrazdickou pro pacienta	ANO	příloha č. 1 KS
nerezový infuzní stojan k lůžku	ANO	příloha č. 1 KS
Pokud je lůžko opatřeno bodem pro vyrovnání potenciálu, tak součástí dodávky je také zemnicí kabel pro propojení bodu na dodávaném lůžku a zemnicího bodu na zdi pokoje	ANO	příloha č. 1 KS
Pacientský noční stolek 20ks	Eleganza Classic	
provedení stolu – nahore zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky	ANO	katalog, str. 2
pojízdny, oboustranný stolek k lůžku, stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu (kov, plast, HPL, NE dřevo či LTD	ANO, kov, plast, HPL	katalog, str. 2
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními listami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů, ochranné listy musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými listami pro umístění jídelního tabletu musí být min. 600 x 340, jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolu	ANO, rozměr JD 600x340 mm, nosnost 9 ks uprostřed desky	katalog, str. 2
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání	ANO	katalog, str. 2
zdvih jídelní desky v rozsahu min. 81 – 95 cm	ANO, 72-109 cm	katalog, str. 2
4 kolečka z toho min. 2 brzděná	ANO	katalog, str. 2
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	ANO	vzorník přiložen
Hodnocené parametry (univerzální el. lůžka)		Maximum 20 bodů
Integrovaná mobilizační madla v hlavové a nožní části lůžka	ANO, návod na použití, str. 145	ANO / NE Váha 10 bodů
Nejnižší bod ložné plochy	31,3 cm, návod na použití, str. 30	≥ 36 < 40 : 3 bodů ≥ 33 : 6 bodů 30 : 10 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma	ANO	příloha č. 1 KS
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek	ANO	příloha č. 1 KS
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	ANO	
Obecné požadavky		
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší	ANO, 24 měsíců	příloha č. 1 KS
Životnost přístroje minimálně 8 let	ANO, 10 let	

* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků