

Minimální technické požadavky		
Univerzální elektrická lůžka		
Uveďte typ, výrobce: 20 ks lůžek Essenza 300, vč. matrací MediMatt 30 a stolků Eleganza Classic. Výrobce L I N E T spol.s r.o.		
Předmět veřejné zakázky	Splnění ano/ne	poznámky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 20 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro RHB včetně příslušenství, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu.	ANO	
Technická specifikace	Splnění ANO / NE	poznámky
Univerzální elektrická lůžka (20ks)	Essenza 300	
20ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro dospělé pacienty standardního oddělení	ANO	návod na použití, str. 22
nemocniční lůžka musí být pevně stabilní konstrukce s minimální nosností 270 kg	ANO, 300 kg	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít čtyř segmentovou ložnou plochu o požadované velikosti ložné plochy minimálně 200 x 90 cm	ANO, 200x90 cm	návod na použití, str. 30; 46
maximální vnější rozměr lůžka (d x š) 220 x 99,5 cm (bez prodloužení)	ANO, 219x99,5 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování	ANO	návod na použití, str. 22
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 40-78cm	ANO, 31,3-81,7 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu	ANO	návod na použití, str. 67;99
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou polohu kardiacké křeslo	ANO	návod na použití, str. 67; 119
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelný zádový a stehenní díl a mechanicky nebo elektricky nastavitelný lýtkový díl	ANO, lýtkový díl - mechanicky	návod na použití, str. 77-84
nemocniční lůžka musí mít mechanické odblokování zádového dílu pro CPR polohu	ANO	návod na použití, str. 26
nemocniční lůžka musí být vybavena dvojitou autoregresí	ANO	návod na použití, str. 132
nemocniční lůžka musí mít odnímatelná plastová čela s aretací	ANO	návod na použití, str. 40-41
nemocniční lůžka musí mít integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm	ANO, 20 cm	návod na použití, str. 30
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklápěcí postranice ovládatelné jednou rukou o minimální délce 1/4 délky lůžka a výšce nad nestlačenou matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 s ergonomickými ovládacími prvky, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách a pojistkou proti nechtěnému spuštění. Celková výška postranice musí být minimálně 39 cm.	ANO, výška postranic 42 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií	ANO	návod na použití, str. 53
nemocniční lůžka musí mít sesterský ovládací panel s vizuální a zvukovou kontrolou a s možností uzamknutí ovládacích funkcí	ANO	návod na použití, str. 67
nemocniční lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná kolečka o minimální velikosti 15 cm (průměr), umožňující aretaci jednoho z nich v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem	ANO, průměr koleček 15 cm	návod na použití, str. 30
nemocniční lůžka musí mít ochranná nárazová horizontální kolečka v rozích lůžka	ANO	návod na použití, str. 46
nemocniční lůžko musí být bezpečné konstrukce s odolným a omyvatelným povrchem	ANO	návod na použití, str. 166
Specifikace - Pasivní antidekubitní matrace (20ks)	MediMatt 30	
Matrace musí být vyrobena ze dvou typů pěny o různých vlastnostech, horní vrstva musí být vyrobena ze studené pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min. 5 cm a spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m³, po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³	ANO, horní vrstva - hustota 50 kg/m3, tloušťka 5 cm, spodní vrstva - hustota 41 kg/m3, tloušťka 9 cm	katalog, str. 8
Matrace musí poskytovat prevenci a léčbu dekubitů minimálně až do III. stupně	ANO	katalog, str. 6
Matrace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše, minimální výška matrace je 14cm.	ANO, 14 cm	katalog, str. 8
Matrace musí mít snímatelný potah, s uzávěrem na zip na min. dvou stranách matrace s krytým proti zatečení	ANO	katalog, str. 8
Materiál potahu musí být snadno omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům a musí být pratelný	ANO	katalog, str. 2
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním párá	ANO	katalog, str. 2
Příslušenství každého univerzální elektrického lůžka		
hrazda s plastovou hrazdickou pro pacienta	ANO	příloha č. 1 KS
nerezový infúzní stojan k lůžku	ANO	příloha č. 1 KS
Pokud je lůžko opatřeno bodem pro vyrovnání potenciálu, tak součástí dodávky je také zemnicí kabel pro propojení bodu na dodávaném lůžku a zemnicího bodu na zdi pokoje	ANO	příloha č. 1 KS
Pacientský noční stolek 20ks	Eleganza Classic	
provedení stolu – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky	ANO	katalog, str. 2
pojízdny, oboustranný stolek k lůžku, stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu (kov, plast, HPL, NE dřevě či LTD	ANO, kov, plast, HPL	katalog, str. 2
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními listami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů, ochranné listy musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými listami pro umístění jídelního tabletu musí být min. 600 x 340, jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolu	ANO, rozměr JD 600x345 mm, nosnost 9 ks uprostřed desky	katalog, str. 2
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání	ANO	katalog, str. 2
zdvih jídelní desky v rozsahu min. 81 – 95 cm	ANO, 72-108 cm	katalog, str. 2
4 kolečka z toho min. 2 brzditelná	ANO	katalog, str. 2
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	ANO	vzorník přiložen
Hodnocené parametry (univerzální el. lůžka)		Maximum 20 bodů
Integrovaná mobilizační madla v hlavové a nožní části lůžka	ANO, návod na použití, str. 145	ANO / NE Váha 10 bodů
Nejnižší bod ložné plochy	31,3 cm, návod na použití, str. 30	≥ 36 < 40 : 3 bodů ≥ 33 : 6 bodů 30 : 10 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktaž		
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdamra	ANO	příloha č. 1 KS
Instruktaž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek	ANO	příloha č. 1 KS
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	ANO	
Obecné požadavky		
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší	ANO, 24 měsíců	příloha č. 1 KS
Životnost přístroje minimálně 8 let	ANO, 10 let	

* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků