

## **Soupis požadavků na stavební úpravy pro instalaci přístroje mamografického**

Zadavatel požaduje provedení všech prací spojených s úplným odstranění stávající mamografu a navazujících technologií a instalaci a zprovoznění nového přístroje včetně všech navazujících technologií. Nový mamograf bude instalován do stávající vyšetřovny. Zadavatel požaduje, aby po instalaci nového mamografu byla zachována plná funkčnost všech stávajících technologií pracoviště (vzduchotechnika a klimatizace, rozvody elektřiny, vody, plynů ...).