



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 3T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Olomouc / Olomoucký kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**

Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 01 Olomouc

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení MR se silou magnetického pole 3 Tesla. Požadavek vychází ze skutečnosti, že nemocnice disponuje řadou center specializované péče, pro která nelze plně zajistit diagnostiku na přístrojích MR se silou magnetického pole 1,5 Tesla (např. zobrazení drobnějších struktur a jejich případných změn nebo superkonziliární vyšetření u problematických případů). Fakultní nemocnice je současně vědecko-výzkumnou institucí. Nový přístroj by měl také zkrátit čekací dobu, která je v současné době 5 - 8 týdnů.

Výsledky MR vyšetření jsou využívány nejen pro obvyklou diagnostiku, ale např. též pro neurochirurgickou navigaci během operace, a to zejména u operací mozkových nádorů.

Oddělení magnetické rezonance ve FN Olomouc je vybaveno dvěma přístroji, instalovanými v letech 2005 a 2015. Oba přístroje jsou využívány sedm dní v týdnu. Nemocnice doplní personál na novém pracovišti MR o dalšího lékaře.





Žadatel:		Fakultní nemocnice Olomouc				
Přístrojové zařízení:		magnetická rezonance (MR 3T)				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		3 554	3 909			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		17749046	19 523 951			
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		6,9				
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]		120				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	20
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



