

V Olomouci 30. 1. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„Kardioangiografický komplet pro elektrofyziologii“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28. 1. 2020

Dotaz č. 1

Zadavatel v části zadávací dokumentace “Minimální technické a hodnocené parametry” požaduje v odstavci “Echokardiografický UZV přístroj, Součástí dodávky UZV - příslušenství” mimojiné:

- Součástí dodávky musí být 3D TEE sonda

Dotaz:

Chápeme správně, že pokud zadavatel jako součást dodávky požaduje výše uvedenou 3D TEE (transesophageal) sondu, požaduje zároveň, aby nabízený přístroj bez nutnosti dalšího upgrade umožňoval předmětné 3D TEE vyšetření i provádět?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje, aby nabízený UZV přístroj umožňoval 3D TEE vyšetření bez nutnosti dalšího upgrade.