

zadavatel
FN Olomouc
I P Pavlova 185/6, Olomouc

Kontaktní osoba
Ing. Pavel Dočkal
Vedoucí odd veřejných zakázek

V Praze dne 31.08.2020

Objasnění a doplnění nabídky podané do vz Systém pro elektrofyzilogické vyšetření intrakardiálních potenciálů
VZ0095194

Dotaz č. 1

V nabídce je přiloženo čestné prohlášení o obchodním tajemství. V zadávací dokumentaci i ve vámi podepsaných smlouvách je uvedeno, že souhlasíte se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. Žádáme tedy o objasnění této nesrovnalosti v nabídce.

Objasnění

Omlouváme se za administrativní nedopatření, souhlasíme se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a předloženými podepsanými smlouvami v nabídce.

Dotaz č. 2

Žádáme o doložení technické dokumentace, prokazující splnění nabídnutého hodnotícího parametru „Primárně bipolární zpracování signálů“.

Objasnění

Přílohou si Vám dovoluji předložit stranu 3-12 návodu k obsluze Cardiolab řízený dokument 2097992-138B CZ, kapitola **Funkce zesilovače**, kde je potvrzeno, že zesilovač má funkci bipolárního záznamu signálu.

Současně přikládáme stranu 7-10 návodu k obsluze Cardiolab řízený dokument 2097992-138B CZ, kapitola **Přidání signálu z katetru**, kde je uvedeno, že se přidá jako primární typ signálu jako bipolární.

Dotaz č. 3

Žádáme o objasnění přílohy či kupní smlouvy, která je předepsaná jako položkový seznam včetně cen a technická specifikace. V nabídce je jako v příloze č.1 kupní smlouvy uvedeno pouze "1 ks Systém pro elektrofyzilogické vyšetření intrakardiálních potenciálů Cardiolab". Žádáme o objasnění této nesrovnalosti a případně doplnění položkového seznamu včetně uvedení cen a dále pak o zaslání technické specifikace, která bude tvořit přílohu této kupní smlouvy.

Objasnění

Cardiolab je jeden nedělitelný systém, proto jsme uvedli cenu za 1 systém.

Technická specifikace byla uvedena v předložené nabídce na straně 35 – 40, její součástí byl i návod k obsluze uvedený odkazem na www.sukl.cz, přesně:

<https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickýProstředek/Detail/103930>



kdy je návod součástí notifikace produktu.

Příloha č. 1

strana 3-12 návodu k obsluze Cardiolab řízený dokument 2097992-138B CZ

Příloha č. 2

strana 7-10 návodu k obsluze Cardiolab řízený dokument 2097992-138B CZ

Ing. Soňa Hamšíková
medisap,s.r.o.