



PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

„Ultrazvukové sestavy FNOL“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Členové:

1. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
2. Ing. Andrea Drobiličová – omluvena, hodnotí část II.
3. Mgr. Martina Douglas – omluvena, hodnotí část II.
4. Doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. FEBU
5. Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D
6. Ing. Miroslav Rosulek
7. Ing. Zdeněk Havlíček
8. Mgr. Zuzana Tomčíková
9. Ing. Pavel Dočkal

Část I. Ultrazvukový přístroj centrální pro RTG

Do této veřejné zakázky byla podány dvě (2) nabídky, a to od společností **NIMOTECH, s.r.o. a MEDATA, spol. s r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídky dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízké nabídkové ceny. Následně hodnotící komise seřadila nabídky dle hodnotícího kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci, tj. dle ekonomické výhodnosti – nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Pořadí	Uchazeč	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1.	NIMOTECH, s.r.o.	1 999 899,64 Kč
2.	MEDATA, spol. s r.o.	2 101 520,16 Kč

Při kontrole nabídky společnosti NIMOTECH, s.r.o. bylo zjištěno, že v Příloze krycího listu nebyla uvedena nabídková cena za jednotlivý pravidelný servisní zásah nabídnutého přístroje, zařízení, naopak v Smlouvě o provádění komplexních servisních služeb v čl. VI. bodě 2, písm. c) byla uvedena cena 1 500,00 Kč bez DPH, 1815,00 Kč včetně DPH, proto byla společnost NIMOTECH, s.r.o. požádána dne 23.4.2020 o objasnění této nesrovnalosti v nabídce. Společnost NIMOTECH, s.r.o. zaslala dne



24.4.2020 objasnění nabídky, ve kterém uvedla, že jednotlivý pravidelný servisní zásah se neprovádí a cena ve smlouvě neměla být uvedena, na základě dodatečné žádosti o opravenou smlouvu ze dne 24.4.2020 byl společností NIMOTECH, s.r.o. zaslán také opravený návrh Smlouvy o provádění komplexních servisních služeb.

Hodnotící komise považovala toto objasnění nabídky za dostačující a následně přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele NIMOTECH, s.r.o.:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 2.1.2020

Výpis z obchodního rejstříku – ze dne 2.1.2020

Čestné prohlášení o základní způsobilosti – ze dne 6.3.2020

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ze dne 2.1.2020

Výpis z obchodního rejstříku – ze dne 2.1.2020

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel splnil základní způsobilost, profesní způsobilost a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **NIMOTECH, s.r.o.** splnil podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a v souladu s § 122 odst. 1 zákona byl vybrán k uzavření smlouvy.

Část II. Přenosný ultrazvukový systém pro PICC team

Do této veřejné zakázky byla podány dvě (2) nabídky, a to od společností **MEDATA, spol. s r.o.** a **Electric Medical Service, s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídky dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízké nabídkové ceny. Následně hodnotící komise seřadila nabídky dle hodnotícího kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci, tj. dle ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Pořadí	Uchazeč	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1.	MEDATA, spol. s r.o.	412 506,31 Kč
2.	Electric Medical Service, s.r.o.	436 100,00 Kč

Po posouzení nabídky, odborná část hodnotící komise požádala, aby společnost MEDATA, spol. s r.o. byla požádána o předvedení a zapůjčení nabízeného přenosného ultrazvukového systému Wisonic Clover 60 k ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti v nabídce uvedených skutečností.

O předvedení a zapůjčení nabízeného systému byla společnost MEDATA, spol. s r. o. požádána dne 23.4.2020. Další hodnocení nabídky proběhne následně po zapůjčení nabízeného systému.



Část III. Konexní sonda k UZV systému pro UROL

Do této veřejné zakázky byla podána pouze jedna (1) nabídka od společností **MEDKONSULT, s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole nabídky společnosti MEDKONSULT, s.r.o. bylo zjištěno, že:

- v Příloze krycího listu byly uvedeny náklady na jednotlivé periodické BTK 100,00 Kč bez DPH a 121,00 Kč vč. DPH, naopak ve Smlouvě o provádění komplexních servisních služeb v čl. VI. bodě 2, písm. d) uvedeny nebyly, tyto náklady, ale přestože byly uvedeny v příloze krycího listu, nebyly započítány do celkové nabídkové ceny,
- stejně tak v Příloze krycího listu byly uvedeny náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi 100,00 Kč bez DPH a 121,00 Kč vč. DPH, naopak ve Smlouvě o provádění komplexních servisních služeb v čl. VI. bodě 2, písm. e) uvedeny nebyly a také nebyly započteny do celkové nabídkové ceny,
- dále pak v technických specifikacích je u bodu „Konexní sonda musí mít frekvenční rozsah 1,8 – 6 MHz“ uvedeno „Ano“ - splněno, ale dodané technické listy neodpovídají tomuto bodu - prosíme o vysvětlení této nesrovnalosti a doložení, že je bod splněn.

Společnost MEDKONSULT, s.r.o. byla požádána dne 23.4.2020 o objasnění výše uvedených nesrovnalostí v nabídce. Dne 27.4.2020 zaslala objasnění nabídky, ve kterém uvedla, že periodické BTK a pravidelné revize se neprovádí, přiložila správnou přílohu krycího listu nabídkové ceny, k poslednímu bodu žádosti uvedla, že administrativním pochybením byl v nabídce uveden typ sondy 8802, místo sondy 8823, která technické parametry splňuje, což doložila produktovým listem.

Hodnotící komise považovala toto objasnění nabídky za dostačující a následně přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele MEDKONSULT, s. r. o.:

— ✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – originál ze dne 20.1.2020

Výpis z obchodního rejstříku – originál ze dne 20.1.2020

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – kopie ze dne 4.3.2020

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis z obchodního rejstříku – originál ze dne 20.1.2020

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – originál ze dne 20.1.2020

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel splnil základní způsobilost, profesní způsobilost a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **MEDKONSULT, s.r.o.** splnil podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a v souladu s § 122 odst. 2 zákona byl vybrán k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.



Část IV. Konexní sonda k UZV systému pro NEUR

Do této veřejné zakázky byla podána pouze jedna (1) nabídka od společnosti **Electric Medical Service, s.r.o.**

Hodnotící komise posoudila nabídku dle § 113 ZZVZ. Odborná část komise konstatuje, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při kontrole nabídky společnosti Electric Medical Service, s.r.o. bylo zjištěno, že ve Smlouvě o provádění komplexních servisních služeb bylo uvedeno v čl. I odst. 2, že se jedná o část II. Přenosný ultrazvukový systém pro PICC team, nikoliv část IV. Konexní sonda k UZV systému pro NEUR – prosíme o opravu a zaslání. Účastník byl dne 23.4.2020 požádán o objasnění nabídky, které zaslal 24.4.2020 včetně opravené smlouvy se správným názvem části veřejné zakázky.

Hodnotící komise považovala toto objasnění nabídky za dostačující a následně přistoupila k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele Electric Medical Service, s.r.o.:

✓ **Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – originál ze dne 24.2.2020

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – originál ze dne 6.3.2020

✓ **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – originál ze dne 24.2.2020

Hodnotící komise konstatuje, že výše uvedený dodavatel splnil základní způsobilost, profesní způsobilost a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise konstatuje, že dodavatel **Electric Medical Service, s.r.o.** splnil podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a v souladu s § 122 odst. 2 zákona byl vybrán k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis se zdůvodněním rozdílného stanoviska.

Dále každý člen hodnotící komise prohlašuje, že není ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům zadávacího řízení ve střetu zájmů, nepodílel(a) se na zpracování nabídek, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne osobní výhoda nebo újma, nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky, s účastníky ho nespojuje osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr.

Vznikne-li u člena hodnotící komise v průběhu činnosti komise důvod ke střetu zájmů, je povinen(na) tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který ho v takovém případě vyloučí z další účasti v komisi.

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Níže uvedení členové komise potvrzují, že mají odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku.

Členové:

1. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. dne 29. 4. 2020

2. Ing. Andrea Drobiličová omluvena dne



3. Mgr. Martina Douglas	omluvena	dne
4. Doc. MUDr. Aleš Vidlár, Ph.D. FEBU		dne
5. Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.		dne 30.4.2020
6. Ing. Miroslav Rosulek		dne 29.4.2020
7. Ing. Zdeněk Havlíček		dne 30.4.2020
8. Mgr. Zuzana Tomčíková		dne 29.4.2020
9. Ing. Pavel Dočkal		dne 29.4.2020

Předání zprávy o hodnocení nabídek zadavateli / osobě oprávněné jednat jménem zadavatele/

Zpráva byla předána dne	- 6 -05- 2020
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC® I.P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc