

**Zadavatel :**

**Fakultní nemocnice Olomouc**

**I.P..Pavlova 6,**

**Olomouc,**

**PSČ 779 00**

Zastoupena :

Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

**Tazatel :**

**NORTH MED spol. s r.o.**

**Bělocerkevská 1176/12**

**100 00 Praha 10**

Zastoupena :

Ing. Petr Krejsa - jednatel

**Dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „ Přímá digitalizace RTG  
pracoviště“  
zveřejněná pod ev. číslem VZ -2020-000112**

Vážení,

po prostudování zadávací dokumentace (dále ZD) k výše uvedené veřejné zakázce nám vznikli určité nejasnosti. Máme proto tento doplňující dotaz:

**1. Příloha č.6 ZD – Minimalní technické podmínky a hodnocené parametry – řádek str. 92,  
rychlost automatického posunu**

Zadavatel na výše uvedeném místě ZD hodnotí rychlost posunu automatického posunu stropního závěsu rentgenky ve všech rovinách, tedy v osách X, Y a Z. Zadavatel hodnotí, zda je pohyb v těchto osách rychlejší než 0,3 m/s, přičemž motorizovaný pohyb v těchto 3 osách je tedy Zadavatelem vyžadován.

**Rozumíme správně, že Zadavatel požaduje motorizovaný stropní závěs ve všech třech osách, tedy X, Y a Z?**

---

**Za dotazovatele:**

**Ing. Petr Krejsa**

**Jednatel NORTH MED spol. s r.o.**