

V Novém Strašecí 10. 03. 2020

Uchazeč:

EXRAY s.r.o.

Karlovarská 89

271 01 Nové Strašecí

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem:
„Přímá digitalizace RTG pracoviště“**

Dotaz:

Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č.6 ZD – Minimální technické podmínky a hodnocené parametry

Nejasnost se týká požadavku: Přenosný detektor pro volné projekce

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje rozměry aktivní plochy detektoru min. 42,5 x 35 cm. Tento rozměr není zcela obvyklý. Mnozí z renomovaných výrobců detektorů uvádí pro detektor formátu 43 x 35 cm velikost aktivní plochy cca 42,5 x 34,5 cm.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na detektor, jehož aktivní plocha má velikost 42,5 x 34,5 cm?

Za dotazovatele:

.....
Jan Hamadej
jednatel společnosti